



Warszawa, dnia 03.07.2017 r.

DZPiZ- 04/25/2017

WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na:
„Zakup i dostawę staplerów i zestawów do jejunostomii na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp.z o.o.”
(nr sprawy 25/2017).

Działając na podstawie art. 38 ust.1a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania przetargowego:

1. Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 1 zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści: : jednorazowy, sterylny stapler okrężny zakrzywiony o średnicy 25mm, 28mm, 31mm, 34mm z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, zszywki tytanowe pozwalające na wykonanie badania MRI do 3 tesli. Wysokość otwartej zszywki 4,8mm. Stapler z określoną siłą docisku pozwalającą uzyskać optymalne ukształtowanie zszywki podczas jego użycia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 2 zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści: Sterylny, jednorazowy stapler liniowy, długość szwu 30mm, 45mm, 60mm, 90mm, dwa rzędy tytanowych zszywek spłaszczonych dwustronnie na całej długości przed oddaniem strzału dających po zamknięciu idealny kształt litery B, wysokość zszywki 3,5mm (1,5mm po zamknięciu) lub 4,8mm (2mm po zamknięciu), łącznie do 8 strzałów, z przewodnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, gumowana rękojeść. System zabezpieczający przed użyciem sztaplera bez ładunku jak i z wystrzelonym ładunkiem.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 3 zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści: ładunki do staplera liniowego, sterylne, jednorazowe, długość szwu 30mm, 45mm, 60mm, 90mm, dwa rzędy tytanowych zszywek spłaszczonych dwustronnie na całej długości przed oddaniem strzału dających po zamknięciu idealny kształt litery B, wysokość zszywki 3,5mm (1,5mm po zamknięciu) lub 4,8mm (2mm po zamknięciu)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 4 zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści: Stapler liniowy jednorazowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 60 mm lub 80mm, ładowany do 8 strzałów, zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości przed oddaniem strzału (wys. zszywek: 3,8mm - 1,5mm po zamknięciu lub 4,8 mm, 2mm po zamknięciu), gumowana rękojeść, brak pinu na ładunku, system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem ładunku oraz plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym użyciem. Możliwość wyzwolania staplera z jego obydwu stron.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 5 zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści: Ładunki do staplera liniowego jednorazowe z nowym nożem w każdym ładunku, długość 60 mm lub 80mm, zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości przed oddaniem strzału (wys. zszywek: 3,8mm - 1,5mm po zamknięciu lub 4,8 mm - 2mm po zamknięciu), gumowana rękojeść, brak pinu na ładunku, system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem ładunku oraz plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym użyciem.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



6. Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 4 dopuści staplery pakowane po 3 szt w opakowanie (z odpowiednim przeliczeniem ilości, aby ilość staplerów odpowiadała wymaganiom zamawiającego)..

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający w Pakiecie 2 pozycja 2 zamiast produktów wskazanych w formularzu cenowym dopuści: Ładunki kompatybilne z w/w rękojeścią staplera, wykonujących zespolenie o dł. 60 mm / spośród produktów zaproponowanych przez wykonawcę / wysokość zszywek kodowana kolorem ładunku, zamawiający określi każdorazowo w zamówieniu wybierając spośród ładunków do poszczególnych grubości tkanek/zestaw ładunku i rękojeści umożliwia artykulację/.

Oferujemy następujące 3 rodzaje ładunków:

- ładunek biały o wysokości otwartej zszywki 2,5mm (zamkniętej 1,0mm),
- ładunek niebieski o wysokości otwartej zszywki 3,5mm (zamkniętej 1,5mm),
- ładunek zielony o wysokości otwartej zszywki 4,8mm (zamknięta zszywka 2.0 mm).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

8. Czy zamawiający w Pakiecie 2 pozycja 3 zamiast produktu wskazanego w Formularzu cenowym dopuści komplet składający się z:

trokar 12 mm (kaniula i obturator) - 1 szt,

trokar 15 mm (kaniula i obturator) - 1 szt.

(w sumie 2 pozycje). Zaoferowany komplet produktów umożliwia korzystanie z zaoferowanych staplerów endoskopowych. Pragnę zaznaczyć, że każdy ze wskazanych produktów będzie zapakowany oddzielnie, co w przypadku nie wykorzystania produktów do jednej procedury, umożliwia ich wykorzystanie do kolejnej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

9. Czy zamawiający w Pakiecie 2 pozycja 4 zamiast produktów wskazanych w formularzu cenowym dopuści ładunki zaproponowane w pozycji 2 niniejszego pakietu, tj: Ładunki kompatybilne z w/w rękojeścią staplera, wykonujących zespolenie o dł. 60 mm / spośród produktów zaproponowanych przez wykonawcę / wysokość zszywek kodowana kolorem ładunku, zamawiający określi każdorazowo w zamówieniu wybierając spośród ładunków do poszczególnych grubości tkanek/zestaw ładunku i rękojeści umożliwia artykulację/.

Oferujemy następujące 3 rodzaje ładunków:

- ładunek biały o wysokości otwartej zszywki 2,5mm (zamkniętej 1,0mm),
- ładunek niebieski o wysokości otwartej zszywki 3,5mm (zamkniętej 1,5mm),
- ładunek zielony o wysokości otwartej zszywki 4,8mm (zamknięta zszywka 2.0 mm).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dział Zamówień Publicznych / Zaopatrzenia
KIEROWNIK

Anna Nyrek-Koczkodaj

Przygotowała: Małgorzata Bauer-Dolegowska

Z poważaniem

DYREKTOR

ds. Medycznych

Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

dr n. med. Jarosław Ucieklak