

Warszawa, dnia 04.07.2017 r.

DZPiZ- 01/39/2017

WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na:
„Zakup i dostawę videolaryngoskopy do trudnej intubacji na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.”(nr sprawy 39/2017).

Działając na podstawie 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania przetargowego:

1. Czy Zamawiający dopuści jako urządzenie równoważne videolaryngoskop renomowanej amerykańskiej firmy, nagrodzony złotym medalem MDEA, o ugruntowanej pozycji na rynku europejskim przeznaczony do trudnych intubacji wyposażony w wielorazowego użytku tor wizyjny (w formie adapteru ze zintegrowaną kamerą), który umieszcza się wewnątrz łyżki jednorazowego użytku wyposażonej w kanał prowadzący rurkę intubacyjną lub bez tego kanału:

- czyste mikrobiologicznie łyżki wykonane z trwałego polimeru
- wyświetlacz LCD 2,4” zapewniający wyraźny widok fałdów głosowych oraz wejścia do krtani
- poziomy układ optyczny ustawiony w stałej pozycji umożliwiający dobrą wizualizację strun głosowych
- zasilany bateriami typu AAA zapewniającymi pracę min. 90 min (w zestawie 3 komplety baterii zapewniające czas pracy 270 min)
- dopuści rozwiązanie równoważne prezentacji minutowej czasu działania baterii polegające na informowaniu (za pomocą zielonej świecącej diody) o możliwości wykonania intubacji bez konieczności wymiany baterii oraz informowaniu za pomocą świecącej światłem przerywanym diody czerwonej o konieczności wymiany baterii przed wykonaniem intubacji.
- system zarządzania energią wyłączający urządzenie po 1 min nie używania sprzętu
- dostępne łyżki w rozmiarze 1, 2 i 3, łyżki oznaczone przez producenta nr 3 które dzięki specjalnej krzywiznie umożliwiają skuteczną intubację wszystkich pacjentów dorosłych (nadają się do również do trudnych i bardzo trudnych intubacji), w tym pacjentów u których wymagane jest stosowanie "klasycznych" łyżek w rozmiarze 4
- videolaryngoskop bez określonego stopnia IPx, jednak nadającego się do mycia i dezynfekcji za pomocą wilgotnych ściereczek
- w zestawie 150 jednorazowych łyżek mikrobiologicznie czystych
- waga urządzenia < 200 gram

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezprzewodowego videolaryngoskopy o modułowej budowie z kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej nie mniejszej niż 2,5 cala.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z wbudowaną diodą LED na monitorze wskazującą stan naładowania baterii – migająca zielona dioda wskazuje poziom naładowania baterii obligujący do podłączenia monitora do ładowarki przed ponownym użyciem.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia modułowego pełniącego rolę videolaryngoskopu zasilanego baterią akumulatorową monitora o długości działania do 150 min. oraz laryngoskopu zasilanego baterią alkaliczną o długości powyżej wymaganych 250 min.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od parametru: „Wizualny wskaźnik konieczności wymiany baterii” gdyż bateria monitora zasilająca urządzenie jest zintegrowana i nie podlega wymianie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3B do SIWZ.

6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia o wadze większej niż 250g

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

7. Z uwagi na modułowość urządzenia i szczegółowe wytyczne dotyczące konserwacji każdej części układu prosimy Zamawiającego o dopuszczenie video laryngoskopu o stopniu ochrony dla monitora wynoszącym IPx3 oraz dla laryngoskopu wynoszącym IPx5.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mikrobiologicznie czystych łyżek jednorazowego użytku, typ Macintosh, kompatybilnych z oferowanym urządzeniem w dostępnych rozmiarach: 3 i 4.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek przeznaczonych do trudnej intubacji w dwóch wariantach: z kanałem na rurkę intubacyjną – bez konieczności użycia prowadnicy i bez kanału.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości serwisowania urządzenia na terenie Unii Europejskiej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3B do SIWZ.

Równocześnie, Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert upłynie w dniu **13.07.2017 roku** o godzinie **10:00**.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu **13.07.2017 roku** o godzinie **10:15**.


Zmodyfikowany załącznik nr 3B do SIWZ znajduje się do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl)



W związku z ww. zamianami Zamawiający informuje, że działając w oparciu o art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr **BZP 538240-N - 2017**.

Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

DYREKTOR
ds. Medycznych
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

d/ n. med. Jarosław Ucieklak

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
KIEROWNIK


Anna Nyrek-Koczkodaj

Przygotowała: Małgorzata Bauer-Dolegowska