

Warszawa, dnia 03.07.2017 r.

DZPiZ- 01/38/2017

WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na:
**„Zakup wyposażenia do utworzenia stanowisk intensywnej opieki medycznej
na Oddziale Neurologicznym Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.”**
(nr sprawy 38/2017).

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania przetargowego:

Zadania nr 1: Łóżka specjalistyczne (2 szt.) z pełnym wyposażeniem, w tym: zestawem pomp strzykawkowych, materacem przeciwoleżynowym, szafka przyłóżkowa i fotelem rehabilitacyjnym z funkcją transportowa; opis zawarty załączniku nr 3A do SIWZ, Materac przeciwoleżynowy 2szt:

Parametry wymagane:

- *Materac fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji*
- *Materac zmiennociśnieniowy, komory winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian, co trzecia w cyklu 10-minutowym – system 1:3*
- *Funkcja szybkiego spuszczenia powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund*
- *Komory ze specjalnymi otworami wentylującymi pacjenta i pozwalającymi wpływać na mikroklimat wokół pacjenta.*
- *Wysokość komór materaca po napompowaniu 12,5cm*
- *Materac kładziony bezpośrednio na leże. Zintegrowany materac podkładowy pod komorami powietrznymi.*
- *Wymiary materaca 90x200cm ±2cm*
- *Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 180kg*
- *Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny n11 zmianę ułożenia materiału).*

Posiadający system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania). Komory z mikrootworami służącymi do wentylacji ciała pacjenta.

- *Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii*

bezdotykowej, tzw. Wypinanie pojedynczych komór.

- *Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC Z FUNKCJA TRANSPORTOWA*
- *Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie*

sił tarcia, na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących

Pompa :

- *niski poziom hałasu, spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia,*
- *sterowanie manualne (pokrętło) umożliwiające regulację ciśnienia w komorach materaca,*



- funkcje tłumienia drgań
- alarm wizualny przy niskim ciśnieniu
- stały 10 minutowy cykl pracy
- uchwyty do zawieszenia jej na szczycie łóżka,
- zasilana 220-230V

Informacje dodatkowe- warunki gwarancji i serwisu:

- Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące)
- Min. 2 przeglądy techniczne z dokonaniem wpisu do paszportu technicznego urządzenia.
- Serwis na terenie Polski.
- Okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
- W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić usunięcie awarii, wad i usterek zgłaszanych przez

Zamawiającego na własny koszt, oraz udostępnić urządzenie zastępcze, jeżeli będzie ono serwisowane po za obszarem Szpitala.

- Okres naprawy sprzętu w trakcie okresu rękojmi/gwarancji przedłuża okres udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
- Wszelkie naprawy gwarancyjne będą dokonywane, przez serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta.
- W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zapewni dostęp do dokumentacji technicznej oraz aktualizacji oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania dostarczonych urządzeń.
- Za transport sprzętu objętego gwarancją i rękojmią, do serwisu oraz jego zwrot odpowiada i ponosi koszty transportu

Wykonawca.

- Jeżeli w okresie gwarancji/rękojmi wystąpi awaria urządzenia niemożliwa do usunięcia lub urządzenie będzie niesprawne pomimo wykonania uprzednio trzech napraw, Wykonawca, w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia awarii, jest zobowiązany do jego wymiany na fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż określono w SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie osobnej oferty na materace przeciwoleżynowe w opisanym zakresie?

Uzasadnienie

Materac przeciwoleżynowy jest wyposażeniem łóżka medycznego, produkowanym najczęściej przez innych Wytwórców. Wyrażenie przez Zamawiającego zgodny na wyodrębnienie takiej oferty, jako osobnego pakietu zwiększy ilość Oferentów.

W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości po stronie Zamawiającego pozostajemy do Państwa pełnej dyspozycji w zakresie udzielania ewentualnych, dalszych informacji bądź wyjaśnień.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający **nie wyraża zgody na powyższe**. Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
KIEROWNIK

Anna Nyrek-Koczkodaj

Przygotowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk

Zobowiązaniem
DYREKTOR
ds. Medycznych
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
dr n. med. Jarosław Ucieklak