



Warszawa, dnia07.2017 r.

DZPiZ- 01/41/2017

WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na:
„Zakup i dostawa obłożeń chirurgicznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. .”
(nr sprawy 41/2017).

Działając na podstawie 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania przetargowego:

Pytanie nr 1: Pakiet 1 poz. 1:

Czy zamawiający ze względu na zmianę przez producenta parametrów technicznych dopuści zestaw uniwersalny o następującym składzie:

- a) 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 225 cm x 270 cm z wycięciem 45 cm x 65 cm z osłoną podpórek kończyn górnych, wykonana z laminatu podstawowego i łąty chłonnej o gramaturze min. 109,5 g/m² w strefie krytycznej, oraz dla strefy mniej krytycznej laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 57,5 g/m²,
- b) 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 190 cm x 225 cm z dzielonym paskiem samoprzylepnym 100 cm
- c) 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm (owinięcie zestawu)
- d) 1x osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x145cm
- e) 1x włókninowa taśma samoprzylepna 9cmx50cm
- f) 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 90 cm x 110 cm,
- g) 4x ręcznik 30cmx40cm?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowany zestaw uniwersalny

Pytanie nr 2: Pakiet 1 poz. 2:

Czy zamawiający ze względu na zmianę przez producenta parametrów technicznych dopuści zestaw do zabiegów otolaryngologicznych z turbanem o następującym składzie:

- a) 1 serweta operacyjna wzmocniona 225 cm x 300 z prostokątnym wycięciem typu "U" 14 cm x 80 cm ze zintegrowanymi dwoma uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego m.in. 57,5 g/m². Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej m.in. 109,5 g/m²
- b) 1x serweta operacyjna " turban"130x100cm, składający się z dwóch zintegrowanych serwet: jedna z serwet wyposażona w taśmy samoprzylepne pozwalające na aseptyczne zabezpieczenie głowy pacjenta
- c) 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm
- d) 1x osłona na stolik Mayo - wymiary 80x145cm



- e) 1x taśma samoprzylepna włókninowa 9cmx50 cm
f) 4x ręcznik 30x40cm? Cały zestaw zawinięty w serwetę 80 cm x 100 cm
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowany zestaw do zabiegów otolaryngologicznych z turbanem

Pytanie nr 3: Pakiet 1 poz. 3:

Czy zamawiający ze względu na zmianę przez producenta parametrów technicznych dopuści zestaw do małych zabiegów otolaryngologicznych o następującym składzie:

- a) 1 x serweta operacyjna o wymiarach 150 cm x 200 cm, posiadająca samoprzylepny otwór o średnicy 12 cm umieszczony decentralnie, 59 cm (+/- 3 cm) od górnej krawędzi serwety, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 57,5g/m²,
b) 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm(owinięcie zestawu)
c) 2x ręczniki 30x40 cm
d) 1 samoprzylepny organizator przewodów rzep 2,5 cm x 25 cm (uchwyt typu Velcro)?
Splyw m.in. 75% (badanie w/g ISO 9073-11). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowany zestaw do małych zabiegów otolaryngologicznych

Pytanie nr 4: pozycja 4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 5: pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 55g/m²?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza serwety o gramaturze 55g/m²

Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem


PREZES ZARZĄDU
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

mgr Elżbieta Makulska-Gertruda

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
KIEROWNIK


Anna Nurek-Koczkodaj

Przygotowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk