Warszawa, dnia 02./.08/2017 r.

DZPiZ-02/51/2017

WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na:
„Zakup i dostawa stołu operacyjnego chirurgicznego na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.."
(nr sprawy 51/2017).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania przetargowego:

Pytania do opisu przedmiotu zamówienia – zał. nr 3 do SIWZ

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający podstawę w kształcie równoległoboku, podniesioną, umożliwiającą częściowe wsunięcie stóp operatora od strony dłuższych boków?
Odpowiedź: TAK, Zamawiający informuje, iż **dopuszcza** oferowane rozwiązanie.

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający podstawę osadzoną na czterech pojedynczych bardzo wytrzymałych kołach transportowych zapewniających stabilność?
Odpowiedź: TAK, Zamawiający informuje, iż **dopuszcza** oferowane rozwiązanie.

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający sterowanie za pomocą pilota przewodowego z podświetlanymi przyciskami oraz z panelu sterowania awaryjnego umieszczonego poza strefą sterylną na kolumnie stołu?
Odpowiedź: TAK, Zamawiający informuje, iż **dopuszcza** oferowane rozwiązanie.

Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z segmentem siedziska z wycięciem urologicznym bez dodatkowego wypełnienia w tej części materacem?
Odpowiedź: NIE, Zamawiający informuje, iż **nie dopuszcza** oferowanego rozwiązania. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, który w czasie kiedy jest odblokowany na kołach posiada dostępną tylko funkcję regulacji wysokości, umożliwiającą np. transfer pacjenta ze stołu na wózek lub odwrotnie?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający informuje, iż **dopuszcza** oferowane rozwiązanie

Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w segment głowy z szynami do mocowania akcesoriów tylko z dwóch stron?
Odpowiedź: NIE, Zamawiający informuje, iż **nie dopuszcza** oferowanego rozwiązania. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający segment siedziska z wycięciem urologicznym bez możliwości jego wypełnienia elementem usztywniającym wraz materacem? Dotyczy punktu 10 oraz 21 tabeli technicznej.
Odpowiedź: NIE, Zamawiający informuje, iż **nie dopuszcza** oferowanego rozwiązania. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 8:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym maksymalne obciążenie stołu w każdym ustawieniu wynosi 300 kg?
Odpowiedź: NIE, Zamawiający informuje, iż **nie dopuszcza** oferowanego rozwiązania. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 9:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z szynami do mocowania akcesoriów umieszczonymi na każdym segmencie blatu na około 90% długości całkowitej blatu z obu stron? Oferowane rozwiązanie jest podyktowane przerwami pomiędzy szynami zapewniającymi prawidłowy ruch segmentów blatu oraz możliwością nasunięcia uchwytu akcesoryjnego na różnych odcinkach blatu a nie jedynie od głowy czy nóg pacjenta.
Odpowiedź: TAK, Zamawiający informuje, iż **dopuszcza** oferowane rozwiązanie

Pytanie nr 10:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający długość 2000 mm?
Odpowiedź: NIE, Zamawiający informuje, iż **nie dopuszcza** oferowanego rozwiązania. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 11:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu głowy w zakresie od +60 stopni do -90 stopni?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający informuje, iż **nie dopuszcza** oferowanego rozwiązania. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 12:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od -30 stopni do +80 stopni?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający informuje, iż **nie dopuszcza** oferowanego rozwiązania. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 13:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przechyłów bocznych blatu w zakresie +/- 25 stopni? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
Odpowiedź: TAK, Zamawiający informuje, iż **dopuszcza** oferowane rozwiązanie

Pytanie nr 14:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją blatu do pozycji Flex tworzącym łączny kąt pomiędzy segmentem pleców a segmentem siedziska wynoszący 210 stopni?
Odpowiedź: TAK, Zamawiający informuje, iż **dopuszcza** oferowane rozwiązanie

Pytanie nr 15:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją blatu do pozycji Reflex tworzącym łączny kąt pomiędzy segmentem pleców a segmentem siedziska wynoszący 100 stopni?
Odpowiedź: NIE, Zamawiający informuje, iż **nie dopuszcza** oferowanego rozwiązania. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 16:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie od 530 do 1010 mm bez materaca? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
Odpowiedź: NIE, Zamawiający informuje, iż **nie dopuszcza** oferowanego rozwiązania. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 17:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z zakresem ruchów elementów blat w sposób zapobiegający powstawaniu kolizji tym samym bez systemu antykolizyjnego i sygnalizacji możliwości wystąpienia kolizji elementów stołu na pilocie?
Odpowiedź: NIE, Zamawiający informuje, iż **nie dopuszcza** oferowanego rozwiązania. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 18:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez wskaźnika wystąpienia usterki?
Odpowiedź: NIE, Zamawiający informuje, iż **nie dopuszcza** oferowanego rozwiązania. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 19:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z panelem sterowania awaryjnego umożliwiającym załączenie/wyłączenie stołu oraz sterowanie wszystkimi ruchami stołu uruchamianymi elektrohydraulicznie z wyłączeniem funkcji flex, reflex oraz poziomowania blatu „0"?
Odpowiedź: TAK, Zamawiający informuje, iż **dopuszcza** oferowane rozwiązanie

Pytanie nr 20:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z panelem sterowania awaryjnego z zabezpieczeniem przed przypadkowym załączeniem funkcji poprzez konieczność aktywowania panelu a następnie wybranie żądanej funkcji, zamiast pokrywy?
Odpowiedź: NIE, Zamawiający informuje, iż **nie dopuszcza** oferowanego rozwiązania. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 21:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez systemu autodiagnostyki z wyświetlaczem błędów?
Odpowiedź: NIE, Zamawiający informuje, iż **nie dopuszcza** oferowanego rozwiązania. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 22:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z krążkiem pod głowę dla dorosłych o wymiarach 200 x 75 x 45 mm?
Odpowiedź: NIE, Zamawiający informuje, iż **nie dopuszcza** oferowanego rozwiązania. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 23:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający półwałek na płaskiej podstawie z rdzeniem z pianki o wymiarach 500 x 150 x 100 mm?
Odpowiedź: NIE, Zamawiający informuje, iż **nie dopuszcza** oferowanego rozwiązania. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 24:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający półwałek na płaskiej podstawie z rdzeniem z pianki o wymiarach 300 x 150 x 100 mm?
Odpowiedź: NIE, Zamawiający informuje, iż **nie dopuszcza** oferowanego rozwiązania. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 25:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający poduszkę pod pięty o wymiarach 170 x 180 x 13 mm?
Odpowiedź: TAK, Zamawiający informuje, iż **dopuszcza** oferowane rozwiązanie

Pytanie nr 26: dotyczy zapisów SIWZ
Czy z uwagi na fakt, iż firmowe opracowania producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego? Materiały firmowe producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.
Odpowiedź: NIE, Zamawiający informuje, iż **nie dopuszcza** oferowanego rozwiązania. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 27: Do punktu 3
Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z osłoną w kształcie harmonijki pomiędzy blatem a kolumną stołu operacyjnego?
Odpowiedź: NIE, Zamawiający informuje, iż **nie dopuszcza** oferowanego rozwiązania. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 28: Do punktu 6
Czy Zamawiający dopuści stół z blokowaniem na podłożu zapewniającego stabilne zabezpieczenie za pomocą dźwigni mechanicznej bez automatycznego poziomowania na nierównościach?
Odpowiedź: TAK, Zamawiający informuje, iż **dopuszcza** oferowane rozwiązanie

Pytanie nr 29: Do punktu 11
Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny bez możliwości zamiany segmentu nóg z segmentem głowy?
Odpowiedź: NIE, Zamawiający informuje, iż **nie dopuszcza** oferowanego rozwiązania. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 30: Do punktu 17
Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z pilotem bez możliwości automatycznej zmiany kierunku ułożenia pacjenta na pilocie?
Odpowiedź: NIE, Zamawiający informuje, iż **nie dopuszcza** oferowanego rozwiązania. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 31: Czy Zamawiający wymaga, by stół był wyposażony w dodatkowy, awaryjny napęd manualny umożliwiający uruchomienie ruchów stołu w przypadku utraty zasilania?
Odpowiedź: TAK, Zamawiający informuje, iż **dopuszcza** oferowane rozwiązanie

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
mgr Elżbieta Makulska-Gertruda

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
KIEROWNIK
Anna Nyrek-Koczkodaj

Przygotowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk