



Warszawa, dnia 06.10.2017 r.

DZPiZ- 01/68/2017

WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na:
„Dostawa endoprotez oraz systemów do endoprotezoplastyk rewizyjnych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. „ (nr sprawy 68/2017).

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania przetargowego:

Pytanie 1:


W związku z produkcją poszczególnych elementów oferowanego asortymentu przez Producentów Europejskich czy Zamawiający dopuści etykiety w języku obowiązującym dla kraju danego producenta wyrobu medycznego? Ustawa o wyrobach medycznych jasno określa, że „Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.” (Art.14. pkt.2).

System, których chcielibyśmy zaoferować posiada instrukcję dla bezpośredniego użytkownika w języku polskim.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pozostałe zapisy SIWZ Zamawiający pozostawia bez zmian.

Z poważaniem


PREZES ZARZĄDU
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

mgr Elżbieta Makulska-Gertruda

Dział Zamówień Publicznych i Zapotrzeżenia
KIEROWNIK

Anna Nyrtek-Koczkodaj

Przygotowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk