

Warszawa, dnia 21.09.2017 r.

DZPiZ - 01/69/2017

WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym
na: „Zakup i dostawa kardiomonitora na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.”
(nr sprawy 69/2017)

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione w trakcie postępowania oraz dokonuje zmiany SIWZ prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu:

Pytanie Nr 1:

Dotyczy pkt 1.6.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pamięcią trendów do 7 dni oraz 20 zdarzeń alarmowych?

Odpowiedź Nr 1:

TAK, Zamawiający dopuszcza kardiomonitor z pamięcią trendów do 7 dni oraz 20 zdarzeń alarmowych.

Pytanie Nr 2:

Dotyczy pkt 2.3

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z dokładnością pomiaru częstości rytmu 2 bpm?

Odpowiedź Nr 2:

TAK, Zamawiający dopuszcza kardiomonitor z dokładnością pomiaru częstości rytmu 2 bpm.

Pytanie Nr 3:

Dotyczy pkt 2.3

Czy Zamawiający wymaga aby kardiomonitor posiadał analizę HRV?

Odpowiedź Nr 3:

TAK, Zamawiający wymaga aby kardiomonitor posiadał analizę HRV.

W związku z wniesionymi pytaniami dotyczącymi treści SIWZ oraz koniecznością udzielenia odpowiedzi z dochowaniem terminów wskazanych w art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upłynie w dniu **29-09-2017 roku** o godzinie **10.00**.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu **29-09-2017 roku** o godzinie **10.15**.



Równocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o modyfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr 587378 – N - 2017 z dnia 13.09.2017 r. , w związku z ww. modyfikacją terminu składania i otwarcia ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ i ogłoszenia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

/ - /

Elżbieta Makulska - Gertruda

Dział Zamówień Publicznych i Zopatrzenia
KIEROWNIK

Anna Nytek-Koczkodaj

Przygotowała: Małgorzata Bauer-Dolęgowska