

Warszawa, dnia 13.02.2018 r.

DZPiZ-18./93/2018

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA – po ponownym badaniu i ocenie ofert

działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 93/2017 pakiet nr 2 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zakup i dostawę nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.”

Do dnia 07.02.2018 roku do godz. 10.00 zostały złożone poniższe oferty:

Pakiet nr 2

Nr oferty	Zadanie	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Oferowana Cena całkowita brutto (w PLN)	Kryterium nr 1: Cena całkowita brutto Ranga 90 % [pkt]	Kryterium nr 2: Termin dostawy Ranga 10 % [pkt]	Łączna liczba punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny ofert:
2	2	SOFTMEDICA Sp. z o.o. ul. Cechowa 51 30-614 Kraków	100 985,61	-	-	odrzucona
5	2	Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11 00-633 Warszawa	110 200,59	90,0000	5,0000	95,0000

Po terminie składania ofert, wpłynęła..... oferta, którą złożyła firma: *nie dotyczy*

Wykluczono z postępowania Wykonawcę art. 24 ust. ... pkt. ustawy Prawo zamówień publicznych (*uzasadnienie faktyczne i prawne*): *nie dotyczy*

Odrzucono z postępowania ofertę nr 2 Wykonawcy: **SOFTMEDICA Sp. z o.o.**, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych „*Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia*”.

Opracowała: Kinga Niedźwiczka-Reszczyk

Uzasadnienie:

Zamawiający pismem DZPiZ-12/93/2018 z dnia 21.03.2018 r. wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty oraz złożonych dokumentów. Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożył dokumenty, z których w jasny sposób wynika, iż:

1. **W pozycji nr 18:** zaoferował igłę o krzywiznie 1/2 koła, natomiast Zamawiający wymagał szwu z igłą o krzywiznie 3/8 koła;
2. **W pozycji nr 23:** zaoferowana została igła o długości 15 mm, a wymagana była igła o długości 16 -17mm,;
3. **W pozycji nr 25:** zaoferował igłę odwrotnie tnącą, a wymagana była igła odwrotnie tnąca kosmetyczna;
4. **W pozycji nr 27:** zaoferowana została igła szpatułka o krzywiznie 1/2 koła, natomiast wymagana była igła szpatułka o krzywiznie 1/4 koła.

W związku z powyższym asortyment zaoferowany przez Wykonawcę jest niezgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentacji postępowania i tym samym oferta Wykonawcy na podstawie obowiązujących przepisów ustawy P.z.p została odrzucona.

Po ponownym badaniu i ocenie ofert za najkorzystniejszą w Pakiecie nr 2 uznano ofertę nr 5 firmy:

Medtronic Poland Sp. z o.o.

Cena całkowita brutto całego zamówienia: **110 200,59zł**

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania określone w ustawie *Prawo zamówień publicznych* (tj. *Dz. U. z 2017 r. poz. 1579*) oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Po spełnieniu postawionych przez Zamawiającego wymagań oferta została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru oferty: **Oferowana cena całkowita brutto (90 %), Termin dostawy (10 %)**. Oferta ww. firmy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i ww. kryteriów.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający **nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów**, o którym mowa w art. 102 ust. 1 ustawy P.z.p.

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych i Zakupów
KIEROWNICZKA

Anna Nyrpek-Kuczyńska

Opracowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

mgr Elżbieta Maculska-Gertruda

CZŁONEK ZARZĄDU
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Damian Raczkowski

2