

Warszawa, dnia 31.01. 2018 r.

DZPiZ- 01/08/2018

WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: „Zakup i dostawa diatermii elektrochirurgicznej na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.” (nr sprawy 08/2018).

Działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania przetargowego:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuści diatermię o następujących parametrach:

1	Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną	Odpowiedź: TAK
2	Urządzenie umożliwiające rozbudowę o bipolarny system zamykania naczyń krwionośnych i argon bez zakupu dodatkowych modułów do diatermii.	Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
3	Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz.	Odpowiedź: TAK
4	Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz	Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, Zamawiający podał dopuszczalną tolerancję
5	Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji	Odpowiedź: TAK
6	Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF	Odpowiedź: TAK
7	Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów	Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

8	Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu.	Odpowiedź: TAK
9	Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego.	Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
10	Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 9"	Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
11	Regulacja kąta nachylenia ekranu umożliwiająca optymalną widoczność panelu sterowania niezależnie od warunków (oświetlenia, wysokości ustawienia urządzenia itp.)	Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
12	Możliwość regulacji jasności ekranu	Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
13	Możliwość wyboru wersji graficznej wyświetlacza (jasna do sali operacyjnej, ciemna do pracowni endoskopowej)	Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
14	Komunikacja w języku polskim.	Odpowiedź: TAK
15	System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. Możliwość wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorosłych i dzieci lub dla noworodków	Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
16	Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowania alarmem, komunikatem na ekranie oraz komunikatem głosowym w języku polskim.	Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
17	System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla	Odpowiedź: Zamawiający

	podłączonego narzędzia.	dopuszcza, ale nie wymaga
18	Urządzenie wyposażone w cztery wyjścia uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi	Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
19	Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min. 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia)	Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
20	Możliwość zapamiętania min. 100 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą.	Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
21	Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktualnego trybu pracy	Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
22	Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej	Odpowiedź: TAK
23	Funkcja ograniczenia czasu aktywacji trybów mono i bipolarnych z możliwością regulacji czasu	Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
24	Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu	Odpowiedź: TAK
25	Zdalna zmiana programów za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego	Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
26	Możliwość zmiany parametrów pracy za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego	Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
27	Urządzenie umożliwiające pracę z bezprzewodowym	Odpowiedź: Zamawiający

	(radiowym) włącznikiem nożnym	dopuszcza, ale nie wymaga
28	Urządzenie wyposażone w funkcję monitorującą ważność przeglądu okresowego – przypomnienie o przeglądzie w postaci komunikatu.	Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
29	Instrukcja w języku polskim	Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA		
1	Cięcie monopolarne z mocą 350W	Odpowiedź: Zamawiający określił w SIWZ moc minimalną
2	Minimum trzy rodzaje cięcia monopolarnego	Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
3	Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia monopolarnego	Odpowiedź: TAK
4	Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą do 200W	Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
5	Minimum cztery rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray)	Odpowiedź: TAK
6	Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej	Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
7	Koagulacja bipolarna z mocą 120W	Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
8	Minimum dwa rodzaje koagulacji bipolarnej	Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



9	Minimum 8 efektów dostępnych w trybie koagulacji bipolarnej	Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
10	Możliwość współpracy z instrumentami przystosowanymi do systemu rozpoznawania narzędzi	Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
11	Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów.	Odpowiedź: TAK
12	Tryb cięcia bipolarnego z mocą 120W	Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
13	Minimum 8 efektów dostępnych w trybie cięcia bipolarnego	Odpowiedź: TAK
14	Włącznik nożny dwuprzyciskowy	Odpowiedź: TAK

Dotyczy: II WYPOSAŻENIE

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuści: Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozpraszającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm², bez ograniczenia mocy maksymalnej, pakowane po 50szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3:

Czy zamawiający dopuści: Kabel elektrod jednorazowych z klipsem i płaskim wejściem dł. min.3m? Płaskie wejście jest mniej awaryjne?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4:

Czy zamawiający dopuści : Uchwyt z przyciskami cięcia i koagulacji do elektrod monopolarnych (elektrody 4mm), z kablem min 4 m? Przyciski na uchwycie mogą zdalnie zmniejszać bądź zwiększać parametry Efektu i Mocy w aparacie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5:

Czy zamawiający dopuści: Elektrody monopolarne nożowe (szpatułkowe)- krótka, prosta, dł. ostrza 25mm dł. elektrody 40-45 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6:

Czy zamawiający dopuści: Elektrody monopolarne nożowe (szpatułkowe) - prosta, dł. ostrza 24mm dł. elektrody 50-65 mm?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 7:

Czy zamawiający dopuści: Pinceta bipolarna, prosta, końcówki 2 mm, tępe, długość 195 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Z poważaniem



PREZES ZARZĄDU
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
mgr Elżbieta Makuska-Gertruda

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
KIEROWNIK
Anka Nyrek-Koczkodaj

Przygotowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk