

Warszawa, dnia 17.04.2018 r.

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
ZP- 02/21/2018

## WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na „Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego na rzecz Bloku Operacyjnego Chirurgii Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o” (nr sprawy 21/2018).

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione w trakcie postępowania i dokonuje zmiany SIWZ prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu:

### Pytanie Nr 1:

Pakiet 1, poz. 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki chirurgiczne dł. 160mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź nr 1:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

### Pytanie Nr 2:

Pakiet 1, poz. 3:

Czy Zamawiający może sprecyzować czy nożyczki preparacyjne mają być ostre/ostre, tępe/tępe czy ostre/tępe?

**Odpowiedź nr 2:** Nożyczki preparacyjne mają być tępe/tępe.

### Pytanie Nr 3:

Pakiet 1, poz. 4:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki preparacyjne nazwa własna METZENBAUM, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź nr 3:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

### Pytanie Nr 4:

Pakiet 1, poz. 15:

Czy Zamawiający może sprecyzować czy imadło naczyniowe powinno być z zamkiem sprężynowym czy bez?

**Odpowiedź nr 4:** Zamawiający wymaga imadło naczyniowe bez zamka sprężynowego.

### Pytanie Nr 5:

Pakiet 1, poz. 19:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna Mixer o dł. całkowitej 220mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź nr 5:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

### Pytanie Nr 6:

Pakiet 1, poz. 20:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, miska nerkowata o wymiarach 270x150x45mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź nr 6:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 7:**

Czy Zamawiający życzy sobie aby narzędzia te były oznakowane Datą Matrix?

**Odpowiedź nr 7:** Nie, Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie Nr 8:**

Czy Zamawiający mógłby w Pakiecie 1 poz. 19 przedstawić zdjęcie poglądowe kleszczyków których wymaga, ponieważ jest wiele rodzajów kleszczyków o tej samej nazwie .

Wykonawca prosi Zamawiającego o taki rodzaj wyjaśnień, ponieważ nie chce zaoferować wyrobu medycznego nie zgodnego z wymaganiami Zamawiającego

**Odpowiedź nr 8:** Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

**Pytanie Nr 9:**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 tolerancje długości narzędzi chirurgicznych +/- 10 mm ?

Pytania wynika głównie z tego iż nie wszyscy producenci posiadają dokładnie te same długości tych samych narzędzi medycznych .


Nie wpływa to na jakość ani na zastosowanie danego narzędzia.

Prosimy o dopuszczenie powyższego.

**Odpowiedź nr 9:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza .

**Pytanie Nr 10:**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 poz. 20 miskę nerkową o wymiarach 250x140x40mm lub 275x150x50mm ?



250x140x40 mm

lub

275x150x50 mm

**Odpowiedź nr 10:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza .

**Pytanie Nr 11:**

Pakiet nr 2 Punkt 1.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie każdej z dwóch części, powierzchnia 110cm<sup>2</sup>, wymiary 122x176mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; pokryte hydrożelem; dla dzieci i dorosłych, opakowanie 50 szt.?

**Odpowiedź nr 11:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza .

**Pytanie Nr 12:**

Pakiet nr 2 Punkt 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną silikonową wielorazowego użytku, 300mm x 170mm z kablem o dł. 500mm?

**Odpowiedź nr 12:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza .

**Pytanie Nr 13:**

Pakiet nr 2 Punkt 3.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kabel do wielorazowych silikonowych elektrod neutralnych, długość 5m, od strony elektrody zakończony wtyczką kompatybilną z oferowaną w punkcie 3 elektrodą, od strony aparatu wtyczka płaska bez bolca; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji?

**Odpowiedź nr 13:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza .

**Pytanie Nr 14:**

Pakiet nr 2 Punkt 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kabel do elektrod neutralnych, długość 5m, od strony elektrody zakończony klipssem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska; bez kolorowego znacznika wzdłuż przewodu, przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji kompatybilny z aparatem OLYMPUS?

**Odpowiedź nr 14:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza .

**Pytanie Nr 15:**

Pakiet nr 2 Punkt 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kabel do elektrod neutralnych, długość 5m, od strony elektrody zakończony klipssem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska; bez kolorowego znacznika wzdłuż przewodu, przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji kompatybilny z aparatem Valleylab?

**Odpowiedź nr 15:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza .

**Pytanie Nr 16:**

Czy dopuści zaferowanie rozszerzadeł z metalowymi znacznikami ułożonymi w jednej płaszczyźnie przekroju poprzecznego poszerza czy dającymi cień w postaci paska na ekranie RTG, poszerzało o średnicy 13 mm w miejsce poszerzała 12,8 mm, oraz prowadnicą wielorazowego użytku typu Savary-Giliard o długości 300 cm, bez znaczników, pozostałe parametry zestawu zgodne z opisem.

**Odpowiedź nr 16:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza .

**Pytanie Nr 17:**

**Pakiet nr 1 poz. 10** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pęseta naczyniowa z uzębieniem atraumatycznym DeBakey, szerokość 1,5 mm, końcówka robocza ryflowana, lekka, dł. 200 mm

**Odpowiedź nr 17:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 18:**

**Pakiet nr 1poz. 19** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Kleszczyki sekcyjne DeBakey, końcówka robocza ryflowana, zakrzywiona pod kątem 90 °, dł. całk. 210 mm

**Odpowiedź nr 18:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 19:**

**Pakiet nr 1poz. 20** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Miska nerkowata o wym. 275 x 150 x 50 mm, stal nierdzewna

**Odpowiedź nr 19:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 20:**

**Dot. Pak. 1 poz. 15** Czy Zamawiający dopuści imadło naczyniowe typu Microvascular, szczęki delikatne, utwardzane, długość 18 cm?

**Odpowiedź nr 20:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza . Zgodnie w wymaganiami SIWZ.

**Pytanie Nr 21:**

**Dot. Pak. 1 poz. 19** Czy Zamawiający dopuści kleszczyki typu Halsted-Mosquito bardzo delikatne (mikro) o długości 12,5 cm?

**Odpowiedź nr 21:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie w wymaganiach SIWZ.

**Pytanie Nr 22:**

**Dot. Pak. 1 poz. 19** Czy Zamawiający dopuści kleszczyki sekcyjne DeBakey-Mixer o długości 28,5 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego

**Odpowiedź nr 22:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie w wymaganiach SIWZ.

**Pytanie Nr 23:**

**Dot. Pak. 1 poz. 3** Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową o wymiarach 275x150x45 mm, stal nierdzewna?

**Odpowiedź nr 23:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie w wymaganiach SIWZ.

**Pytanie Nr 24:**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 3 ust. 2).

**Odpowiedź nr 24:** Zgodnie z § 3 ust. 4 Projektu umowy.

**Pytanie Nr 25:**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 8 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź nr 25:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie w wymaganiach SIWZ.

**Pytanie Nr 26:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11:

2. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy do Zamawiającego w terminie określonym w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonego przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (za wyjątkiem sytuacji wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego), jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy.
3. Strony uzgadniają, że za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu asortymentu pozbawionego defektów jakościowych w odniesieniu, do których została złożona reklamacja Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwego przedmiotu Umowy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwego przedmiotu Umowy.
4. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, bądź odstąpienia Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10,00% wartości brutto

niezrealizowanej części umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

5. W razie niedostarczenia dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 14 niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu Umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu ww. dokumentów, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu Umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty.
6. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przeprowadzeniu szkolenia personelu, liczony od następnego dnia po upływie terminu, o którym jest mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy.
7. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01 % wartości wadliwego przedmiotu umowy brutto, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w reakcji przystąpienia do usunięcia zgłoszonej przez Zamawiającego reklamacji/usterki i wady, o których jest mowa w § 6 ust. 8 pkt 1) niniejszej Umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego przedmiotu Umowy.
8. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01 % wartości wadliwego przedmiotu umowy brutto, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w usunięciu zgłoszonych przez Zamawiającego usterek i wad w okresie gwarancyjnym i przy odbiorze, w terminie o którym jest mowa w § 6 ust. 8 pkt 1) niniejszej Umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego przedmiotu Umowy.
9. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości niedostarczonego przedmiotu umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie przedmiotu umowy na fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, licząc od terminu, o którym mowa w § 5 ust. 8 pkt 5 i 6) niniejszej Umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy.
10. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości niedostarczonego przedmiotu umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu urządzenia zastępczego, w sytuacji o której mowa w § 5 ust. 8 pkt 2) niniejszej Umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy.
11. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, bądź odstąpienia Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedź nr 26: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 4.A do SIWZ- Projekt umowy. Zmodyfikowany Załącznik 4.A do SIWZ – Projekt umowy** znajduje się do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego ([www.szpitalczerniakowski.waw.pl](http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl)).

**Pytanie Nr 27:**

Pakiet nr 1, poz. 3: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie rodzaju końcówek nożyczek preparacyjnych typu Metzenbaum black line ( z mikroząbkami, czarne uchwyty), zakrzywione, dł. 180 mm. Czy ostrza mają być: ostro/ostre, tępo/ tępe czy ostro/tępe?

**Pytanie Nr 27: Zamawiający wymaga nożyczek preparacyjnych sims prostych o dł. 200mm.**

**Pytanie Nr 28:**

Pakiet nr 1, poz. 6: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie rodzaju końcówek nożyczek preparacyjnych typu Metzenbaum-slim (wąskie), zagięte, utwardzane z wkładką z węglików spiekanych, dł. 180mm. Czy ostrza mają być: ostro/ostre czy tępo/ tępe?

**Pytanie Nr 28: Zamawiający wymaga ostrzy tępo/ tępe.**

**Pytanie Nr 29:**

Pakiet nr 1, poz. 8: Prosimy o wyrażenie zgody o dopuszczenie możliwości złożenia oferty na pęsetę anatomiczną Waugh, część robocza ryflowana krzyżowo, dł. 205 mm?

**Pytanie Nr 29: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie w wymaganiach SIWZ.**

**Pytanie Nr 30:**

Pakiet nr 1, poz. 10: Prosimy o dopuszczenie pęsety naczyniowej z uzębieniem atraumatycznym DeBakey, szerokość 1,5 mm, końcówka robocza ryflowana, lekka, rękojeść, dł. 200 mm.

**Pytanie Nr 30: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie w wymaganiach SIWZ.**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwaną dalej Ustawą, Zamawiający tj. Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 00-739) przy ul. Stępińskiej 19/25 **dokonyuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w dniu 06/03/2018 roku pod numerem 2018/S 045-098055.**

**W związku z modyfikacją SIWZ zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:**

- 1) Rozdz. X „Miejsce i termin składania ofert” ust.1 otrzymuje brzmienie:  
**„Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. , ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, pawilon administracyjny pok. 215 (sekretariat), do dnia 09.05.2018 r. do GODZ. 10:00**
  
- 2) Rozdz. X „Informacje o miejscu, terminie i trybie otwarcia ofert” ust. 1 otrzymuje brzmienie”  
otrzymuje brzmienie:  
**Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. , ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, pawilon administracyjny pok. 120 (Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia). Dnia 09.05.2018 r. o GODZ. 10:15**
  
- 3) Rozdz. XIV „Wadium ust.1 otrzymuje brzmienie:  
**„Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 09.05.2018 roku, do godz. 10:00 wnieść wadium w wysokości:**  
Pakiet nr 1 – 3 500,00,00zł (trzy tysiące pięćset złotych);  
Pakiet nr 2 - 100,00 zł (sto złotych);  
Pakiet nr 3 – 1 300,00 zł (tysiąc trzysta złotych);

---

Pakiet nr 4 –	500,00 zł (pięćset złotych);
Pakiet nr 5 –	700,00 zł (siedemset złotych)
Pakiet nr 6 -	100,00 zł (sto złotych);

4) Rozdz. I.2 „W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ: otrzymuje brzmienie:

- 1) Zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (*Dz. U. z 2016, poz. 1126*), w celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, **Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą (warunki przedmiotowe):**

Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (*tj. Dz. U. 2017 poz. 211 z późn. zm.*) oraz

Oświadczenia Wykonawcy, że dysponuje kompletem dokumentów wystawionych przez uprawnione jednostki, wymagane polskimi przepisami prawa (*np. znak CE, Deklarację Zgodności, niezbędne świadectwa, atesty, certyfikaty, pozwolenia, zgłoszenia, świadectwa rejestracji wydane przez uprawnione organy np. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Minister Zdrowia*), w tym zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (*tj. Dz. U. 2017 poz. 211 z późn. zm.*) oraz że przedmiot zamówienia spełnia wymagania polskich i europejskich norm, oznaczony jest znakiem CE i posiada dopuszczenie do obrotu wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (*tj. Dz. U. 2017 poz. 211 z późn. zm.*), jeżeli nie dotyczy, Wykonawca załączy Oświadczenie z adnotacją „**NIE DOTYCZY**” oraz

Oświadczenia, iż dany asortyment oferowany w ramach przedmiotu zamówienia nie jest wyrobem medycznym, *jeśli dotyczy przedmiotu zamówienia;*

Jednocześnie Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia, na każde żądanie Zamawiającego, odpowiedniego dokumentu, potwierdzającego dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu oraz pozostałych dokumentów wymienionych w pkt 1) - **Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.**

**B)** Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 15,17 i 19 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą próbek oferowanego asortymentu celem weryfikacji zgodności z wymaganiami zawartymi w Formularzu asortymentowo-cenowym;

- 1) Próbki należy dostarczyć nieodpłatnie;
- 2) Każda dostarczona próbka musi być opisana przez Wykonawcę następująco:  
- nazwa wykonawcy / nr pozycji formularza asortymentowo-cenowego, której dotyczy,
- 3) Próbki asortymentu posłużą do oceny: **czy oferowany asortyment spełnia wymagania zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu asortymentowo-cenowym;**
- 4) Zamawiający zastrzega, iż nie podlegają zwrotowi próbki, które w procesie oceny użytkowo – jakościowej zostaną częściowo lub całkowicie zużyte. Odpowiednie przepisy i procedury nakazują ich bezpieczną utylizację;
- 5) Wzór Wykazu załączonych próbek stanowi **załącznik nr 9 do SIWZ.**
- 6) Wzór Wniosku o zwrot złożonych próbek stanowi **załącznik nr 10 do SIWZ.**



***UWAGA !!!! Próbki składane są w celu dokonania oceny jakości i w tym przypadku nie są traktowane jako dokument w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p., a tym samym art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. nie będzie miał zastosowania. Oferowane produkty będą oceniane w oparciu o testowanie nieodpłatnie dostarczonych próbek, które należy dostarczyć wraz ze składaną ofertą. Niedostarczenie próbek, złożenie ich po terminie lub złożenie w innym miejscu, niż wskazane w SIWZ, spowoduje odrzucenie oferty.***

- 5) Rozdz. I.8.5 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający żąda na podstawie art. 25 a ust. 5 ustawy P.z.p., aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył wraz ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej „JEDZ”), o którym mowa w rozdz. II ust. 6 SIWZ dotyczący tych Podwykonawców, z zastrzeżeniem, iż JEDZ od dnia 18.04.2018 r. musi być złożony w formie zgodnej z treścią załącznika Nr 8 do SIWZ.”
- 6) Rozdz. II.6 otrzymuje brzmienie: „ Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy P.z.p. Oświadczenie jest składane w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej także jako „JEDZ”), zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 Dyrektywy 2014/25/UE. z zastrzeżeniem, iż JEDZ od dnia 18.04.2018 r. musi być złożony w formie zgodnej z treścią załącznika Nr 8 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. „
- 7) Rozdz. II.7 otrzymuje brzmienie: „ W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy P.z.p. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. z zastrzeżeniem, iż JEDZ od dnia 18.04.2018 r. musi być złożony w formie zgodnej z treścią załącznika Nr 8 do SIWZ.”
- 8) Rozdz. II.8 otrzymuje brzmienie: „Podmiot udostępniający potencjał na zasadach wynikających z art. 22 a ustawy P.z.p., wskazany przez Wykonawcę w ofercie, składa własne oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy P.z.p. w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej także jako „JEDZ”). z zastrzeżeniem, iż JEDZ od dnia 18.04.2018 r. musi być złożony w formie zgodnej z treścią załącznika Nr 8 do SIWZ. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby oraz brak podstaw wykluczenia. „
- 9) Rozdz. V.2. otrzymuje brzmienie : „W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy P.z.p. w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej także jako „JEDZ”) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. z zastrzeżeniem, iż JEDZ od dnia 18.04.2018 r. musi być złożony w formie zgodnej z treścią załącznika Nr 8 do SIWZ. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. „





- 10) Rozdz. VI.4. otrzymuje brzmienie : „Oświadczenia, o których mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy P.z.p. składane przez Wykonawcę i inne podmioty na zdolnościach lub sytuacji, których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy oraz przez Podwykonawców od dnia 18.04.2018 r. składane są w formie zgodnej z treścią załącznika Nr 8 do SIWZ .Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) składane przez Wykonawcę i inne podmioty na zdolnościach lub sytuacji, których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy oraz przez Podwykonawców, składane są w oryginale.”
- 11) Rozdz. VI.5. otrzymuje brzmienie : „Dokumenty, o których mowa w ww. Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, iż JEDZ od dnia 18.04.2018 r. musi być złożony w formie zgodnej z treścią załącznika Nr 8 do SIWZ.”
- 12) Rozdz. VI.7. otrzymuje brzmienie : „Wszelkiego rodzaju komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami (np.: korespondencja, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje) odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub faksu. Szczegółowe informacje oraz wymagania w tym zakresie Zamawiający zawarł w załączniku nr 8 do SIWZ stanowiącym jego integralną część.
- 13) Rozdz. VI.7.3. otrzymuje brzmienie : Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale II-V niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy P.z.p), dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną, z zastrzeżeniem, iż JEDZ od dnia 18.04.2018 r. musi być złożony w formie zgodnej z treścią załącznika Nr 8 do SIWZ.
- 14) W Roz. VI. dodaje się pkt.8 o brzmieniu „ W przypadku wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do uzupełnienia JEDZ na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. Wykonawca w odpowiedzi na ww. wezwanie przesyła JEDZ podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, jednakże w takim przypadku Wykonawca nie musi szyfrować tego dokumentu.
- 15) Rozdz. VII.1.1. otrzymuje brzmienie : wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej „JEDZ”) - Wykonawca, każdy uczestnik Konsorcjum, podmiot udostępniający potencjał na zasadach wynikających z art. 22 a ustawy P.z.p. wskazany w ofercie przez Wykonawcę - składają własne JEDZ z zastrzeżeniem, iż JEDZ od dnia 18.04.2018 r. musi być złożony w formie zgodnej z treścią załącznika Nr 8 do SIWZ;



Zmodyfikowany Załącznik 4A do SIWZ – Projekt umowy znajduje się do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego ([www.szpitalczerniakowski.waw.pl](http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl)).

Nowy Załącznik nr 8 do SIWZ- instrukcja składania JEDZ - znajdują się do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego ([www.szpitalczerniakowski.waw.pl](http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl)).

Nowy Załącznik 9 i 10 do SIWZ znajdują się do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego ([www.szpitalczerniakowski.waw.pl](http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl)).

*Z poważaniem*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

*Damian Rączkowski*

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
**KIEROWNIA**

*Anna Nyrtek-Koczkodaj*

**PROKURENT**  
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

*Dominik Kołodziej*

*Sporządziła: Malgorzata Bauer-Dołęgowska*