

Warszawa, dnia 10.04.2018 r.

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ZP- 01/15/2018

WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na „Zakup i dostawa narzędzi endoskopowych, ortopedycznych i okulistycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o” (nr sprawy 15/2018).

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione w trakcie postępowania.

Pytanie Nr 1:

Pakiet 1, poz. 2:

Czy Zamawiający wyraża dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenia osobnej oferty na pozycję 5,6,10 i 11 osobno i zaoferowania w pozycji 10 i 11 klipsów o długości ramion 9mm, pozostałe parametry narzędzi zgodnie z opisem.?

Odpowiedź nr 1: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga asortymentu kompatybilnego z posiadanymi endoskopami firmy Olympus.

Pytanie Nr 2:

Pakiet 2, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki do opatrunków o dl. 225 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź nr 2: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 3:

Pakiet 2, poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, młotek o dl.200 mm lub 265mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź nr 3: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 4:

Pakiet 2, poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze o dl. 235mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź nr 4: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 5:

Pakiet 2, poz. 10: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, dźwignia kostna o dl. 350mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź nr 5: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 6:


Pakiet 2, poz. 11,12,13,14: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, osteotom o dl. 240mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź nr 6: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 7:

Pakiet 2, poz. 15: Czy Zamawiający może podać więcej informacji na temat danego narzędzia, np. Jaki rozmiar ma posiadać?

Odpowiedź nr 7: Zamawiający wymaga narzędzia zgodnie z załączonym zdjęciem poniżej.



Pytanie Nr 8:

Pakiet 2, poz. 16: Czy Zamawiający może podać więcej informacji na temat danego narzędzia, np. Jaki rozmiar ma posiadać?

Odpowiedź nr 8: Zamawiający wymaga narzędzia zgodnie ze zdjęciem – załącznikiem do pisma.

Pytanie Nr 9:

Pakiet 2, poz. 17: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło chirurgiczne o dl. 200mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź nr 9: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 10:

Pakiet 2, poz. 18: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło chirurgiczne o dl. 180mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź nr 10: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 11:


Pakiet 2, poz. 22: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, hak operacyjny o wymiarach 65x20mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź nr 11: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 12:

Pakiet 2, poz. 23: Czy Zamawiający może podać więcej informacji na temat wymaganego narzędzia?


Odpowiedź nr 12: Zamawiający wymaga narzędzia zgodnie z załączonym zdjęciem poniżej.



Pytanie Nr 13:

Pakiet 2, poz. 25: Czy Zamawiający może podać więcej informacji na temat wymaganego narzędzia?

Odpowiedź nr 13: Zamawiający wymaga narzędzia zgodnie z załączonym zdjęciem poniżej.



Pytanie Nr 14:

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 2** tolerancje długości narzędzi chirurgicznych +/- 10 mm ?

Pytanie wynika głównie z tego, iż nie wszyscy producenci posiadają dokładnie te same długości tych samych wyrobów medycznych.

Prosimy o przychylenie się do powyższego.

Odpowiedź nr 14: TAK, Zamawiający dopuszcza tolerancje długości narzędzi chirurgicznych +/- 10 mm.

Pytanie Nr 15:

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 2 poz. 1** kleszczyki do opatrunków o długości 220 mm ? reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź nr 15: NIE, Zamawiający nie dopuszcza..

Pytanie Nr 16:

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 2 poz.2** młotek HEATH 1000g, 200 mm ?

Odpowiedź nr 16: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 17:

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 2 poz.3** kleszcze o długości 235 mm ? reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź nr 17:

Pytanie Nr 18:

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 2 poz.5** suwmiarkę o długości całkowitej 235 mm ? reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź nr 18:

Pytanie Nr 19:

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 2 poz.7** dźwignie kostną szer. 22 mm, długość 220 mm ?

Odpowiedź nr 19: NIE, Zamawiający nie dopuszcza..

Pytanie Nr 20:

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 2 poz.11** osteotom LAMBOTTE prosty szer. 15 mm, długość 240 mm ?

Odpowiedź nr 20: NIE, Zamawiający nie dopuszcza..

Pytanie Nr 21:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2 poz.12 osteotom LAMBOTTE prosty szer. 20 mm, długość 240 mm ?

Odpowiedź nr 21: NIE, Zamawiający nie dopuszcza..

Pytanie Nr 22:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2 poz.13 osteotom LAMBOTTE prosty szer. 25 mm, długość 240 mm ?

Odpowiedź nr 22: NIE, Zamawiający nie dopuszcza..

Pytanie Nr 23:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2 poz.14 osteotom LAMBOTTE prosty szer. 25 mm, długość 240 mm ?

Odpowiedź nr 23: NIE, Zamawiający nie dopuszcza..

Pytanie Nr 24:

Czy Zamawiający mógłby w Pakiecie 2 poz. 16 przedstawić zdjęcie poglądowe Łyżeczki kostnej ostrej T.SCHULITZ ?

Producent nie posiada o takiej nazwie łyżeczki kostnej. Być może występuje ona pod inną nazwą niż T.SCHULITZ.

Prosimy o udostępnienie zdjęcia poglądowego.

Odpowiedź nr 24: Zamawiający wymaga narzędzia zgodnie ze zdjęciem – załącznikiem do pisma.

Pytanie Nr 25:

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 16 nie doszło do omyłki pisarskiej, ponieważ łyżeczka kostna pod nazwą T.SCHULITZ nie istnieje. Prosimy Zamawiającego doprecyzowanie konkretnych parametrów.

Odpowiedź nr 25: Zamawiający wymaga narzędzia zgodnie ze zdjęciem – załącznikiem do pisma.

Pytanie Nr 26:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2 poz. 17 dopuści imadło o długości 200 mm ? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź nr 26: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 27:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2 poz. 18 dopuści imadło o długości 180 mm ? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź nr 27: TAK, Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 28:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2 poz. 19 Podważkę kostną Langenbeck o długości 200 mm ? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź nr 28: TAK, Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 29:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2 poz. 20 dluto LEXER o długości 22 cm, szer. 20 mm ?

Odpowiedź nr 29: NIE, Zamawiający nie dopuszcza..


Pytanie Nr 30:

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 2 poz. 21** dluto LEXER o długości 22 cm, szer. 25 mm ?

Odpowiedź nr 30: NIE, Zamawiający nie dopuszcza..

Pytanie Nr 31:

Czy Zamawiający mógłby określić w **Pakiecie 2 poz. 20-21** jakiego dluta LEXER wymaga ? Prosty czy wypukły ?



Odpowiedź nr 31: Zamawiający wymaga Dluto Lexer wypukłe.

Pytanie Nr 32:


Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 2 poz. 22** hak operacyjny Langenbeck 60 x 20 mm, przekrój owalny ,
długość 210 mm ?

Odpowiedź nr 32: TAK, Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 33:

Czy Zamawiający mógłby w **Pakiecie 2 poz. 23** przedstawić zdjęcie pogładowe uchwytu T jakiego wymaga?

Odpowiedź nr 33: Zamawiający wymaga narzędzia zgodnie z załączonym zdjęciem poniżej.



Pytanie Nr 34:

Czy Zamawiający mógłby w **Pakiecie 2 poz. 23** określić co ma na myśli pod skrótem „ Z OPR. TRÓJSZ.” ?

Odpowiedź nr 34: Zamawiający ma na myśli oprawa trójszczękowa

Pytanie Nr 35:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 2 poz. 23** wymaga uchwytu T do strzemienia rozciągającego regulowanego (klamry wyciągowej) ujętego w **pozycji 24**?

Odpowiedź nr 35: NIE, Zamawiający nie dopuszcza..

Pytanie Nr 36:

Pakiet nr 2 Poz.1)

Kleszczyki o dł. 200mm i szer. 6mm, pozostałe parametry bez zmian lub kleszczyki o dł. 220mm i szer. 5mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 36: NIE, Zamawiający nie dopuszcza..

Pytanie Nr 37:

Pakiet nr 2 Poz.2) Młotek waga 900g, dł. 265mm, bez nazwy własnej, identyczny z wymaganym lub młotek Ombredanne, waga 770gg i dł. 230mm.

Odpowiedź nr 37: NIE, Zamawiający nie dopuszcza..

Pytanie Nr 38:

Pakiet nr 2 Poz.4) Kleszcze o dł. 180mm, śr. drutu twardego 1mm a miękkiego 1,5mm.

Odpowiedź nr 38: NIE, Zamawiający nie dopuszcza..

Pytanie Nr 39:

Pakiet nr 2 Poz.5) Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji z pakietu i utworzenie do niej nowego odrębnego pakietu, co jednocześnie umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę dostawców, przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji.

Odpowiedź nr 39: NIE, Zamawiający nie dopuszcza..

Pytanie Nr 40:

Pakiet nr 2 Poz.7) Dźwignia o dł. 290mm i szer. 34mm lub dźwignia o dł. 270mm i szer. 25mm.

Odpowiedź nr 40: NIE, Zamawiający nie dopuszcza..

Pytanie Nr 41:

Pakiet nr 2 Poz.8) Czy Zamawiający wymaga dźwigni o dł. 220mm i szer.10mm czy dł. 240mm i szer.18mm.

Odpowiedź nr 41: Zamawiający wymaga dźwigni o szerokości 10mm. i długości 240mm.

Pytanie Nr 42:

Pakiet nr 2 Poz.10) Z uwagi na fakt, że pozycja jest możliwa do zrealizowania wyłącznie przez jednego dostawcę, zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji z pakietu i utworzenie do niej nowego odrębnego pakietu, co jednocześnie umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę dostawców, przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji.

Odpowiedź nr 42: NIE, Zamawiający nie dopuszcza..

Pytanie Nr 43:

Pakiet nr 2 Poz.11,12,13,14) Osteotom o dł. 240mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 43: NIE, Zamawiający nie dopuszcza..

Pytanie Nr 44:

Pakiet nr 2 Poz.15) Łyżeczka Volkmann o dł. 170mm lub 230mm. Czy Zamawiający może podać jaką średnicę łyżeczko wymaga?

Odpowiedź nr 44: NIE, Zamawiający nie dopuszcza..

Pytanie Nr 45:

Pakiet nr 2 Poz.16) Łyżeczka kostna Kerpel o dł. 150mm i szer. 2mm lub 3mm, bagnetowa lub zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji z pakietu i utworzenie do niej nowego odrębnego pakietu, co jednocześnie umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę dostawców, przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji.

Odpowiedź nr 45: NIE, Zamawiający nie dopuszcza..

Pytanie Nr 46:

Pakiet nr 2 Poz.17) Imadło o dł. 200mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 46: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 47:

Pakiet nr 2 Poz.18) Imadło o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 47: TAK, Zamawiający dopuszcza..

Pytanie Nr 48:

Pakiet nr 2 Poz.19) Podważka o dł. 200mm, szer. 7mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 48: TAK, Zamawiający dopuszcza..

Pytanie Nr 49:

Pakiet nr 2 Poz.20,21) Dłuto Dahmen identyczne z wymaganym.

Odpowiedź nr 49: NIE, Zamawiający nie dopuszcza..

Pytanie Nr 50:

Pakiet nr 2 Poz.22) Hak o wym. 60x20mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 50: TAK, Zamawiający dopuszcza..

Pytanie Nr 51:

Pakiet nr 2 Poz.23,24,25) Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji z pakietu i utworzenie do nich nowego odrębnego pakietu, co jednocześnie umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę dostawców, przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji.

Odpowiedź nr 51: NIE, Zamawiający nie dopuszcza..

Pytanie Nr 52:

Pakiet nr 3 Poz.1)

Pinceta Utrata o dł. 100mm, do kapsuloreksji.

Odpowiedź nr 52: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 53:

Pakiet nr 3 Poz.2)

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji z pakietu i utworzenie do niej nowego odrębnego pakietu, co jednocześnie umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę dostawców, przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji.

Odpowiedź nr 53: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 54:

Pakiet nr 3 Poz.4)

Rozwórka Liebermann o tych samych parametrach.

Odpowiedź nr 54: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 55:

Pakiet nr 3 Poz.5)

Nożyczki ostre o tych samych parametrach lub nożyczki McPherson tępe o tych samych parametrach.

Odpowiedź nr 55: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 56:

Pakiet nr 3Poz.7)

Mikronożyczki Mod. Tübingen, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 56: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 57:

Pakiet nr 3 Poz.8)

Pinceta o dl. 100mm końce 0,12mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 57: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 58:

Pakiet nr 3Poz.9)

Rozwórka Liebermann, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 58: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 59:

Pakiet nr 3Poz.10)

Rozwórka Barraquer, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 59: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 60:

Pakiet nr 3

Poz.11) Pinceta 0,3mm lub 0,5mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 60: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 61:

Pakiet nr 3

Poz.12) Manipulator Sinskey końcówka 0,20mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 61: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 62:

Pakiet nr 3

Poz.13) Manipulator Fenzl, końcówka 0,15mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 62: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 63:

Pakiet nr 3

Poz.14) Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji z pakietu i utworzenie do niej nowego odrębnego pakietu, co jednocześnie umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę dostawców, przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji.

Odpowiedź nr 63: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 64:

Pakiet nr 3

Poz.15) Imadło o dł. 140mm lub 170mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 64: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 65:

dot. zapisów SIWZ

W oparciu o art.14, pkt 2 rozdziału 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych w brzmieniu:

„Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane **profesjonalnym użytkownikom** miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim(...) zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oznakowań i instrukcji używania w języku angielskim

Odpowiedź nr 65: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 66:

Pytanie nr 2 dot. zapisów SIWZ

Uprzejmie prosimy o skrócenie wymaganego terminu gwarancji do 12 miesięcy.

Odpowiedź nr 66: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 67:

dot. projektu umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu:
„Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy oraz do **jednorazowego** przeszkolenia personelu Zamawiającego w terminie: tygodni (zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą) od daty zawarcia niniejszej Umowy.”

Uzasadnienie:

Wykonawca zobowiązuje się dokonać jednorazowego przeszkolenia personelu Zamawiającego, każde dodatkowe szkolenie może być wykonane na podstawie odrębnego zlecenia.

Odpowiedź nr 67: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 68:

dot. projektu umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 8 projektu umowy w następującym brzmieniu:
„Jeżeli w trakcie dostawy okaże się, że Wykonawca nie dostarczył kompletnego przedmiotu umowy (dostarczył niezgodny z umową), Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt i ryzyko na adres Zamawiającego brakujące elementy przedmiotu umowy.”

Uzasadnienie:

Jeden dzień roboczy może okazać się zbyt krótki na dostarczenie brakujących elementów dostawy, prosimy o wydłużenie go do 3 dni roboczych.

Odpowiedź nr 68: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 69:

dot. projektu umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 9 projektu umowy w następującym brzmieniu: „*W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w toku dostawy jeszcze innych zastrzeżeń, niż wskazane w ust. 8 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych niezgodności w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, ale nie krótszym niż 3 dni robocze.*”

Uzasadnienie:

Termin wyznaczony przez Zamawiającego nie powinien być zbyt krótki, zasadnym jest, aby wynosił on nie mniej niż 3 dni robocze. Rozwiązanie takie jest spójne z tym proponowanym w zakresie § 4 ust. 8.

Odpowiedź nr 69: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

§ 4 ust. 9 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„*W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w toku dostawy jeszcze innych zastrzeżeń, niż wskazane w ust. 8 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych niezgodności w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, ale nie krótszym niż 3 dni robocze.*”

Pytanie Nr 70:

dot. projektu umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 14 pkt 1) projektu umowy w następującym brzmieniu: „*W przypadku niedotrzymania terminu, o którym jest mowa w niniejszym ustępie Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin na przedstawienie dokumentów, o których jest mowa, jednakże nie krótszy niż 3 dni robocze.*”

Uzasadnienie:

Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień dotyczących zasadności wskazania pewnego minimalnego terminu, który powinien zostać udzielony Wykonawcy przez Zamawiającego;

Odpowiedź nr 70: TAK, Zamawiający wyraża zgodę. § 4 ust. 14 pkt 1) projektu umowy otrzymuje brzmienie: „*W przypadku niedotrzymania terminu, o którym jest mowa w niniejszym ustępie Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin na przedstawienie dokumentów, o których jest mowa, jednakże nie krótszy niż 3 dni robocze.*”

Pytanie Nr 71:

dot. projektu umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 6 ust. 8 pkt 1) i 2) projektu umowy w następującym brzmieniu: „*Warunki gwarancji:*

1) w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego reklamacji w terminie do 24 godzin w dni robocze, a następnie do bezpłatnego usunięcia usterek i wad w terminie nie dłuższym niż 48 godzin w dni robocze licząc od czasu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego na piśmie lub faksem,

2) w przypadku naprawy dłuższej niż 48 godzin w dni robocze lub konieczności naprawy poza terenem Zamawiającego (w warsztacie serwisowym), Wykonawca na czas wykonania serwisu/naprawy zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu zastępczego narzędzia o parametrach nie gorszych niż wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.”

Uzasadnienie:

Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zasadnym jest więc posługiwanie się jednostkami roboczymi, podobnie jak przewiduje to umowa w innych miejscach. Rozwiązanie takie stawia Wykonawcę w jednakowej sytuacji bez względu na dzień i godzinę zgłoszenia usterki lub awarii.

Odpowiedź nr 71: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 72:
dot. projektu umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 7 ust. 1-10 projektu umowy w następującym brzmieniu:
„1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy obowiązywać będzie odszkodowanie w formie kar umownych.

*2. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy do Zamawiającego w terminie określonym w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości **netto** niedostarczonej w terminie dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ale nie więcej niż 10% wartości **netto** danej dostawy.*

*3. Strony uzgadniają, że za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu asortymentu pozbawionego defektów jakościowych w odniesieniu, do których została złożona reklamacja Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości **netto** wadliwych towarów, ale nie więcej niż 10% ich wartości **netto**.*

*4. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, bądź odstąpienia Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10,00 % wartości **netto** niezrealizowanej części umowy.*

*5. W razie niedostarczenia dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 14 niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości umowy **netto** danego towaru, do którego odnoszą się dokumenty, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu ww. dokumentów, ale nie więcej niż 1% wartości **netto** tego towaru.*

*6. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05 % wartości umowy **netto**, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przeprowadzeniu szkolenia personelu, liczony od następnego dnia po upływie terminu, o którym jest mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, ale nie więcej niż 0,5% wartości **netto** umowy.*

*7. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01 % wartości umowy **netto**, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w reakcji przystąpienia do usunięcia zgłoszonej przez Zamawiającego reklamacji/usterki i wady, o których jest mowa w § 6 ust. 8 pkt 1) niniejszej Umowy, ale nie więcej niż 0,1% wartości **netto** umowy.*

*8. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01 % łącznej wartości umowy **netto**, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w usunięciu zgłoszonych przez Zamawiającego usterek i wad w okresie gwarancyjnym i przy odbiorze, w terminie o którym jest mowa w § 6 ust. 8 pkt 1) niniejszej Umowy, ale nie więcej niż 0,1% wartości **netto** umowy.*

*9. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości **netto** danego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie przedmiotu umowy na fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, licząc od*

terminu, o którym mowa w § 5 ust. 8 pkt 5) i 6) niniejszej Umowy, ale nie więcej niż 1% wartości netto danego przedmiotu umowy.

10. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości netto wadliwego urządzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu urządzenia zastępczego, w sytuacji o której mowa w § 5 ust. 8 pkt 2) niniejszej Umowy, ale nie więcej niż 1% wartości netto tego urządzenia.”

Uzasadnienie:

- Prosimy o rozważenie naliczania kar umownych od kwoty netto, a nie brutto wynagrodzenia, ponieważ to kwota netto określa wartość zobowiązania wykonawcy (art. 32 PZP), zaś kwota VAT składająca się na wynagrodzenie brutto jest tylko podatkiem, którego płatnikiem jest Wykonawca;
- Kara umowna za zwłokę w realizowaniu określonych obowiązków powinna być obliczana w oparciu o wartość danego zamówienia, dostawy, towaru lub urządzenia, gdyż Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją tego konkretnego obowiązku, a nie całej umowy;
- Kara umowna powinna być naliczana jedynie w sytuacji zwłoki, a nie opóźnienia, ponieważ mianem „opóźnienia” prawo określa każde nieterminowe spełnienie świadczenia, bez względu na przyczyny, a więc opóźnienie może wynikać również z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. z działania siły wyższej, i nie jest zasadne karanie Wykonawcy w takich okolicznościach;
- Prosimy o przyjęcie górnego limitu naliczania kar umownych za zwłokę w dostawie tak jak w przypadku kar umownych za zwłokę w dostawie wyrobów wolnych od wad. Kara umowna nie powinna być naliczana „w nieskończoność”, stanowi ona substrat odszkodowania i nie powinna prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego kosztem Wykonawcy;
- Kara umowna za odstąpienie od umowy powinna być obliczana od wartości jeszcze jej niezrealizowanej części, w przeciwnym wypadku będzie ona taka sama niezależnie od stopnia wykonania umowy, a w skrajnym wypadku mogłaby przekroczyć wartość jeszcze niezrealizowanej części umowy, co byłoby niesprawiedliwe;

Odpowiedź nr 72: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 73:

dot. projektu umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 8 ust. 4 projektu umowy w następującym brzmieniu: „W przypadku, gdy naruszenie określone w ust. 1 dokonane zostanie przez Wykonawcę trzykrotnie, a zwłoka przekroczy każdorazowo 3 dni kalendarzowe, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z konsekwencjami, o których mowa w § 7 ust. 4.”

Uzasadnienie:

Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień wskazujących na różnicę między „opóźnieniem” a „zwłoką”.

Odpowiedź nr 73: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 74:

Pakiet 2 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszczyki do opatrunków proste typ urlich długość 220 mm z zamkiem

Odpowiedź nr 74: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 75:

Pakiet 2 poz. 10 czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dźwign.kostna 350 mm

Odpowiedź nr 75: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 76:

Pakiet 2 poz. 11 czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osteotom lambotte
pr.15mm szer 240 mm

Odpowiedź nr 76: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 77:

Pakiet 2 poz. 12 czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osteotom typ lambotte ,
prosty , dł. 240mm, szer.20mm

Odpowiedź nr 77: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 78:

Pakiet 2 poz. 13 czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osteotom lambotte
pr.25mm szer 240mm

Odpowiedź nr 78: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 79:

Pakiet 2 poz. 14 czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osteotom typ lambotte,
prosty, dł. 240mm , szer.30mm

Odpowiedź nr 79: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 80:

Pakiet 2 poz. 17 czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie imadło chirurgiczne typ
hegar-mayo z zapadką długość 200 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane
krzyżowo

Odpowiedź nr 80: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 81:

Pakiet 2 poz. 18 czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie imadło chirurgiczne typ
hegar-mayo z zapadką długość 180 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane
krzyżowo

Odpowiedź nr 81: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 82:

Pakiet 2 poz. 19 czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podważka kostna typ
langenbeck szerokość 8 mm dł. 200 mm

Odpowiedź nr 82: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 83:

Pakiet 2 poz. 20 czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dahmen dluto dl 30 cm
szer. 20mm

Odpowiedź nr 83: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 84:

Pakiet 2 poz. 21 czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dahmen dłuto dł 30 cm szer. 25mm

Odpowiedź nr 84: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 85:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości narzędzia okulistyczne produkcji niemieckiej zestaw 12 szt. stalowych pętli?

Odpowiedź nr 85: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 86:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości narzędzie okulistyczne produkcji niemieckiej -rozwórka do operacji siatkówki typ Castroviejo, szerokość rozwarcia 13 mm, zamknięta?

Odpowiedź nr 86: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 87:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości mikropozyczki do torebki, zakrzywione, długie, cienkie delikatne ostrza o długości 9mm?

Odpowiedź nr 87: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 88:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości rozwórkę regulowaną typ Barraquer , szerokość rozwarcia 15 mm?

Odpowiedź nr 88: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 89:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości pincetę Castroviejo, ukośne ząbki 0,5 mm długość całkowita narzędzia 11 cm?

Odpowiedź nr 89: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 90:

Dotyczące zapisów SIWZ, umowy oraz formularza ofertowego (załącznik do SIWZ) pkt.III podpunkt 6, 7 : Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w zapisach pkt. 6, 7 formularza ofertowego?

Uwagi: przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa

Odpowiedź nr 90:Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.

Pytanie Nr 91:

Pytanie nr 2 dotyczące zapisów umowy paragraf 6 ustęp 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 12 miesięczny okres rękojmi?

Odpowiedź nr 91: TAK, Zamawiający wyraża zgodę. § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Okres rękojmi jest równy okresowi 12 miesięcy. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji”

Pytanie Nr 92:

Pytanie nr 3 dotyczące zapisów umowy paragraf 6 ustęp 8 podpunkt 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podane terminy liczone były w dniach roboczych?

Odpowiedź nr 92: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 93:

Pytanie nr 4 dotyczące zapisów umowy paragraf 6 ustęp 8 podpunkt 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na wydłużenie podanych terminów do 3 dni roboczych?

Odpowiedź nr 93: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 94:

Pytanie nr 5 dotyczące zapisów umowy paragraf 6 ustęp 8 podpunkt 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę z .. w przypadku trzykrotnej ...” na zapis „...w przypadku pięciokrotnej..”?

Odpowiedź nr 94: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 95:

Pytanie nr 6 dotyczące zapisów umowy paragraf 6 ustęp 8 podpunkt 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu „2 dni robocze” na „3 dni robocze”?

Odpowiedź nr 95: TAK, Zamawiający wyraża zgodę. § 6 ust. 8 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:
„ w okresie gwarancji w przypadku trzykrotnej uzasadnionej reklamacji tego samego narzędzia objętego przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany na fabrycznie nowy w terminie maksymalnie 3 dni roboczych, od dnia złożenia reklamacji”

Pytanie Nr 96:

Pytanie nr 7 dotyczące zapisów umowy paragraf 6 ustęp 8 podpunkt 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu „2 dni robocze” na „3 dni robocze”?

Odpowiedź nr 96: TAK, Zamawiający wyraża zgodę. § 6 ust. 8 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
„ w okresie gwarancji w przypadku braku możliwości naprawy danego urządzenia Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego asortymentu na wolny od wad, w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od dnia powzięcia takiej informacji.”

Pytanie Nr 97:

Pytanie nr 8 dotyczące zapisów umowy paragraf 7 ustęp 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na wykreślenie z ustępu 7 umowy zapisu dotyczącego „za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki” ?

Odpowiedź nr 97: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 98:

Pytanie nr 9 dotyczące zapisów umowy paragraf 7 ustęp 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na wykreślenie z ustępu 8 umowy zapisu dotyczącego „za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki” ?

Odpowiedź nr 98: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 99:

Pytanie nr 10 dotyczące zapisów umowy paragraf 7 ustęp 7, ustęp 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do umowy zapisu „ale nie więcej niż 10% wartości umowy”?

Odpowiedź nr 99: TAK, Zamawiający wyraża zgodę. § 7 ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

7) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w reakcji przystąpienia do usunięcia zgłoszonej przez Zamawiającego reklamacji/usterki i wady, o których jest mowa w § 6 ust. 8 pkt 1) niniejszej Umowy ale nie więcej niż 10% wartości umowy

8) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01 % łącznej wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w usunięciu zgłoszonych przez Zamawiającego usterek i wad w okresie gwarancyjnym i przy odbiorze, w terminie o którym jest mowa w § 6 ust. 8 pkt 1) niniejszej Umowy, ale nie więcej niż 10% wartości umowy



Pytanie Nr 100:

Pytanie nr 1 dot. zapisów SIWZ pakiet 5 poz. 1

Czy z uwagi na fakt, że Producent udziela standardowo 6 miesięcznej gwarancji na głowice ultradźwiękowe, które są akcesoriami zużywalnymi Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie wymaganego okresu gwarancji z **min. 24 miesięcy do 6 miesięcy?**

Odpowiedź nr 100: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Zmodyfikowany Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ (formularz ofertowy) znajduje się do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

Załącznik (zdjęcie) - pakiet nr 2 poz. 16 znajduje się do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl)

Z poważaniem

..... PROKURENT

Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Dominik Klotoczaj

..... PROKURENT

Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

dr n. med. Jarosław Uciekaj

Dział Zamówień Publicznych i Zopatrzenia
KIEROWNIK

Anna Nyrek-Koczkodaj

Sporządziła: *Małgorzata Bauer-Dolęowska*