

Warszawa, dnia¹⁰ 05. 2018 r.

DZPiZ/.../35/2018

WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: „Zakup i dostawę materiałów do sterylizacji na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.” (nr sprawy 35/2018).

Działając na podstawie 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione po terminie na składanie wniosku przez Wykonawcę w trakcie niniejszego postępowania przetargowego:

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 14 i 15

Czy Zamawiający dopuści taśmę spełniającą wymagania SIWZ z tolerancją szerokości +/- 1 mm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza tolerancję szerokości +/- 1 mm w poz. 14 i 15

Z poważaniem

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
KIEROWNIK


Anna Nyrek-Koczkodaj

Przygotowała: Małgorzata Bauer-Dolęgowska