



Warszawa, dnia 09.05.2018 r.

DZPiZ/02/35/2018

## WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: „*Zakup i dostawę materiałów do sterylizacji na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.*” (nr sprawy 35/2018).

Sprostowanie do odpowiedzi na pytania udzielonych w dniu 07.05.2018r. na podstawie 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (*tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579*)

### Pytanie nr 23 – dot. Pakietu nr 3, poz. 13 i 14

Czy Zamawiający dopuści taśmę spełniającą wymagania SIWZ z tolerancją szerokości +/- 1 mm?

**Odpowiedź Nr 23:** Zamawiający dopuszcza tolerancję szerokości +/- 1 mm w poz. 14.

Poz. 13 dotyczy innego asortymentu.

Z poważaniem

  
Dział Zarządzania i Zaopatrzenia  
NIK  
Koczko

Przygotowała: Małgorzata Bauer-Dolęowska