

Warszawa, dnia 25.06.2018 r.

DZPiZ- 01/50/2018

WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: „Zakup i dostawa optycznego systemu do nawigacji w zabiegach otolaryngologicznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.” (nr spraw: 50/2018).

Działając na podstawie 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania przetargowego.

Dotyczy Przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania dopuści system nawigacji hybrydowej (umożliwiającej podłączenie do jednego sterownika zarówno kamery IR, jak i generatora pola elektromagnetycznego), w przypadku którego różnice względem wymaganych parametrów sprowadzają się do:

Pytanie nr 1: L.p. 2 Zastosowania jednorazowych znaczników.

Odpowiedź Nr 1: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 2: L.p. 7, 21 Nagrywania endoskopowych zabiegów operacyjnych z poziomu systemu nawigacji, z automatycznym wykonywaniem zdjęć przez system w przypadku wykrycia przez kamerę IR (na statywie jezdnym) stałej pozycji narzędzia w obrębie struktur anatomicznych.

Odpowiedź Nr 2: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3: L.p. 14 Zoom-u operowanych struktur z możliwością wywołania i sterowania powiększeniem w dowolnym momencie przeprowadzanego zabiegu

Odpowiedź Nr 3: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4: L.p. 19 Możliwości wizualizacji na bazie laptopa Mac Book Pro w środowisku Windows.

Odpowiedź Nr 4: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5: L.p. 25, 26 Dwóch rodzajów nawigowanych wskaźników/sond zakrzywionych na końcu (do zatoki czołowej, do zatoki szczękowej), o geometrii narzędzia niewpisanej domyślnie w program i niewidocznej na ekranie podczas użytkowania, nieróżniących się jednak funkcjonalnością od wymaganych narzędzi.

Odpowiedź Nr 5: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.

Nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.


Z poważaniem

Dział Zamówień Publicznych i Zaprzęczenia
KIEROWNIK

Anna Nyrek-Koczkodaj

Przygotowała: Anna Nyrek-Koczkodaj

PROKURENT
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.



Dominik Kotodziej

PROKURENT
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

dr n. med. Jarosław Ucieklak

