

Warszawa, dnia 27.06.2018 r.

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ZP- 02/58/2017

WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na „Dzierżawę aparatów do hemodializ w wersji podstawowej wraz z akcesoriami oraz dostawą sprzętu jednorazowego, odczynników i materiałów zużywalnych i dostawą środków do dezynfekcji potrzebnych do wykonania hemodializ na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp.z o.o.” (sprawa 58/2018)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione w trakcie postępowania.

Pytanie Nr 1: Dotyczy Załącznik nr 3B do SIWZ - Zadanie nr 1 punkt 1.9
Czy Zamawiający dopuści aparaty z przepływem pompy krwi 50-600 ml/min ?

Odpowiedź na 1: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 2: Dotyczy Załącznik nr 3B do SIWZ - Zadanie nr 1 punkt 2.1
Czy Zamawiający dopuści środek do dezynfekcji wewnętrznej zalecany i wytwarzany przez producenta oferowanych aparatów zawierający 50 g kwasu cytrynowego w 100 g środka - opakowanie (6 l) ?

Odpowiedź na 2: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 3: Dotyczy Załącznik nr 3B do SIWZ - Zadanie nr 1 punkt 2.1b
Czy Zamawiający dopuści środek do odbiałczania zalecany i wytwarzany przez producenta oferowanych aparatów zawierający 3,9 g chloru w 100 g środka –opakowanie (5 l) ?

Odpowiedź na 3: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 4: Dotyczy Załącznik nr 3B do SIWZ - Zadanie nr 2 punkt 1.9
Czy Zamawiający dopuści aparaty z przepływem pompy krwi 50-600 ml/min ?

Odpowiedź na 4: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 5: Dotyczy Załącznik nr 3B do SIWZ - Zadanie nr 2 punkt 2.1
Czy Zamawiający dopuści środek do dezynfekcji wewnętrznej zalecany i wytwarzany przez producenta oferowanych aparatów zawierający 50 g kwasu cytrynowego w 100 g środka -opakowanie (6 l) ?

Odpowiedź na 5: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 6: Dotyczy Załącznik nr 3B do SIWZ - Zadanie nr 2 punkt 2.1b
Czy Zamawiający dopuści środek do odbiałczania zalecany i wytwarzany przez producenta oferowanych aparatów zawierający 3,9 g chloru w 100 g środka –opakowanie (5 l) ?

Odpowiedź na 6: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
KIEROWNIK

Anna Nyrrek-Kozłowska

Sporządziła: Małgorzata Bauer-Dolegowska

PROKURENT
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Dominik Kołodziej

Zpoważaniem PRZEDSIĘBIORCY

Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

mgr Elżbieta Mikulska-Grętruda