

Warszawa, dnia 17.07 2018 r.

DZPiZ- 01/44/2018

## WYKONAWCY

**Pytanie nr 1 Dotyczy zadania nr 1, załącznika nr 3 do SIWZ, rozdziału II, punktu 4:**

Czy Zamawiający pod pojęciem pojęcia „pozostałe wartości – ilość pkt proporcjonalnie” będzie wyliczał punktacje dla tego punktu w sposób proporcji matematycznej (badana wartość przez największą wartość)?

**Odpowiedź Nr 1:**

TAK, Zamawiający potwierdza sposób liczenia proporcjonalności.

**Pytanie nr 2 Dotyczy zadania nr 1, załącznika nr 3 do SIWZ, rozdziału II, punktu 5:**

Prosimy o potwierdzenie, że poprzez częstotliwość próbkowania zamawiający rozumie i wymaga podania wartości ilości projekcji na obrót na element (nie w Hz – Hertz) zespołu detektory-lampa o 360°.

**Odpowiedź Nr 2:**

TAK, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 3 Dotyczy zadania nr 1, załącznika nr 3 do SIWZ, rozdziału III, punktu 1:**

Czy ze względu na bardzo wysokie wymagania odnośnie mocy Zamawiający zrezygnuje z punktowania tego parametru?

**Odpowiedź Nr 3:**

Zamawiający odstępuje od punktacji parametru.

Zmodyfikowana w tym zakresie treść Załącznika nr 3 do SIWZ\_Zadanie nr 1 znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpitalczerniakowski.waw.pl](http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

**Pytanie nr 4 Dotyczy zadania nr 1, załącznika nr 3 do SIWZ, rozdziału III, punktu 4:**

Czy ze względu na bardzo wysokie wymagania odnośnie mocy Zamawiający zrezygnuje z punktowania tego parametru?

**Odpowiedź Nr 4:**

Zamawiający odstępuje od punktacji parametru.

Zmodyfikowana w tym zakresie treść Załącznika nr 3 do SIWZ\_Zadanie nr 1 znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpitalczerniakowski.waw.pl](http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

**Pytanie nr 5 Dotyczy zadania nr 1, załącznika nr 3 do SIWZ, rozdziału IV, punktu 12:**

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie wymogu minimalnego równego 5 i zrezygnowania z oceny tego parametru?

**Odpowiedź Nr 5:**

Zamawiający wprowadza modyfikację do opisu przedmiotu zamówienia i wymaga minimalnej ilości nastaw poziomu redukcji dawki predefiniowanych dla protokołów klinicznych i iteracyjnej technice rekonstrukcji dla tego samego zestawu danych surowych równego 4 (cztery).

Zmodyfikowana w tym zakresie treść Załącznika nr 3 do SIWZ\_Zadanie nr 1 znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpitalczerniakowski.waw.pl](http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

**Pytanie nr 6 Dotyczy zadania nr 1, załącznika nr 3 do SIWZ, rozdziału IV, punktu 19:**

Czy Zamawiający potwierdza, że koniecznym do spełnienia wymagań opisanych w niniejszym punkcie jest zaferowanie tomografu z rekonstruktorem opartym na rekonstrukcji modelowej (GE – ASIR-V, Canon – MBIR, Siemens – ADMIRE, Philips - IMR).

**Odpowiedź Nr 6:**

**TAK, Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 7 Dotyczy zadania nr 1, załącznika nr 3 do SIWZ, rozdziału IV, punktu 20:**

Czy Zamawiający potwierdza, że koniecznym do spełnienia wymagań opisanych w niniejszym punkcie jest zaferowanie tomografu z rekonstruktorem opartym na rekonstrukcji modelowej (GE – ASIR-V, Canon – MBIR, Siemens – ADMIRE, Philips - IMR).

**Odpowiedź Nr 7:**

**TAK, Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 8 Dotyczy zadania nr 1, załącznika nr 3 do SIWZ, rozdziału XI, punktu 16:**

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie ww. punktu, ponieważ spełnienie opisanego w nim wymogu nie jest możliwe w odniesieniu do aparatów CT, jako że tego typu przedmiot zamówienia obejmuje urządzenia wymagające skomplikowanego i czasochłonnego procesu dostawy, montażu, instalacji oraz uzyskania stosownych pozwoleń na ponowne uruchomienie pracowni. Ponadto Wykonawca, aby móc sprostać wymaganiom Zamawiającego będzie zmuszony do uwzględnienia w cenie oferty wartości co najmniej drugiego urządzenia, co w sposób abstrakcyjny przyczyni się do jej wzrostu.

**Odpowiedź Nr 8**

**Zamawiający wyjaśnia, że wymóg odnosi się do konieczności wymiany wadliwego podzespołu, a nie kompletnych aparatów RTG i tomografu.**

**Zmodyfikowana w tym zakresie treść Załącznika nr 3 do SIWZ\_Zadanie nr 1 znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpitalczerniakowski.waw.pl](http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl)**

**Pytanie nr 9 Dotyczy zadania nr 1, załącznika nr 3 do SIWZ, rozdziału XI, punktu 16:**

W przypadku odpowiedzi odmownej na powyższe pytanie prosimy o zmianę zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązany jest do wymiany elementu/modułu przedmiotu umowy na nowy w przypadku dwukrotnej naprawy gwarancyjnej jednego z elementów głównych wyrobu medycznego, przy zgłoszeniu trzeciej jego awarii, oraz jeżeli ulegnie on uszkodzeniu w czasie gwarancji w taki sposób, że naprawa okaże się niemożliwa lub niecelowa, co zostanie potwierdzone przez producenta wyrobu medycznego.” Wymiana na nowe całe urządzenia, w przypadku dwukrotnej naprawy jednego z jego elementów, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania

w przypadku częstych napraw danej części/modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy, po wystąpieniu określonej liczby awarii.

**Odpowiedź Nr 9:**

Zamawiający wyjaśnia, że wymóg odnosi się do konieczności wymiany wadliwego podzespołu, a nie kompletnych aparatów RTG i tomografu.

Zmodyfikowana w tym zakresie treść Załącznika nr 3 do SIWZ\_Zadanie nr 1 znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpitalczerniakowski.waw.pl](http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

**Pytanie nr 10 Dotyczy zadania nr 1, załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy:**

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu § 6 ustęp 6 wzoru umowy: „Jeśli naprawa nie będzie możliwa do wykonania w terminie, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze, o parametrach nie gorszych niż sprzęt zastępowany, na cały pozostały okres naprawy.” W przypadku tomografów komputerowych dostarczenie urządzenia zastępczego nie jest możliwe, ponieważ są to urządzenia każdorazowo produkowane na zamówienie z uwzględnieniem indywidualnych, wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalności, wymagające skomplikowanego i czasochłonnego procesu dostawy, montażu, instalacji oraz uzyskania stosownych pozwoleń na ponowne uruchomienie pracowni. W przypadku urządzeń wielkogabarytowych wiązałoby się to z koniecznością de facto uwzględnienia w cenie co najmniej drugiego urządzenia, co w sposób abstrakcyjny przyczyniłoby się do wzrostu ceny oferty i znacząco wypłynę na ograniczenie konkurencyjności postępowania.

**Odpowiedź Nr 10:**

Zamawiający wyjaśnia, że wymóg odnosi się do konieczności wymiany wadliwego podzespołu, a nie kompletnych aparatów RTG i tomografu.

Zmodyfikowana w tym zakresie treść Załącznika nr 4 do SIWZ\_Projekt umowy znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpitalczerniakowski.waw.pl](http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

**Pytanie nr 11 Dotyczy zadania nr 1, załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy:**

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu § 6 ustęp 10 wzoru umowy ponieważ spełnienie opisanego w nim wymogu nie jest możliwe w odniesieniu do aparatów CT, jako że tego typu przedmiot zamówienia obejmuje urządzenia wymagające skomplikowanego i czasochłonnego procesu dostawy, montażu, instalacji oraz uzyskania stosownych pozwoleń na ponowne uruchomienie pracowni. Ponadto Wykonawca, aby móc sprostać wymaganiom Zamawiającego będzie zmuszony do uwzględnienia w cenie oferty wartości co najmniej drugiego urządzenia, co w sposób abstrakcyjny przyczyni się do jej wzrostu.

**Odpowiedź Nr 11:**

Zamawiający wyjaśnia, że wymóg odnosi się do konieczności wymiany wadliwego podzespołu, a nie kompletnych aparatów RTG i tomografu.

Zmodyfikowana w tym zakresie treść Załącznika nr 4 do SIWZ\_Projekt umowy znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpitalczerniakowski.waw.pl](http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

Treść § 6 ustęp 10 przyjmuje brzmienie: „Zamawiający może żądać wymiany elementu/modułu/podzespołu przedmiotu umowy na nowy, a Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na żądanie Zamawiającego, w ciągu miesiąca od dnia stwierdzenia zaistnienia następujących okoliczności:

- 1) Wykonawca lub serwis dokona trzech jego napraw w okresie gwarancyjnym,
- 2) Wykonawca lub serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe,
- 3) naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych Umową terminach.”

**Pytanie nr 12 Dotyczy zadania nr 1, załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy:**

W przypadku odpowiedzi odmownej na powyższe pytanie prosimy o zmianę zapisu § 6 ustęp 10 wzoru umowy na następujący: „Zamawiający może żądać wymiany elementu przedmiotu umowy na nowy, a Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na żądanie Zamawiającego, w ciągu miesiąca od dnia stwierdzenia zaistnienia następujących okoliczności:

- 1) Wykonawca lub serwis dokona trzech jego napraw w okresie gwarancyjnym,
- 2) Wykonawca lub serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe,
- 3) naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych Umową terminach.

**Odpowiedź Nr 12:**

Zamawiający wyjaśnia, że wymóg odnosi się do konieczności wymiany wadliwego podzespołu, a nie kompletnych aparatów RTG i tomografu.

Zmodyfikowana w tym zakresie treść Załącznika nr 4 do SIWZ\_Projekt umowy znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpitalczerniakowski.waw.pl](http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

Treść § 6 ustęp 10 przyjmuje brzmienie: „Zamawiający może żądać wymiany elementu/modułu/podzespołu przedmiotu umowy na nowy, a Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na żądanie Zamawiającego, w ciągu miesiąca od dnia stwierdzenia zaistnienia następujących okoliczności:

- 1) Wykonawca lub serwis dokona trzech jego napraw w okresie gwarancyjnym,
- 2) Wykonawca lub serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe,
- 3) naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych Umową terminach.”

**Pytanie nr 13 Dotyczy zadania nr 1, załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy:**

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści § 6 ustęp 12 wzoru umowy na następującą: „Czas naprawy rozumiany jest, jako okres od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki lub awarii do jej usunięcia.” Dostarczenie zastępczego urządzenia nie jest możliwe w odniesieniu do aparatów CT, jako że tego typu przedmiot zamówienia obejmuje urządzenia produkowane na indywidualne zamówienie (nie będące sprzętem dostępnym na stanie magazynowym), wymagające skomplikowanego i czasochłonnego procesu dostawy, montażu, instalacji oraz uzyskania stosownych pozwoleń na ponowne uruchomienie pracowni. Ponadto Wykonawca, aby móc sprostać wymaganiom Zamawiającego będzie zmuszony do uwzględnienia w cenie oferty wartości co najmniej drugiego urządzenia, co w sposób abstrakcyjny przyczyni się do jej wzrostu.

**Odpowiedź Nr 13:**

Zamawiający wyjaśnia, że wymóg odnosi się do terminu przywrócenia 100 %, pierwotnej funkcjonalności przedmiotu Umowy.

**Pytanie nr 14 Dotyczy zadania nr 1, załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy:**

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści § 6 ustęp 15 wzoru umowy na następującą: „Jeżeli naprawa elementu przedmiotu zamówienia okaże się niemożliwa (element przedmiotu umowy nie będzie spełniał tych samych parametrów i nie będzie zachowywał swojej funkcjonalności) element ten podlegać będzie wymianie na nowy” lub wykreślenie zapisu.

Spełnienie opisanego w nim wymogu nie jest możliwe w odniesieniu do aparatów CT, jako że tego typu przedmiot zamówienia obejmuje urządzenia wymagające skomplikowanego i czasochłonnego procesu dostawy, montażu, instalacji oraz uzyskania stosownych pozwoleń na ponowne uruchomienie pracowni. Ponadto Wykonawca, aby móc sprostać wymaganiom Zamawiającego będzie zmuszony do uwzględnienia w cenie oferty wartości co najmniej drugiego urządzenia, co w sposób abstrakcyjny przyczyni się do jej wzrostu.

**Odpowiedź Nr 14:**

Zamawiający wyjaśnia, że wymóg odnosi się do konieczności wymiany wadliwego podzespołu, a nie kompletnych aparatów RTG i tomografu.

Zmodyfikowana w tym zakresie treść Załącznika nr 4 do SIWZ\_Projekt umowy znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpitalczerniakowski.waw.pl](http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

Treść § 6 ustęp 15 przyjmuje brzmienie: „Jeżeli naprawa elementu/modułu/podzespołu przedmiotu zamówienia okaże się niemożliwa (przedmiot umowy nie będzie spełniał tych samych parametrów i nie będzie zachowywał swojej funkcjonalności) element/moduł/podzespół ten podlegać będzie wymianie na nowy.”

**Pytanie nr 15 Dotyczy zadania nr 1, załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy:**

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści § 6 ustęp 23 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „W przypadku odmowy uznania reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnego Rzeczoznawcę. Jeżeli reklamacja Zamawiającego będzie uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający może zlecić naprawę innemu podmiotowi posiadającemu autoryzację Wytwórcy przedmiotu Umowy”. Wykonawca nie może zgodzić się na wykonywanie prac przez niewykwalifikowany personel w okresie gwarancji. Potwierdzeniem kwalifikacji jest zaś udzielenie autoryzacji przez Wytwórcę.

**Odpowiedź Nr 15:**

Zamawiający podtrzymuje wymóg z SIWZ i § 6 ustęp 23 Projektu umowy. Zapisy projektu umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.

**Pytanie nr 16 Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ, Zadania nr 1, rozdziału VII punktu 57:**

Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez określenie „ System śledzenia zmian nowotworowych powinien zawierać standardowo zaimplementowane i dostępne jednocześnie dla

każdego badania automatyczne pomiary progresji zmiany”? Czy Zamawiający wymaga przez to by takie skale oceny były fabrycznie wbudowane w oprogramowanie (zgodnie z instrukcją obsługi), a dodatkowo istniała możliwość tworzenia indywidualnych kryteriów oceny zmian?

**Odpowiedź Nr 16:**

**Zamawiający potwierdza opisane rozumienie punktu i traktuje jako wymagane.**

**Pytanie nr 17 Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ, Zadania nr 1, rozdziału VII punktu 64:**

Czy Zamawiający dopuści realizację tego punktu na konsoli operatorskiej aparatu TK? Realizacja tego punktu w systemie konsol lekarskich nie ma żadnego sensu, gdyż opisana funkcjonalność jest powiązana z procesem poprawnej akwizycji obrazów TK wykonywaną przez Technika, natomiast Lekarz Radiolog powinien otrzymać do postawienia diagnozy w systemie konsol lekarskich obrazy najlepszej dostępnej jakości z już wcześniej zminimalizowanymi ewentualnymi artefaktami.

**Odpowiedź Nr 17:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 18 Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ, Zadania 1, rozdziału VII punktu 13:**

Czy działając w swoim interesie, zwiększając elastyczność systemu postprocessingowego, Zamawiający wprowadzi dodatkową punktację za zaoferowanie całkowitej liczba licencji na jednocześnie pracujących użytkowników systemu większej niż 4, przy utrzymaniu wymagania że każdy z użytkowników ma jednocześnie dostęp do każdej z aplikacji klinicznych?

**Odpowiedź Nr 18:**

**Zamawiający podtrzymuje wymóg z SIWZ.**

**Pytanie nr 19**

**Dotyczy Certyfikaty monitorów diagnostycznych o spełnianiu wymagań celu, któremu mają służyć**

Prosimy o informację jakiego rodzaju certyfikaty Zamawiający ma na myśli? Czy chodzi o certyfikat wyrobu medycznego?

**Odpowiedź Nr 19:**

**Zamawiający wymaga, aby monitory posiadały certyfikaty wyrobu medycznego i posiadały na dzień dostawy aktualne raporty wymaganych przepisami testów specjalistycznych.**

**Pytanie nr 20**

Zamawiający wymaga dostawy 3 serwerów oraz macierzy, co sugeruje wykorzystanie klastra danych. Czy w związku z tym zamawiający będzie wymagał aby macierz posiadała dodatkowo zamontowane 4 dyski 600GB SAS 15k RPM z przeznaczeniem na bazę danych. Aktualnie Zamawiający wymaga jedynie 6 TB, umiejscowienie na nich bazy danych może wpłynąć negatywnie na wydajność całego systemu.

**Odpowiedź Nr 20:**

**TAK, Zamawiający wymaga, aby macierz posiadała dodatkowo minimum 4 dyski 600 GB SAS 15k RPM.**

Zmodyfikowana w tym zakresie treść Załącznika nr 3 do SIWZ\_Zadanie nr 1 znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpitalczerniakowski.waw.pl](http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl)

**Pytanie nr 21**

**Dotyczy: Zadanie 1 - Załącznik nr 3 do SIWZ, IX. WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

Czy Zamawiający dopuści wstrzykiwacz kontrastu o poniższych parametrach:

- Wkładowy, automatyczny, dwutłokowy (kontrast i NaCl) wstrzykiwacz kontrastu, pracujący w środowisku tomografu komputerowego, na podłogowym stojaku jezdnym, możliwość ustawienia przed i za gantry tomografu.

- sprzężenie z tomografem komputerowym

- Pobieranie środka kontrastowego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów środków kontrastowych, z koniecznością przelania do pustych wkładów

-Maksymalna objętość kontrastu gotowa do podawania – 200 ml

-Maksymalna objętość roztworu NaCl gotowa do podawania –200 ml

-Brak możliwości wyboru z menu rodzaju (marki) i stężenia środka kontrastowego

-Brak możliwości wyboru z menu rozmiaru wkłucia indywidualnie dla każdego pacjenta

-Dwie konsole sterujące z interfejsem w języku angielskim, z możliwością wprowadzenia parametrów badania (prędkość, czas opóźnienia, stężenie kontrastu) w pomieszczeniu gantry tomografu komputerowego i sterowni. Interfejs oparty jest bardzo intuicyjny w głównej mierze na piktogramach i wprowadzanych wartościach liczbowych.

-Możliwość wprowadzenia do pamięci strzykawki 80 dedykowanych programów (protokołów) podawania kontrastu i roztworu NaCl ?

Wymaganie przez Zamawiającego rozwiązania bezwkładowego, 3 kanałowego wstrzykiwacza kontrastu stanowi dyskryminowanie produktów, jakimi są automatyczne wkładowe wstrzykiwacze kontrastu co jest niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji.

Wstrzykiwacze kontrastu firm takich, jak MEDTRON, BAYER (dawniej MEDRAD), NEMOTO czy MALLINCKRODT są obecne na rynku światowym od ponad 20 lat, a ich najnowsze modele są z powodzeniem wykorzystywane w najbardziej zaawansowanych badaniach wykonywanych na całym świecie, głównie ze względu na ich szerokie spektrum zastosowań diagnostycznych i pełną możliwość programowania przez Operatora podstawowych wartości iniekcji, takich jak prędkość przepływu oraz limit ciśnienia (co istotne, w zakresie o wiele szerszym, niż produkty z grupy pomp do podawania kontrastu), a dzięki temu mogą wykonać szereg badań, których wykonanie z użyciem pompy rolkowej byłoby niemożliwe.

Informujemy, że na chwilę obecną zapisy specyfikacji mogą być spełnione przez wyrób tylko jednego producenta co jest niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji.

Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie pozwoli na przedstawienie konkurencyjnej oferty, co będzie skutkowało uzyskaniem najlepszej ceny przez Zamawiającego a jednocześnie wypełni jedną z głównych zasad określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych, która przejawia się w treści art. 7 ust. 1 Ustawy Pzp. tj.:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie naszego rozwiązania co pozwoli nam na złożenie oferty.

**Odpowiedź Nr 21:**

**TAK**, Zamawiający dopuszcza wnioskowane urządzenie.

**Pytanie nr 22**

Dot. zadania nr 3: „Zakup wraz z dostawą i montażem aparatu rentgenowskiego typu telekomando dla Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.”:

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, WARUNKI GWARANCJI I SERWISU**

**Proszę o potwierdzenie, że pod zapisem: „dni” należy rozumieć dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.**

Zadający pytanie pragnie brać udział w postępowaniu i złożyć Zamawiającemu jak najkorzystniejszą cenowo ofertę. Brak potwierdzenia nakazywałby wszystkim wykonawcom z góry oszacować i uwzględnić w cenie kary za niedotrzymanie terminów reakcji/naprawy (praktycznie wszyscy wykonawcy świadczą usługi serwisowe w dniach pracy, tj. w dniach roboczych). Pragniemy zauważyć, że w zdecydowanej większości postępowań czas reakcji/naprawy liczony jest w dniach roboczych.

**Odpowiedź Nr 22:**

**TAK**, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 23**

Dot. zadania nr 3: „Zakup wraz z dostawą i montażem aparatu rentgenowskiego typu telekomando dla Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.”:

**Dotyczy: Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ Zadanie 3 WARUNKI GWARANCJI I SERWISU, pkt 116, „Maksymalny czas naprawy w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych ≤ 7 dni”**

**Proszę o dopuszczenie naprawy z użyciem części zamiennych niebędących na stanie magazynowym wykonawcy w terminie do 10 dni roboczych.**

Uprzejmie wyjaśniamy, że w celu zapewnienia najwyższej jakości naprawy do jej wykonania zadający pytanie stosuje wyłącznie części zamienne oryginalne, niemagazynowane, fabrycznie nowe, dedykowane do danej naprawy. W interesie każdego wykonawcy jest wykonanie naprawy w jak najkrótszym terminie. W ciągu kilkudziesięciu miesięcy eksploatacji urządzenia zawsze istnieje ryzyko wystąpienia usterki wymagającej wymiany części. Krótkie terminy naprawy w połączeniu z wysokimi karami za ich niedotrzymanie stanowią możliwe do oszacowania koszty należne do uwzględnienia w cenie. Prosimy o modyfikację siwz, gdyż zależy nam na złożeniu oferty w postępowaniu.

**Odpowiedź Nr 23:**

**Zamawiający podtrzymuje wymóg z SIWZ.**

**Pytanie nr 24**

Dot. zadania nr 3: „Zakup wraz z dostawą i montażem aparatu rentgenowskiego typu telekomando dla Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.”:

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ Zadanie 3 WARUNKI GWARANCJI I SERWISU, pkt 118**

**„Dokumentacja serwisowa i oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) – TAK”**



Prosimy o zrezygnowanie z istniejącego zapisu dla dobra Zamawiającego, w szczególności w celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów i personelu obsługi i strat finansowych co może nastąpić w przypadku wykonywania czynności serwisowych przez osoby nieuprawnione, nieposiadające upoważnienia wydanego przez producenta aparatu RTG.

Zwracamy uwagę, że Zamawiający w Projekcie Umowy, § 6. GWARANCJA, RĘKOJMIA pkt 19 wymaga, co następuje:

*„Wykonawca musi zapewnić, aby on sam, jego pracownicy lub podmioty przez niego upoważnione posiadali niezbędną wiedzę, doświadczenie, oprzyrządowanie, umocowanie formalno-prawne poświadczone dokumentami pozwalające na świadczenie usług serwisowych i gwarancyjnych w zakresie objętym Umową oraz zapewniły realizację obowiązków Wykonawcy opisanych w niniejszym paragrafie.”*

Wyjaśniamy ponadto, że dokumentacja serwisowa i oprogramowanie, bez gruntownej, specjalistycznej wiedzy inżynierskiej popartej znajomości procedur serwisowych nabytą w przebiegu cyklicznych szkoleń u producenta nie stanowią wystarczających narzędzi do wykonywania czynności serwisowych, w tym diagnostyk i napraw.

**Odpowiedź Nr 24:**

**Zamawiający podtrzymuje wymóg z SIWZ.**

#### **Pytanie nr 25**

Dot. zadania nr 3: „Zakup wraz z dostawą i montażem aparatu rentgenowskiego typu telekomando dla Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.”:

Dotyczy: *Załącznik nr 3 do SIWZ Zadanie 3 WARUNKI GWARANCJI I SERWISU*, pkt 130

*„Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS – w cenie oferty”*

**Prosimy o wskazanie dostawcy systemu PACS, co pozwoli uzyskać ofertę integracji od dostawcy tego systemu.**

Uprzejmie wyjaśniamy, że bez znajomości ww. składnika kosztotwórczego koniecznego do uwzględnienia zgodnie z wymogami siwz nie będzie możliwe optymalne określenie ceny oferty składanej w postępowaniu.

**Odpowiedź Nr 25:**

**Aktualnie Szpital jest w posiadaniu systemu PACS firmy PIXEL TECHNOLOGY.**

#### **Pytanie nr 26**

Dot. zadania nr 3: „Zakup wraz z dostawą i montażem aparatu rentgenowskiego typu telekomando dla Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.”:

Dotyczy: *Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy § 6. GWARANCJA, RĘKOJMIA ust. 6.*

*„Jeśli naprawa nie będzie możliwa do wykonania w terminie, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze, o parametrach nie gorszych niż sprzęt zastępowany, na cały pozostały okres naprawy.”*

**Prosimy o modyfikację istniejącego zapisu w sposób jak niżej:**

**„Wykonawca wymieni przedmiot umowy na nowy wolny od wad w razie stwierdzenia braku możliwości wykonania naprawy.”**

Prosimy o rezygnację z wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy dłuższej niż wymagane na naprawę kilka dni. Zwracamy uwagę, że aparat RTG o żądanej w postępowaniu specyfikacji jest urządzeniem stacjonarnym, unikatowym (jest produkowany na specjalne zamówienie w konfiguracji zgodnej z wymaganymi w SIWZ parametrami), a cykl produkcyjny trwa 2 do 3 miesięcy. Biorąc pod uwagę czas transportu, montażu i uruchomienia należy liczyć się z terminem 3-4 miesięcy versus max kilkanaście dni na naprawę z wymianą części zamiennych. Należy zauważyć, że wymóg dostarczenia urządzeń rentgenodiagnostycznych zastępczych na czas naprawy jest uzasadniony i możliwy do wykonania w przypadku mobilnych aparatów RTG.

**Odpowiedź Nr 26:**

**Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy w przypadku aparatów RTG oraz tomografu.**

**Zmodyfikowana w tym zakresie treść Załącznika nr 4 do SIWZ\_Projekt umowy znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpitalczerniakowski.waw.pl](http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl).**

**Pytanie nr 27**

Dot. zadania nr 3: „Zakup wraz z dostawą i montażem aparatu rentgenowskiego typu telekomando dla Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.”:

Dotyczy: *Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy § 6. GWARANCJA, RĘKOJMIA ust. 3:*

„Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego „bez zastrzeżeń”.

**Prosimy o modyfikację istniejącego zapisu w następujący sposób:**

**„Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego „bez zastrzeżeń”.**

Prosimy zwrócić uwagę, że w chwili podpisania ww. protokołu Zamawiający odbiera sprzęt od Wykonawcy i rozpoczyna jego użytkowanie. W razie pozostawienia zapisu bez zmian przez jeden dzień, tj. od daty podpisania protokołu do dnia następnego po tej dacie, Zamawiający nie będzie miał podstaw do roszczeń z tytułu gwarancji.

**Odpowiedź Nr 27:**

**Zamawiający podtrzymuje wymóg z SIWZ i § 6 ustęp 3 Projektu umowy. Zapisy projektu umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.**

**Pytanie nr 28**

Dot. zadania nr 3: „Zakup wraz z dostawą i montażem aparatu rentgenowskiego typu telekomando dla Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.”:

Dotyczy: *Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy § 6. GWARANCJA, RĘKOJMIA ust. 10.*

„Zamawiający może żądać wymiany *przedmiotu umowy* na nowy, a Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na żądanie Zamawiającego, w ciągu miesiąca od dnia stwierdzenia zaistnienia następujących okoliczności:

- 1) Wykonawca lub serwis dokona trzech jego napraw w okresie gwarancyjnym,
- 2) Wykonawca lub serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe,
- 3) naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych Umową terminach. „

Prosimy o modyfikację zapisu w sposób jak niżej:

Zamawiający może żądać wymiany *przedmiotu umowy* na nowy, a Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na żądanie Zamawiającego, w ciągu miesiąca od dnia stwierdzenia, że usunięcie wady jest niemożliwe; danego podzespołu/części na nową, wolną od wad, w razie trzykrotnej naprawy tej samej awarii danego podzespołu/części powstałej z przyczyn objętych gwarancją.

Wyjaśniamy, że podtrzymanie wymogu wymiany stacjonarnego aparatu RTG na nowy po trzech naprawach wielomodułowego urządzenia wykonanych w ciągu kilkudziesięciu miesięcy eksploatacji utrudni złożenie oferty. Procedury serwisowe nie przewidują wymiany całego aparatu RTG na nowy w razie ujawnienia się niesprawności możliwych do usunięcia na drodze naprawy lub wymiany uszkodzonego podzespołu/części na nowe, wolne od wad.

Uzasadnienie prośby o usunięcie zapisu pkt. 3 ust. 10 znajduje także się w uzasadnieniu do pytania 4.

**Odpowiedź Nr 28:**

Zamawiający wyjaśnia, że wymóg odnosi się do konieczności wymiany wadliwego podzespołu, a nie kompletnych aparatów RTG i tomografu.

Zmodyfikowana w tym zakresie treść Załącznika nr 4 do SIWZ\_Projekt umowy znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpitalczerniakowski.waw.pl](http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

Treść § 6 ustęp 10 przyjmuje brzmienie: „Zamawiający może żądać wymiany *elementu/modułu/podzespołu* przedmiotu umowy na nowy, a Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na żądanie Zamawiającego, w ciągu miesiąca od dnia stwierdzenia zaistnienia następujących okoliczności:

- 1) Wykonawca lub serwis dokona trzech jego napraw w okresie gwarancyjnym,
- 2) Wykonawca lub serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe,
- 3) naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych Umową terminach.”

**Pytanie nr 29**

Dot. zadania nr 3: „Zakup wraz z dostawą i montażem aparatu rentgenowskiego typu telekomando dla Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.”:

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy § 6. GWARANCJA, RĘKOJMIA ust. 12.

„Czas naprawy rozumiany jest, jako okres od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki lub awarii do jej usunięcia lub dostarczenia i uruchomienia urządzenia zastępczego, o co najmniej takich samych parametrach, z zachowaniem jego 100 % pierwotnej funkcjonalności”

Prosimy o zmianę brzmienia wymogu na:

„Czas naprawy rozumiany jest jako okres od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki lub awarii do jej usunięcia lub dostarczenia i uruchomienia nowej części zamiennej o co najmniej takich samych parametrach, z zachowaniem jego 100 % pierwotnej funkcjonalności.”

Prośba wynika z braku praktycznego uzasadnienia jak i możliwości dostarczenia stacjonarnego aparatu RTG (urządzenia zastępczego) na czas naprawy. W razie krytycznej awarii kompletnego aparatu RTG, co teoretycznie może się zdarzyć, tj. awarii wielomodułowej, niemożliwej do usunięcia na drodze naprawy, wymianie podlega kompletny aparat RTG; dostarczany jest aparat RTG docelowy, fabrycznie nowy, wolny od wad. Podobnie w razie konieczności wymiany części zamiennej, w przypadku braku możliwości usunięcia jej niesprawności poprzez naprawę.

**Odpowiedź Nr 29:**

Zamawiający wyjaśnia, że wymóg odnosi się do terminu przywrócenia 100 %, pierwotnej funkcjonalności przedmiotu Umowy.

**Pytanie nr 30**

Dot. zadania nr 3: „Zakup wraz z dostawą i montażem aparatu rentgenowskiego typu telekomando dla Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.”:

Dotyczy: Projekt Umowy, § 4. DOSTAWA, pkt 1.

„Wykonawca zobowiązany jest do realizacji *przedmiotu umowy* w terminie najpóźniej: ..... dni od daty zawarcia niniejszej Umowy” oraz

SIWZ dział I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ustęp 3) TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI DOSTAW STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 3.1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, montażu, instalacji *przedmiotu zamówienia*

c) Zadanie nr 3: najpóźniej w terminie 75 dni od daty zawarcia Umowy;

**Czy Zamawiający dopuści realizację Zadania nr 3 w terminie do 90 dni od podpisania Umowy lub wyłączy z zakresu obowiązków Wykonawcy otrzymanie decyzji PWIS zezwalającej na uruchomienie i użytkowanie Pracowni RTG?**

Pragniemy zauważyć, że przedmiot zamówienia obejmuje również np. wykonanie projektu osłon stałych dla Pracowni RTG. Sama procedura stworzenia nowego projektu jest związana z koniecznością uzyskania od Zamawiającego szeregu aktualnych informacji dotyczących np. założeń co do ilości i rodzaju wykonywanych badań oraz warunków lokalowych pracowni RTG. Nawet wykonany w trybie ekspresowym projekt osłon stałych musi być następnie zatwierdzony przez właściwy oddział SANEPID. Procedura zatwierdzenia projektu trwa obecnie do 30 dni i dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii formalnie jest możliwe przeprowadzenie instalacji i następnie wystąpienie do właściwych organów o końcowe dopuszczenie pracowni do użytkowania (kolejne ok. 30 dni oczekiwania na wydanie zgody). Tym samym procedury formalne, których czas trwania jest całkowicie niezależny od Wykonawcy i Zamawiającego, mogą trwać nawet 60 dni. Reasumując, pozostawienie Wykonawcy 15 dni (wymagane w postępowaniu 75 dni na realizację całości zamówienia – 60 dni związanych z wymogiem uzyskania ww. decyzji) na: dokonanie ustaleń z Zamawiającym w zakresie projektu osłon stałych, wykonanie tego projektu, wykonanie prac adaptacyjnych oraz instalację aparatu, jego kalibrację i wykonanie testów (każda z tych czynności jest niezbędna do uzyskania pozytywnej decyzji PWIS) powoduje, że możliwość wykonania zadania zgodnie z obecnymi wymogami SIWZ w terminie 75 dni jest wątpliwa. Prosimy o zwrócenie uwagi, że formalnie o zgodę do PWIS musi wystąpić użytkownik Pracowni RTG tj. Zamawiający, co oznacza, że Wykonawca może co najwyżej występować w tej procedurze w imieniu Zamawiającego na podstawie pełnomocnictw udzielonych mu uprzednio przez Zamawiającego.

**Odpowiedź Nr 30:**

**Zamawiający nie zmienia terminu wykonania przedmiotu Umowy. Zamawiający wyłącza z zakresu obowiązków Wykonawców otrzymanie decyzji PWIS zezwalającej na uruchomienie**

i użytkowanie aparatów RTG i tomografu. Obowiązkiem wykonawców jest dostarczenie Zamawiającemu wszelkich dokumentów oraz wykonanie wszelkich prac związanych z przedmiotem Umowy wymaganych m.in. do otrzymania pozytywnej decyzji PWIS.

Zmodyfikowana w tym zakresie treść Załącznika nr 4 do SIWZ\_Projekt umowy znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpitalczerniakowski.waw.pl](http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

Treść § 4 ustęp 6 i 7 przyjmuje brzmienie: „*Za dzień wykonania wszystkich czynności przewidzianych niniejszą Umową uznaje się datę podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie Strony Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego może nastąpić nie wcześniej niż z datą otrzymania decyzji PWIS zezwalającej na jego uruchomienie i użytkowanie.*”

Treść § 4 ustęp 7 ulega wykreśleniu.

### Pytanie nr 31

Dot. zadania nr 3: „Zakup wraz z dostawą i montażem aparatu rentgenowskiego typu telekomando dla Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.”:

Dotyczy: Projekt Umowy, § 4. DOSTAWA, pkt 2 i 8 oraz SIWZ dział I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

„2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt testów odbiorczych i akceptacyjnych dostarczonego sprzętu, wykonanych przez podmiot – uprawnione laboratorium – posiadający akredytację PCA.” .....

„8. Do obowiązków Wykonawcy należy: 2) dostarczenie Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy n /w dokumentów w języku polskim .....

i) protokołów z wykonanych testów odbiorczych i akceptacyjnych wymagających tego elementów przedmiotu zamówienia (aparat rtg, ct, monitory diagnostyczne), wystawione przez uprawnione laboratorium posiadające akredytację PCA, „

1) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ustęp 3.3.

„Do obowiązków Wykonawcy należy:

k) *protokoły z wykonanych testów odbiorczych i akceptacyjnych wymagających tego elementów przedmiotu zamówienia (aparat rtg, ct, monitory diagnostyczne), wystawione przez uprawnione laboratorium posiadające akredytację PCA”*

**Prosimy o rezygnację z wymogu wykonywania testów odbiorczych i akceptacyjnych przez uprawnione laboratorium posiadające akredytację PCA.**

Informujemy, że testy odbiorcze i akceptacyjne wykonywane są przez serwis autoryzowany przez producenta danego aparatu RTG, a nie podmioty certyfikowane przez PCA (posiadające akredytację PCA). Wylącznie autoryzowany serwis posiada należytą wiedzę i narzędzia do oceny zgodności parametrów technicznych zainstalowanego urządzenia ze specyfikacją producenta, tj. do wykonania ww. testów jakościowych.

### Odpowiedź Nr 31:

Zamawiający wymaga wykonania testów akceptacyjnych/odbiorczych oraz testów specjalistycznych, które muszą być wykonane przez akredytowane laboratorium zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r.*

*w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, tj. Dz.U. 2017 poz. 884).*

**Pytanie nr 32**

Dot. zadania nr 3: „Zakup wraz z dostawą i montażem aparatu rentgenowskiego typu telekomando dla Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.”:

Dotyczy: Załącznik nr 2 do Umowy - Dane wyjściowe do wykonania prac adaptacyjno-instalacyjno-montażowych - Dla Zadania nr 3 „Zakup wraz z dostawą i montażem aparatu rentgenowskiego typu telekomando dla Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.” Dział 4. Postanowienie końcowe Pkt 11.

*Wykonawca nieodpłatnie dokona wywozu gruzu i innych odpadów powstałych na skutek jego działalności (w tym demontowanych urządzeń i instalacji) i dokona ich utylizacji”*

Prosimy o potwierdzenie, że zapis w punkcie 11 dotyczy również zastanego aparatu RTG, który na cele prac adaptacyjnych i montażu nowego urządzenia należy zdemontować i poddać utylizacji.

**Odpowiedź Nr 32:**

**TAK, Zamawiający potwierdza, z wyłączeniem zastanego aparatu RTG. Demontaż aparatu pozostającego na stanie Zamawiającego leży po stronie Zamawiającego i nie jest objęte niniejszą procedurą przetargową.**

**Pytanie nr 33**

Prosimy o udostępnienie na stronie projektów osłon stałych obydwu pracowni RTG oraz pracowni TK.

**Odpowiedź Nr 33:**

**Zamawiający udostępni do wglądu aktualnie posiadaną dokumentację.**

**Posiadana dokumentacja znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpitalczerniakowski.waw.pl](http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl).**

**Pytanie nr 34**

Prosimy o udostępnienie istniejącej dokumentacji projektowej w tym rzutów pomieszczeń objętych zakresem prac w terminie umożliwiającym prawidłowe przygotowanie oferty.

**Odpowiedź Nr 34:**

**Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33.**

**Pytanie nr 35**

Prosimy o udostępnienie aktualnej ekspertyzy PPOŻ w terminie umożliwiającym prawidłowe przygotowanie oferty.

**Odpowiedź Nr 35:**

**Zamawiający nie posiada ekspertyzy ppoż.**

**Pytanie nr 36**

Prosimy o udostępnienie dokumentacji wzmocnień stropu dla obecnie stojących tam aparatów.

**Odpowiedź Nr 36:**

**Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33.**

**Pytanie nr 37**

Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego dokumentacji projektowej, tj. określenie czy Zamawiający wymaga wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wszystkich branż uzgodnionej przez rzeczoznawców, czy wykonania wyłącznie uzgodnionej dokumentacji osłon stałych, bo tylko taka w tym przypadku jest wymagana do odbioru tego rodzaju pracowni.

**Odpowiedź Nr 37:**

**Zamawiający wymaga wykonania uzgodnionej dokumentacji osłon stałych oraz dokumentacji powykonawczej.**

**Pytanie nr 38**

Dotyczy drzwi wejściowych do pracowni z aparatem typu telekomando. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z dostawy drzwi przesuwanych i na zmianę kierunku otwierania drzwi uchylnych? Dostawa i montaż drzwi przesuwanych spowoduje konieczność ingerencji i przeróbki w instalacji gazów medycznych (przeniesienie skrzynki zaworowej z gazami).

**Odpowiedź Nr 38:**

**Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi uchylnych w pracowni z aparatem typu telekomando.**

**Jednocześnie informuje, iż zakres prac adaptacyjnych (malowanie ścian, wymiana wykładziny oraz oświetlenia), obejmuje również część korytarza (tzw. poczekalnia dla pacjentów) bezpośrednio sąsiadującym z pracowniami.**

**Pytanie nr 39**

Prosimy o podanie przybliżonej odległości najbliższego punktu dystrybucyjnego sieci IT.

**Odpowiedź Nr 39:**

**Odległość do najbliższego punktu dystrybucyjnego do wykorzystania dla Wykonawcy to około 120 m.**

**Pytanie nr 40**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga wykonania nowej instalacji wentylacji.

**Odpowiedź Nr 40:**

**Zamawiający nie wymaga wykonania nowej instalacji wentylacyjnej, jeżeli istniejąca spełni wymagane prawem krotności wymiany powietrza w pomieszczeniach.**

**Pytanie nr 41**

Prosimy o potwierdzenie informacji z wizji lokalnej, że jednostki zewnętrzne klimatyzatorów mogą zostać powieszona na elewacji budynku.

**Odpowiedź Nr 41:**

**TAK, Zamawiający potwierdza, że jednostki zewnętrzne klimatyzatorów mogą zostać powieszona na elewacji budynku.**

**Pytanie nr 42**

Prosimy o udostępnienie ostatnich pomiarów wentylacji jakie Państwo posiadają (dotyczy pomieszczeń aparatów RTG i TK) w terminie umożliwiającym prawidłowe przygotowanie oferty.

**Odpowiedź Nr 42:**

Zamawiający nie posiada aktualnych pomiarów wentylacji ponieważ ich wykonanie nie jest objęte wymogiem prawnym. Kontrola Sanepidu wymaga jedynie protokołu potwierdzającego czyszczenie wentylacji, wymianę filtrów oraz sprawność wentylacji.

**Pytanie nr 43**

Prosimy o doprecyzowanie po czyjej stronie leży demontaż istniejących aparatów i czy jest to demontaż złomowy czy magazynowy (do powtórnego montażu).

**Odpowiedź Nr 43:**

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy demontażu urządzeń. Demontaż aparatu pozostającego na stanie Zamawiającego leży po stronie Zamawiającego i nie jest objęte niniejszą procedurą przetargową.

**Pytanie nr 44**

Dotyczy paragraf 6 Gwarancja, Rękojmia umowy (Załącznik Nr 4 do SIWZ) ust. 6

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy w przypadku aparatu RTG czy tomografu z uwagi na specyfikę takiego sprzętu wymagającego co najmniej kilkudniowej instalacji i dopuszczenia do eksploatacji w danym pomieszczeniu przez Sanepid (postępowanie w trybie administracyjnym).

**Odpowiedź Nr 44:**

Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy w przypadku aparatów RTG oraz tomografu.

Zmodyfikowana w tym zakresie treść Załącznika nr 4 do SIWZ\_Projekt umowy znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpitalczerniakowski.waw.pl](http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

**Pytanie nr 45**

Dotyczy paragraf 6 Gwarancja, Rękojmia umowy (Załącznik Nr 4 do SIWZ) ust. 10 pkt 1) i 3)

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku aparatów RTG oraz tomografu poprzez "wymianę przedmiotu umowy na nowy" w przypadku gdy „Wykonawca lub serwis dokona trzech jego napraw w okresie gwarancyjnym” lub „naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych Umową terminach” Zamawiający rozumie wymianę wadliwego podzespołu aparatu, np. szuflady, a nie całego aparatu RTG czy tomografu. Utrzymanie aktualnego brzmienia tego zapisu umowy może uniemożliwić potencjalnym Wykonawcom złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu.

**Odpowiedź Nr 45:**

**TAK, Zamawiający potwierdza.**

Zmodyfikowana w tym zakresie treść Załącznika nr 4 do SIWZ\_Projekt umowy znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpitalczerniakowski.waw.pl](http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl).





Treść § 6 ustęp 10 przyjmuje brzmienie: „Zamawiający może żądać wymiany elementu/modułu/podzespołu przedmiotu umowy na nowy, a Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na żądanie Zamawiającego, w ciągu miesiąca od dnia stwierdzenia zaistnienia następujących okoliczności:

- 1) Wykonawca lub serwis dokona trzech jego napraw w okresie gwarancyjnym,
- 2) Wykonawca lub serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe,
- 3) naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych Umową terminach.”

**Pytanie nr 46**

Pkt.C.5

3.	Zakres zmotoryzowanego ruchu wzdłużnego	$\geq 400$ cm, podać		$\geq 300$ cm < 350 cm – 0 pkt. =350 cm – 5 pkt
----	-----------------------------------------	----------------------	--	----------------------------------------------------

Prosimy o :

- poprawienie omyłki pisarskiej w zakresie punktacji, bowiem punktowany zakres nie znajduje się w zakresie parametru wymaganego.
- potwierdzenie, iż Zamawiający dokona oceny punktowej według zapisu poniżej :

5.	Zakres zmotoryzowanego ruchu wzdłużnego	$\geq 300$ cm, podać		$\geq 300$ cm < 350 cm – 0 pkt. $\geq 350$ cm – 5 pkt
----	-----------------------------------------	----------------------	--	----------------------------------------------------------

**Odpowiedź Nr 46:**

Zamawiający potwierdza i poprawia omyłkę pisarską.

Zmodyfikowana w tym zakresie treść Załącznika nr 3 do SIWZ\_Zadanie nr 2 znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpitalczerniakowski.waw.pl](http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl)

**Pytanie nr 47**

Pkt.C.8

8.	Elektroniczna synchronizacja ruchu lampy z wysokością Bucky w stole i stojaka płucnego	Tak		Bez oceny
----	----------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	-----------

Prosimy o potwierdzenie, iż pod w/w wymaganiem Zamawiający rozumie motorową, automatyczną synchronizację ruchu lampy z wysokością Bucky w stole i stojaka płucnego bez udziału obsługi.

**Odpowiedź Nr 47:**

**TAK, Zamawiający potwierdza.**



**Pytanie nr 48**

Pkt.J.2

2.	Dotykowy monitor LCD o parametrach min. 21", jasność: 200cd/m2, kontrast:1000:1, rozdzielczość: 1980x1080 pikseli	Tak		Bez oceny
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	-----------

Prosimy o dopuszczenie monitora dotykowego LCD o następujących parametrach:

- przekątna 23"
- jasność 220 cd/m2
- kontrast 1 000:1
- rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli

W opisie wymaganej przez Zamawiającego rozdzielczości prawdopodobnie nastąpiła omyłka pisarska, wartością standardową dla tego rodzaju monitorów jest rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli.

**Odpowiedź Nr 48:**

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską zmieniając wymaganą wartość rozdzielczości na 1920x1080 pikseli.

Zmodyfikowana w tym zakresie treść Załącznika nr 3 do SIWZ\_Zadanie nr 2 znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpitalczerniakowski.waw.pl](http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl)

**Pytanie nr 49**

Pytanie dotyczy części IX. „WYPOSAŻENIE DODATKOWE” w „Załączniku nr 3 do SIWZ, Zadanie 1.

1. „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wstrzykiwacza środków kontrastowych typu Medrad Stellant CTD o następujących parametrach:

- dwutłokowy wstrzykiwacz automatyczny do tomografii komputerowej
- automatyczny przesuw tłoków oraz napelnianie wkładów
- przechowywanie w pamięci i wywoływanie 250 protokołów
- iniekcje wielofazowe (do 6 faz)
- zintegrowana iniekcja testowa soli fizjologicznej
- głowicą umożliwiającą pracę z wkładami jednorazowego lub wielorazowego użytku, wielorazowe o min. gwarantowanej sterylności –12 godzin
- równoczesna iniekcja soli fizjologicznej i środka kontrastowego - z opcją zaprogramowania procentowej wartości wstrzykiwanego roztworu przez operatora
- Obsługa poprzez dotykowy panel sterujący połączony ze wstrzykiwaczem za pomocą kabla sygnałowo- zasilającego.
- Generowane ciśnienie do 325 PSI
- Zdalna diagnostyka serwisowa poprzez łącze internetowe
- Prędkość wymuszonego przepływu 0,1–10 ml/s, przyrost co 0,1 ml/s
- Opóźnienie skanowania 0–300 s (5 minut), przyrost co 1 sekundę

- Ogrzewacze kontrastu i soli fizjologicznej
- Wstrzykiwacz z możliwością integracji z tomografami na poziomie klasy CAN IV

Uzasadnienie: wstrzykiwacz typu Stellant umożliwi zamawiającym optymalizację kosztów poprzez możliwość wyboru między wkładami jedno i wielorazowymi w zależności od ilości zaplanowanych badań. Możliwość korzystania z wkładów jednorazowych podczas dyżurów nocnych i weekendów pozwoli uniknąć kosztów związanych z instalacją kosztownego zestawu dziennego. Obecny opis wskazuje na jednego dostawcę co uniemożliwia nam złożenie oferty.

**Odpowiedź Nr 49:**

**TAK**, Zamawiający dopuszcza wnioskowane urządzenie.

#### Pytanie nr 50

Czy zamawiający będzie wymagał możliwości sterowania dostarczonym wstrzykiwaczem bezpośrednio z konsoli tomografu komputerowego. Możliwości programowania i zapamiętywania parametrów wstrzykiwacza bezpośrednio w protokole badania TK na konsoli operatorskiej/akwizycyjnej, automatyczne tworzenie raportu o rzeczywistym zużyciu kontrastu w poszczególnych seriach badania, zapisywanie go w postaci obrazu DICOM, dołączany do badania, z możliwością archiwizowania i drukowania”?

**Odpowiedź Nr 50:**

**Zamawiający wymaga dostarczenia wstrzykiwacza z możliwością sterowania bezpośrednio z konsoli tomografu komputerowego w sterowni lub wstrzykiwacza wyposażonego w dwie identyczne konsole, jedna konsola w sterowni, druga konsola w pokoju badań.**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1579.) Zamawiający tj. Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 00-739) przy ul. Stępińskiej 19/25 dokonyuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w dniu 22/06/2018 roku pod numerem 2018/S 118-267826

#### Zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

- 1) W Rozdz. X „Miejsce i termin składania ofert” ust.1 otrzymuje brzmienie:  
„Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. , ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa,  
pawilon administracyjny pok. 215 (sekretariat),  
do dnia 03.08.2018 r. do GODZ. 10:00
- 2) W Rozdz. X „Informacje o miejscu, terminie i trybie otwarcia ofert” ust. 1 otrzymuje brzmienie”  
otrzymuje brzmienie:  
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. , ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa,  
pawilon administracyjny pok. 120 (Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia).  
Dnia 03.08.2018 r. o GODZ. 10:15



3) W Rozdz. XIV „Wadium ust.1 otrzymuje brzmienie:

Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie **do dnia 03.08.2018 roku, do godz. 10:00** wnieść wadium w wysokości:

**Zadanie nr 1:** 84 000,00 zł (słownie: *osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100*);

**Zadanie nr 2:** 29 000,00 zł (słownie: *dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100*);

**Zadanie nr 3:** 39 000,00 zł (słownie: *trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100*).

**Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ\_Zadanie nr 1** znajduje się do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego ([www.szpitalczerniakowski.waw.pl](http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl))

**Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ\_Zadanie nr 2** znajduje się do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego ([www.szpitalczerniakowski.waw.pl](http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl))

**Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ\_Projekt umowy** znajduje się do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego ([www.szpitalczerniakowski.waw.pl](http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl))

**Dot. odpowiedź na pytanie Nr 33:** Zamieszcza się również do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego ([www.szpitalczerniakowski.waw.pl](http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl)) pliki pod nazwą:

- 1) „Dokumentacja Architektura”
- 2) „Dokumentacja Branżowa”
- 3) „Projekt osłon cz. I”
- 4) „Projekt osłon cz. II”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU  
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

mgr: *Elżbieta Makulska-Gertruda*

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU  
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

*Damian Raczkowski*