

Warszawa, dnia 05.11.2018 r.

DZPiZ-01/84/2018

WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na „Zakup i dostawa dwuczaszowej lampy operacyjnej na blok operacyjny Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.” (sprawa 84/2018)

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione w trakcie postępowania i dokonuje zmiany SIWZ:

Pytanie Nr 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulowaną średnicą pola operacyjnego w zakresie 150 – 320mm? Jest to zakres korzystniejszy od wymaganego.

Odpowiedź nr 1: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulowaną średnicą pola operacyjnego w zakresie 200 – 420mm? Jest to zakres korzystniejszy od wymaganego.

Odpowiedź nr 2: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 3:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o współczynniku odwzorowania kolorów na poziomie $Ra \geq 95$? Oferowany parametr stoi na bardzo wysokim poziomie i bez specjalistycznej aparatury pomiarowej różnica pomiędzy parametrem oferowanym, a wymaganym, nie będzie zauważalna w praktyce użytkowej.

Odpowiedź nr 3: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 4:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o współczynniku odwzorowania koloru czerwonego na poziomie $R9 \geq 95$? Oferowany parametr stoi na bardzo wysokim poziomie i bez specjalistycznej aparatury pomiarowej różnica pomiędzy parametrem oferowanym, a wymaganym, nie będzie zauważalna w praktyce użytkowej.

Odpowiedź nr 4: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 5:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z obiema czaszami o takiej konstrukcji, która umożliwi zaciśnięcie całej dłoni na czaszy, co daje pewny chwyt przy pozycjonowaniu lampy bez potrzeby stosowania opisanego relingu niesterylnego, który stanowi potencjalne ryzyko gromadzenia się zanieczyszczeń, utrudnia dezynfekcję i zaburza obieg powietrza z nawiewu laminarnego? Grubość oferowanej lampy to zaledwie 10cm, co znacznie ułatwia jej pewny chwyt całą dłonią i bezproblemowe manewrowanie.

Odpowiedź nr 5: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie Nr 6:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z czaszami, które zamiast relingu niesterylnego wyposażone są w 3 tzw. „uchwyty brudne” na obwodzie? Pod względem funkcjonalnym będzie to rozwiązanie tożsame z wymaganym.


Odpowiedź nr 6: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.


Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zmodyfikowany Załącznik 3 do SIWZ (parametry techniczne) znajduje się do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem


PREZES ZARZĄDU
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
mgr Eżbieta Wajska-Geruda


CZŁONEK ZARZĄDU
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
Damian Raczkowski

Sporządziła: Małgorzata Bauer-Dolegowska

Dział Zamówień Publicznych i Zapleczenia
Kancelaria
Anna Wójcik-Raczkowska

