Warszawa, dnia 07-05-2014 r.

Biuro Zamówień Publicznych
ZP- 02/12/2014

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na **„Dostawę aparatu do witrektomii" sprawa 12/2014**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający udziela odpowiedzi na pytania wniesione w trakcie postępowania.

Pytanie 1 dotyczy załącznika nr 8 "Parametry techniczne oferowanego aparatu do witrektomii" do SIWZ pkt.10

Czy w związku z tym, że w punkcie 4 jest wymagany zakres prędkości pracy noża(cięć) min. 100-4500 Zamawiający dopuści witrektomy o średnicach 20G, 23G, 25G, 27G do 5000 cięć/min?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 dotyczy załącznika nr 8 "Parametry techniczne oferowanego aparatu do witrektomii" do SIWZ pkt.57

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w jedną głowicę do fakofragmentacji ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Uprzejmie prosimy o skrócenie terminu płatności do 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie wymaganego okresu gwarancji aparatu z 24 do 12 miesięcy od dnia instalacji w miejscu użytkowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie 5

Czy z uwagi na fakt, że Producent udziela standardowo 6 miesięcznej gwarancji na oferowane głowice ultradźwiękowe, Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie wymaganego okresu gwarancji z 24 miesięcy do 12 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

ul. Stępińska 19/25, 00 -739 Warszawa, tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05
e-mail: szpitalczerniakowski@interia.eu
NIP: 521-293-24-55; Regon: 011026815; KRS 0000033547

Pytanie 6, dot.§ 3 ust. 1 projektu umowy

Uprzejmie prosimy o zmianę brzmienia w/w paragrafu na następujące:

"Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, zainstalowania, uruchomienia Urządzenia oraz oraz do przeszkolenia personelu medycznego Zamawiającego w zakresie użytkowania w łącznym terminie 30 dni liczonych od dnia zawarcia Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

LEKARZ NACZELNY
SZPITALA CZERNIAKOWSKIEGO SP ZOZ
lek. Tadeusz Sobczyk

ul. Stępińska 19/25, 00 -739 Warszawa, tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05
e-mail: szpitalczerniakowski@interia.eu
NIP: 521-293-24-55; Regon: 011026815; KRS 0000033547