Warszawa, dnia 29-05-2014 r.

Biuro Zamówień Publicznych
ZP- 13/28/2014

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na „ ***Pierwsze wyposażenie Oddziału Internistycznego w budynku C: dostawa sprzętu medycznego oraz mebli medycznych" (nr sprawy 28/2014).***

Pakiet nr 10

I. Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający udziela odpowiedzi na pytania wniesione w postępowaniu.

1. pkt 16 Czy Zamawiający zaakceptuje system ze zbiornikiem o pojemności 7,6 L, do którego producent zaleca używanie wody destylowanej ?

   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

2. pkt 17 Czy Zamawiający zaakceptuje aparat do nieinwazyjnej regulacji temperatury pacjenta bez możliwości przeniesienia danych do PC, oraz bez możliwości współpracy ze szpitalnym systemem informatycznym ?

   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

3. pkt 19 Czy Zamawiający zaakceptuje okrycia Pacjenta, z wewnętrzną warstwą wykonaną z materiałów przyjaznych dla skóry, złożone z kamizelki i okryć udowych ?

   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu dostawy do co najmniej do 28 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferowany sprzęt będzie fabrycznie nowy, sprowadzony od zagranicznego producenta. Wymagany termin 21 dni jest zbyt krótki, żeby zamówienie złożone zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego zostało poprawnie zrealizowane.

   Odpowiedź: Patrz modyfikacja SIWZ z dnia 16.05.2014 pismo ZP-02/28/2014 r.

5. Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 8 urządzenia do prowadzenia terapii hipotermii zewnętrznej z panelem wyświetlającym co najmniej: wartość temperatury docelowej, aktualnej temperatury pacjenta, całkowity czas pracy urządzenia, informacji o aktywnym trybie pracy.

   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

6. Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 9 urządzenia z pomiarem temperatury wewnętrznej lub temperatury powierzchniowej w zależności od potrzeb użytkownika.

   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

7. Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 10 urządzenia posiadającego minimum 4 automatyczne tryby pracy pozwalające na utrzymanie stanu normotermii, hipotermii oraz kontrolowanego ogrzewania po hipotermii.

ul. Stępińska 19/25, 00 -739 Warszawa, tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05
e-mail: szpitalczerniakowski@interia.eu
NIP: 521-293-24-55; Regon: 011026815; KRS 0000033547

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

8. Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 15 urządzenia posiadającego możliwość ustawienia temperatury wody w obiegu w zakresie max: 4 - 42°C.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

9. Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 16 urządzenia posiadającego zbiornik wody max. 8l z zaleceniem stosowania wody destylowanej. Dzięki stosowaniu wody destylowanej nie ma potrzeby dodawania jakichkolwiek środków przeciw osadzaniu kamienia w systemie oraz co zmniejsza ryzyko uszkodzenia urządzenia jak i jego akcesoriów w przyszłości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

10. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 18 zaoferowanie zestawu alternatywnych wielorazowego użytku w ilości 3 sztuk na całe ciało pacjenta oraz jednorazowego użytku dla pacjentów dorosłych ? okryć 4 okryć

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

11. Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 19 kompletu okryć na całe ciało pacjenta składającego się z czepka na głowę, kamizelki w uniwersalnym rozmiarze oraz okrycia na dolne partie ciała z możliwością dostępu do poszczególnych części ciała. Stopień pokrycia ciała pacjenta min. 80%.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

12. Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 19 alternatywnych okryć wielokrotnego użytku dla pacjenta dorosłego na całe ciało jak opisano w zapytaniu nr 6.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

13. Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 20 urządzenia z innym systemem opróżniania wody ze zbiornika niż opisany w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

14. Czy Zamawiający wymaga, aby okrycia termoregulacyjne jednorazowego użytku posiadały nielimitowany czas stosowania u jednego pacjenta potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem producenta ?

Odpowiedź: Patrz modyfikacja z rozdziału II pkt 1 niniejszego pisma.

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w załączniku nr 8.10 do SIWZ dokonuje się następujących modyfikacji:

1) Dodaje się pozycję 23. Rubryka „Parametr/Warunek" w pozycji 23 otrzymuje brzmienie: *„Czas stosowania pojedynczego okrycia termoregulacyjnego min. 5 dni u jednego pacjenta ze wskazaniem zaświadczenia producenta potwierdzającego ww. parametr (zaświadczenie producenta wymagane będzie przy dostawie)"*. Rubryka „Parametr wymagany" w pozycji 23 otrzymuje brzmienie: *„Tak"*.

ul. Stępińska 19/25, 00 -739 Warszawa, tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05
e-mail: szpitalczerniakowski@interia.eu
NIP: 521-293-24-55; Regon: 011026815; KRS 0000033547

Zmodyfikowany załącznik nr 8.10 do SIWZ dostępny jest na stronie internetowej www.szpitalczerniakowski.waw.pl w zakładce właściwej dla przedmiotowego postępowania.

W przypadku składania oferty z parametrami/warunkami innymi niż wymagane w załącznikach 8.1a-8.1b oraz 8.2-8.15 do SIWZ, a dopuszczonymi przez Zamawiającego w trakcie postępowania, Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie wskazać te różnice w składanej ofercie. W przeciwnym wypadku za wiążącą wykonawcę zamawiający uzna treść oferty faktycznie opisaną w załączonych w ofercie dokumentach, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

DYREKTOR
Szpitala Czerniakowskiego
mgr inż. Roman Nojszewski

ul. Stępińska 19/25, 00 -739 Warszawa, tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05
e-mail: szpitalczerniakowski@interia.eu
NIP: 521-293-24-55; Regon: 011026815; KRS 0000033547