Warszawa, dnia 09.12.2014 r.

Biuro Zamówień Publicznych
ZP- 06/54/2014

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na „Dostawę wyrobów medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ cz. II" (nr sprawy 54/2014).

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na wniesione w terminie przewidzianym w ww. ustawie pytania:

1. Pakiet 43 poz. 5, 6, 7 Prosimy Zamawiającego o podanie typów oraz rodzajów pomp infuzyjnych, jakie Zamawiający ma na wyposażeniu szpitala.

   Odpowiedź: Zamawiający ma wiele rodzajów pomp. Należy zaoferować strzykwaki przeznaczone do pomp infuzyjnych.

2. DOTYCZY Pakiet 27 poz. 1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie złożenia oferty na igły do znieczulenia podpajeczynówkowego typu Pencil-Point 26G / 88-90mm, reszta parametrów bez zmian.
3. DOTYCZY Pakiet 25 poz. 2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie złożenia oferty na zestawy do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera 7F dł. 20 cm, kanały 16G i 16G, reszta parametrów bez zmian.

   Zgoda na nasze prośby umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu. Jesteśmy polską firmą i mamy duże doświadczenie w produkcji w/w sprzętu, który cieszy się świetną opinią wsród personelu lekarskiego. W oczekiwaniu na przychylną odpowiedź

   Odpowiedź: Nie.

4. W zakresie poz. 1 i 2 Pakietu 32 prowadzonego postępowania przetargowego, Zamawiający będzie nabywał materiały jednorazowego użytku do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu firmy MEDRAD (obecnie: BAYER): Stellant CT D (numer seryjny 31150).

   Powyżej wspominane urządzenie objęte jest programem dorocznych przeglądów serwisowych i usług konserwatorskich, świadczonych przez autoryzowaną w Polsce organizację serwisową producenta urządzeń, ponoszącą odpowiedzialność (merytoryczną oraz cywilno-prawną) za stan techniczny oraz za ich prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie.

   Szczegółowe warunki, na jakich producent w/w urządzenia oraz jego autoryzowany serwis ponoszą odpowiedzialność merytoryczną oraz cywilno-prawną za stan techniczny eksploatowanych aparatów oraz ich prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie, określone są w załączonych do niniejszego pytania dokumentach, tj. w Oświadczeniu firmy BAYER z dnia 17 marca 2014 r. oraz w piśmie serwisu tego producenta, które odnosi się do kwestii związanych z eksploatacją systemów BAYER/MEDRAD z wykorzystaniem nieautoryzowanego sprzętu jednorazowego użytku.

Jak wynika z treści wspominanych wyżej dokumentów – pod sankcją wyłączenia udzielonych praw gwarancji /rękojmi oraz odstąpienia od ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za stan techniczny aparatów i ich wpływ na osoby trzecie – nie zaleca się stosowania podczas eksploatacji w/w wstrzykiwaczy, materiałów eksploatacyjnych nieznanych firmie BAYER (dawniej: MEDRAD) lub jej lokalnemu serwisowi.

Powyższe stanowisko jest zgodne z wymienionymi tu dokumentami i aktami prawnymi i dotyczy również kwestii cywilno-prawnej oraz merytorycznej odpowiedzialności producenta urządzeń i jego serwisu, za stan techniczny w/w wstrzykiwaczy, za poprawność jego działania i za jego wpływ na bezpieczeństwo osób trzecich, jak Personel szpitala lub badani Pacjenci (z włączeniem okoliczności, związanych z zaistnieniem ewentualnego incydentu medycznego, za którego skutki – w przypadku eksploatacji wstrzykiwaczy kontrastu z wykorzystaniem nieznanych sobie jednorazówek generycznych – ani firma BAYER, ani firma EKOMED nie będą ponosiły odpowiedzialności).

W przypadku w/w aparatury BAYER/MEDRAD, bardzo istotnym czynnikiem jest utrzymywanie jej przez autoryzowany serwis w stałej sprawności technicznej, w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa badanym z jej wykorzystaniem Pacjentom. Nieprawidłowo eksploatowany lub nieprawidłowo skalibrowany wstrzykiwacz kontrastu może stanowić poważne zagrożenie dla Personelu każdej placówki lub/i dla badanych Pacjentów.

Potwierdzamy, że kalibracja potencjometrów pozycji tłoka, limitu ciśnienia, prędkości przepływu i tym podobne działania serwisowe podejmowane przez autoryzowany serwis producenta wstrzykiwaczy MEDRAD/BAYER, prowadzona jest zawsze i bez wyjątku na wkładach jednorazowego użytku, które są autoryzowane przez producenta urządzeń lub jego serwis i które są zalecane przez te podmioty. Ze względów bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi procedurami, kalibracja urządzeń MEDRAD/BAYER nie może być i nigdy nie jest prowadzona przez autoryzowany serwis producenta sprzętu, z wykorzystaniem nieznanych temu producentowi/serwisowi, nieautoryzowanych jednorazówek.

Kwestia ta ma bardzo istotne znaczenie i warunkuje zalecenie, aby po przeglądzie i kalibracji urządzeń BAYER/MEDRAD ich dalsza eksploatacja prowadzona była z wykorzystaniem autoryzowanych materiałów jednorazowego użytku, ponieważ tylko taka eksploatacja eliminować będzie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w działaniu urządzenia, np. ramach zaprogramowanych sekwencji i protokołów podawania kontrastu w prowadzonych procedurach medycznych. Wystąpienie nieprawidłowości w działaniu danego wstrzykiwacza kontrastu (np. w ramach wystąpienia różnicy pomiędzy zaprogramowaną sekwencją i protokołem podania kontrastu, a wartością tych elementów faktycznie stwierdzoną w trakcie prowadzonego badania) może być w konsekwencji bezpośrednim powodem uszkodzenia aparatury, lub nawet – zaistnienia incydentu medycznego, za co ani producent urządzeń, ani jego serwis nie mogą i nie będą ponosiły odpowiedzialności.

W obu powyżej sygnalizowanych przypadkach (uszkodzenie aparatu lub incydent medyczny spowodowany produktami jednorazowego użytku, jakie nie są zalecane przez firmy XXXXX i XXXXXX), odpowiedzialność za stan techniczny aparatury MEDRAD (BAYER) i jej wpływ na osoby trzecie (Pacjenci i Personel Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie) ponosić będą musieli wytwórcy oraz dostawcy nieautoryzowanych jednorazówek, jak również ich bezpośredni Użytkownicy (Personel medyczny Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie).

W związku z powyższymi informacjami, powołując się na zapisy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków

ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05
e-mail: szpitalczerniakowski@interia.eu
NIP: 521-293-24-55; Regon: 011026815; KRS 0000033547

Zamówienia i o odpowiedź na poniższe pytania, które dotyczą przedmiotu zamówienia określonego w Formularzu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 3.32 do SIWZ.

Czy Zamawiający, w ramach poz. 1 i 2 Pakietu 32 w/w postępowania przetargowego, będzie wymagać od wykonawców zaoferowania materiałów eksploatacyjnych autoryzowanych przez organizację serwisową producenta urządzenia STELLANT CT D, które to materiały, jako w pełni kompatybilne z eksploatowanym wstrzykiwaczem kontrastu (w sposób potwierdzony przez jeden z w/w podmiotów), nie spowodują usterek w działaniu tego aparatu, ani nie będą powodem wyłączenia udzielonych przez jego producenta/serwis praw gwarancji /rękojmi?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający doprecyzowuje, że wymóg kompatybilności zawarty w SIWZ oznacza również wzięcie odpowiedzialności wykonawcy za usterki sprzętu spowodowane złym działaniem oferowanych wkładów. Wkłady uszkadzające wstrzykiwacz nie mogą być określone jako kompatybilne. Jeśli usterka zostanie określona jako wynikająca z winy niekompatybilnego osprzętu wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany wstrzykiwacza.

5. Czy Zamawiający, w ramach poz. 1 Pakietu 32 w/w postępowania przetargowego, będzie wymagać od wykonawców zaoferowania niżej opisanych materiałów eksploatacyjnych, które – jako produkty autoryzowane przez producenta urządzenia lub/i jego organizację serwisową – nie spowodują usterek w działaniu danego aparatu STELLANT CT, ani nie będą powodem wyłączenia praw gwarancji /rękojmi udzielonych przez producenta/serwis urządzenia?

Zestawy jednorazowego użytku do wstrzykiwaczy Stellant CT, każdy zestaw składający się z:
- dwóch wkładów, każdy o pojemności 200 ml
- złącza niskiego ciśnienia o długości 152 cm z trójnikiem „T" i wytrzymałości ciśnieniowej 400 PSI,
  z pojemniczkiem do odpowietrzania,
- złącza szybkiego napełniania (łącznik rurkowy w kształcie litery „J")?

Uzasadnienie:
Szczególnie istotną kwestią jest podana powyżej wytrzymałość ciśnieniowa (400 PSI) złącza niskiego ciśnienia, które jest elementem składowym zestawu wkładowego – kwestia ta ma bezpośredni związek z zapewnieniem bezpieczeństwa prowadzonego badania angiograficznego i poziomem ciśnienia granicznego, jakie generowane jest przez aparaty STELLANT CT D.
Stosowanie takich, jak wyspecyfikowane powyżej zestawów wkładowych nie generuje ryzyka utraty pełnej asysty i wsparcia producenta urządzenia i jego autoryzowanego serwisu, w tym wsparcia merytorycznego (np. w sytuacjach incydentalnych) oraz cywilno-prawnej współodpowiedzialności w/w podmiotów za prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie aparatury i jej wpływ na osoby trzecie (Pacjenci i Personel Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający, w ramach poz. 2 Pakietu 32 w/w postępowania przetargowego, będzie wymagać od wykonawców zaoferowania niżej wyszczególnionych materiałów eksploatacyjnych, które – jako produkty autoryzowane przez producenta urządzenia lub/i jego organizację serwisową – nie spowodują wyłączenia praw gwarancji/rękojmi udzielonych przez producenta/serwis urządzenia i czy będzie wymagał zaoferowania **złącza niskiego ciśnienia o dł. 150-152 cm, z jedną zastawką antyzwrotną, z trójnikiem Y gdzie długość**

ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05
e-mail: szpitalczerniakowski@interia.eu
NIP: 521-293-24-55; Regon: 011026815; KRS 0000033547

ramion trójnika jest różna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu 10 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl 25 cm?

Uzasadnienie:
Istotna jest RÓŻNA długość ramion (odgałęzień) trójnika „Y" będącego elementem składowym nabywanych złączy niskiego ciśnienia do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Stellant CT. Odchodzące bezpośrednio do głowicy odpowiedzialnej za podawanie środka kontrastowego, krótsze odgałęzienie (10 cm) pozwala na zminimalizowanie ilości kontrastu, jaka pozostaje na ściankach takiego ramienia, po podaniu środka cieniującego. Przy zapotrzebowaniu Zamawiającego, określonym dla poz. 2 Pakietu 32 na 450 opakowań, oszczędność kontrastu przyniesie wymierne korzyści finansowe.

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga. Podane parametry zawierają się w widełkach zawartych w SIWZ.

7. Prosimy o określenie, jaką ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym Zamawiający przewidział w poz. 2 Pakietu 32, określając jednostkę miary złączy niskiego ciśnienia na op.

Odpowiedź: 1 szt. = 1 op.

Prosimy także o odpowiedź na pytania, które dotyczą projektu umowy nr ……/14, Załącznik nr 6 SIWZ.

8. Czy Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy w zakresie pkt. 4 i 5 § 3, poprzez wprowadzenie zapisów zgodnie z poniższą propozycją:

Obecny zapis:
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy Zamawiającemu w terminie do 48 godzin liczonych od chwili złożenia zamówienia (pisemnie, fax., e-mail) przez kierownika Apteki Szpitalnej, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W szczególnych przypadkach zdeterminowanych potrzebą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zamówienia.

Wnioskowane brzmienie:
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy Zamawiającemu w terminie do 48 godzin w dni robocze liczonych od chwili złożenia zamówienia (pisemnie, fax., e-mail) przez kierownika Apteki Szpitalnej, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W szczególnych przypadkach zdeterminowanych potrzebą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w ciągu 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia zamówienia.

Uzasadnienie:
Wprowadzenie zapisu „dni roboczych" urealni oferowany termin dostawy i umożliwi Wykonawcom wywiązanie się z zaproponowanego, maksymalnie krótkiego terminu dostawy. W innym przypadku, sprostanie terminowemu zrealizowaniu zamówienia, przy otrzymaniu zamówienia od Zamawiającego np. w piątek po południu, będzie niezwykle trudne, bez żadnej winy czy złej woli Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

9. Czy Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy w zakresie pkt. 1 i 2 § 6, poprzez wprowadzenie zapisu zgodnie z poniższą propozycją:

ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05
e-mail: szpitalczerniakowski@interia.eu
NIP: 521-293-24-55; Regon: 011026815; KRS 0000033547

Obecny zapis:

1. *Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy do Zamawiającego w terminie określonym w § 3 ust. 4 lub 5 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,02 % wartości brutto umowy o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za rozpoczętą godzinę opóźnienia.*
2. *W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy z winy Wykonawcy, bądź odstąpienia Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.*

Wnioskowane brzmienie:

1. *Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy do Zamawiającego w terminie określonym w § 3 ust. 4 lub 5 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.*
2. *W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy z winy Wykonawcy, bądź odstąpienia Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.*

Uzasadnienie:

Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że wszelkie kary umowne muszą być adekwatne do wysokości doznanych szkód i w żadnym przypadku nie powinny one przewyższać wielkości świadczenia, którego wykonanie mają zabezpieczać. Tym samym wnosimy o obniżenie kar do bardziej rozsądnego, proponowanego poziomu przez modyfikację sposobu ich naliczania, w przypadku ewentualnych opóźnień w dostarczeniu zamawianego towaru.

Prosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego treści udzielonej odpowiedzi do zapisów SIWZ i o nadanie jej tym samym charakteru wiążącego dla wszystkich podmiotów biorących udział w niniejszym postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

DYREKTOR
Szpitala Czerniakowskiego
mgr inż. Roman Wojszewski

ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05
e-mail: szpitalczerniakowski@interia.eu
NIP: 521-293-24-55; Regon: 011026815; KRS 0000033547