

Warszawa, dnia 28.02.2017 r.

Biuro Zamówień Publicznych
ZP- 10/58/2016

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na „Dostawę wyrobów medycznych cz. III” (nr sprawy 58/2016).

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione w trakcie postępowania:

Dotyczy: przedmiot zamówienia – pakiet nr 1

Ad Pozycji nr 12

Prosimy o dopuszczenie zestawu do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, o dł. igły 63,5 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak.

Ad Pozycji nr 13

Prosimy o dopuszczenie zestawu do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, o dł. igły 63,5 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak.

Ad Pozycji nr 35

Prosimy o dopuszczenie filtra oddechowego intermolekularnego (sposób filtracji mechaniczny i elektrostatyczny), hydrofobowy bakteryjno-wirusowy o przestrzeni martwej do 57 ml, o skuteczności nawilżania minimum 32 mg H₂O/L (VT 0,5l), o skuteczności filtracji min. 99, 999%, z portem do kapnografu zabezpieczonym koreczkiem na lince, sterylne dla dorosłych. Opór przepływu przy 60L/min – max. 3 cm H₂O, waga max – 31g, minimalna objętość oddechowa - 150ml, porty proste 22M/15F i 15M/22F. Filtry te są aktualnie używane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak.

Ad Pozycji nr 35

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytania, czy Zamawiający wymaga potwierdzenia skuteczności filtra przez niezależne laboratoria – dołączone do oferty.

Odpowiedź: Tak.

Ad Pozycji nr 36

Prosimy o dopuszczenie Filtr oddechowy hydrofobowy bakteryjno-wirusowy o przestrzeni martwej max do 28 ml, o skuteczności nawilżania min. 30 mg H₂O/L, o skuteczności filtracji bakteryjno-wirusowej min. 99,99 %, z portem do kapnografu zabezpieczonym koreczkiem na lince, opór przy 30L/min. – max 2,1 cm H₂O, waga do 20 g, min. objętość oddechowa – 75



ml, sterylny dla dzieci, porty proste 22M/15F i 15M/22F. Wymagane potwierdzenie skuteczności filtra przez niezależne laboratoria - dołączone do oferty. Filtry te są aktualnie używane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak.

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

mgr Dominik Kołodziej