

Warszawa, dnia 02-03-2017 r.

Biuro Zamówień Publicznych
ZP- 01/05/2017

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na
Dostawę rękawiczek sterylnych (nr sprawy 05/2017)

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione w trakcie postępowania:

1. Czy zamawiający dopuści również w pakiecie 1 rękawice chirurgiczne poz.3 bez pudrową, sterylna rękawica chirurgiczna, syntetyczna neoprenowa, o kształcie anatomicznym, kolor kremowy, powierzchnia zewnętrzna: mikro teksturowana, chlorowana oraz silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem oraz silikonowana. Nie zawiera katalizatorów minimalizując alergię typ IV.

Mankiet rolowany. Rozmiar rękawicy od 5,5 do 9,0

Posiada rejestrację CE jako wyrób medyczny klasa IIa oraz środek ochrony osobistej kat III Grubość na palcu 0.160 mm, grubość na dłoni 0.150 mm grubość na mankiecie 0.150 mm długość: 305 mm, AQL 1,0 po zapakowaniu; zgodna z normą EN-455 części:1-3; ASTM F-1671?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy zamawiający dopuści również w pakiecie 1 poz.1 zaoferowanie wysokiej jakości rękawic chirurgicznych, sterylnych z lateksu, bez pudrowych, o obniżonym poziomie protein ($\leq 30\mu\text{g/g}$), poziom AQL1,0 po zapakowaniu, o minimalnej długości rękawicy 295mm, zgodnych z normą EN 455 (1-2-3-4), o zewnętrznej powierzchni mikro teksturowanej, obustronnie polimeryzowanych, o anatomicznym kształcie, posiadających mankiety zakończony rolowanym rantem, który zapobiega zsuwaniu się rękawicy, sterylizowanych radiacyjnie, pakowanych próżniowo w opakowania podwójne, zewnętrzne typu folia – folia. Rozmiar od 5,5 do 9,0?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Czy zamawiający dopuści również w pakiecie 1 poz. 2 do zaoferowania wysokiej jakości rękawic chirurgicznych, sterylnych z lateksu, bez pudrowych, do zabiegów o podwyższonym ryzyku w systemie rękawic podwójnych, polimeryzowanych, o powierzchni zewnętrznej mikro teksturowanej, pakowanych w kompletach po 2 odpowiednio dopasowane pary (wewnętrzne rękawice w intensywnym kolorze, zewnętrzne w barwie jasno brązowej nie powodującej zjawiska odbłasku, nie męczącej wzroku), wewnętrzne rękawice krótsze od zewnętrznych ok. 1,0 – 1,5 cm (zapewnia właściwe nałożenie rękawic i zapobiega zsuwaniu zewnętrznej rękawicy)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.



4. Czy zamawiający dopuści również w pakiecie 1 poz.3 do zaoferowania rękawicy chirurgicznej sterylnej trójwarstwowej półsyntetycznej lateksowo nitrylowej, bez pudrowej, z rolowanym mankietem z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, wyjątkowo odpornych na zrywanie o długości poniżej 305 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
mgr Dominik Hołodziej