



Warszawa, dnia 28.03.2018 r.

DZPiZ-01/11/2018

## WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na **Zakup i dostawa narzędzi laryngologicznych i chirurgicznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (nr sprawy 11/2018)**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione w trakcie postępowania

### Pytanie Nr 1:

#### Pak.2,Poz.4:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzia najwyższej jakości, nożyczki nosowe o dł. 150mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź nr 1:** TAK, Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

### Pytanie Nr 2:

#### Pak.2, Poz.5:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki nosowe wygięte w lewo, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź nr 2:** NIE, Zamawiający nie dopuszcza, wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

### Pytanie Nr 3:

#### Pak.4,Poz.2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pinceta bagnetowa nazwa własna GRUENWALD-JANSEN, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź nr 3:** TAK, Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

### Pytanie Nr 4:

#### Pak.4, Poz.8 :

Czy Zamawiający może sprecyzować czy nożyczki nosowe kątowe mają być nachylone pod kątem 45 czy 90 stopni? Oraz jaką mają mieć średnice?

**Odpowiedź nr 4:** Zamawiający wymaga - nożyczki nosowe kątowe nachylone pod kątem 45 stopni.

### Pytanie Nr 5:

#### Pak.4,Poz.28,29,30:

Czy Zamawiający może sprecyzować czy końcówka do odsysania nosowa ma posiadać wentylek?

**Odpowiedź nr 5:** Końcówka do odsysania nosowa ma posiadać jeden wentylek.

### Pytanie Nr 6:

#### Pak.4,Poz.31:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki do intubacji o dł. 25 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź nr 6:** TAK, Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 7:**

**Pak.5,Poz.1:**

Czy Zamawiający może sprecyzować czy igłotrzymacz HEGAR ma być ze żłobieniem?

**Odpowiedź nr 7:** Zamawiający wymaga igłotrzymacz HEGAR ze żłobieniem.

**Pytanie Nr 8:**

**Pak.5, Poz.3:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, delikatne nożyczki operacyjne o dł. 110mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź nr 8:** TAK, Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 9:**

**Pak.5, Poz.9:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzia najwyższej jakości, nożyczki chirurgiczne o dł. 16 lub 17 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź nr 9:** TAK, Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 10:**

Pak.5,Poz.10,11,12: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzia najwyższej jakości, nożyczki chirurgiczne o dł. 11 lub 13 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź nr 10:** TAK, Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 11:**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 poz. 16 nożyczki METZENBAUM o długości 14,5 cm ?

Reszta wymogów bez zmian.

**Odpowiedź nr 11:** TAK, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 12:**


Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 poz.20 przyrząd do usuwania zszywek chirurgicznych ze skóry wielorazowego użytku taki jak niżej ?



**Odpowiedź nr 12:** TAK, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 13:**


Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 poz.20 przyrząd do usuwania zszywek chirurgicznych ze skóry wielorazowego użytku taki jak niżej ?



**Odpowiedź nr 13:** TAK, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 14:**


Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 poz.20 przyrząd do usuwania zszywek chirurgicznych ze skóry wielorazowego użytku taki jak niżej ?



**Odpowiedź nr 14:** TAK, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 15:**




Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 poz.20 przyrząd do usuwania zszywek chirurgicznych ze skóry wielorazowego użytku taki jak niżej ?



**Odpowiedź nr 15:** TAK, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 16:**

Czy Zamawiający mógłby określić w Pakiecie 6 poz. 1 które urządzenie do ściągania klamer odpowiada ?

1		Kleszczyki MICHEL
2		Kleszczyki COLLIN
3		Kleszczyki RICHTER - HEATH

**Odpowiedź nr 16:** Zamawiający dopuszcza urządzenie do ściągania klamer –poz. Nr 3 - kleszczyki Richtera- Heath .



**Pytanie Nr 17:**

**Pakiet 1 Lp. 1**

Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. roboczej 240 mm bez adaptera luer do płukania lub kleszczyków o wym. szczęki 3x5 mm i dł. 230 mm bez adaptera luer do płukania.

**Odpowiedź nr 17:** NIE, Zamawiający nie dopuszcza, wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 18:**

**Pakiet 1 Lp.2** Prosimy o dopuszczenie kleszczyków bez adaptera luer do płukania.

**Odpowiedź nr 18:** NIE, Zamawiający nie dopuszcza, wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 19:**

**Pakiet 1 Lp.3** Prosimy o dopuszczenie kleszczyków bez adaptera luer do płukania.

**Odpowiedź nr 19:** NIE, Zamawiający nie dopuszcza, wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 20:**

**Pakiet 1 Lp.4** Prosimy o dopuszczenie kleszczyków bez adaptera luer do płukania.

**Odpowiedź nr 20:** NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie Nr 21:**

**Pakiet 1 Lp.5** Prosimy o dopuszczenie kleszczyków bez adaptera luer do płukania.

**Odpowiedź nr 21:** NIE, Zamawiający nie dopuszcza, wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 22:**

**Pakiet 1 Lp.6** Prosimy o dopuszczenie kleszczyków bez adaptera luer do płukania.

**Odpowiedź nr 22:** NIE, Zamawiający nie dopuszcza, wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 23:**

**Pakiet 1 Lp.7** Prosimy o dopuszczenie kleszczyków bez adaptera luer do płukania.

**Odpowiedź nr 23:** NIE, Zamawiający nie dopuszcza, wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 24:**

**Pakiet 1 Lp.8** Prosimy o dopuszczenie kleszczyków bez adaptera luer do płukania.

**Odpowiedź nr 24:** NIE, Zamawiający nie dopuszcza, wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 25:**

**Pakiet 1 Lp.9** Prosimy o dopuszczenie kleszczyków bez adaptera luer do płukania.

**Odpowiedź nr 25:** NIE, Zamawiający nie dopuszcza, wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 26:**

**Pakiet 1 Lp.10** Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji.

**Odpowiedź nr 26:** NIE, Zamawiający nie wyraża zgody, wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 27:**

**Pakiet 1 Lp.11** Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji.

**Odpowiedź nr 27:** NIE, Zamawiający nie wyraża zgody, wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.



**Pytanie Nr 28:**

**Pakiet 2 Lp. 1** Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania wziernika o dł. 140 mm.

**Odpowiedź nr 28:** Zgodnie z SIWZ „*Wzierniki nosowe Killian o długości 140 mm*”.

**Pytanie Nr 29:**

**Pakiet 2 Lp.2** Prosimy o dopuszczenie wziernika o dł. trąbki 35 mm i szer. końca 8 mm lub dł. trąbki 50 mm i szer. końca 7 mm lub dł. trąbki 90mm i szer. końca 7 mm.

**Odpowiedź nr 29:** TAK, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 30:**

**Pakiet 2 Lp.3** Prosimy o dopuszczenie wziernika o dł. 150 mm oraz prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania wziernika o fig. 1,2 lub 3.

**Odpowiedź nr 30:** Zamawiający dopuszcza wziernik o długości 150mm. Pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie Nr 31:**

**Pakiet 2 Lp.4** Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 135 mm.

**Odpowiedź nr 31:** TAK, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 32:**

**Pakiet nr 2 Lp.5** Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 135 mm.

**Odpowiedź nr 31:** TAK, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 33:**

**Pakiet 5 Lp.5** Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. trzpienia roboczego 120 mm.

**Odpowiedź nr 33:** TAK, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 34:**

**Pakiet 5 Lp.8** Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Pean typ Rochester-Pean.

**Odpowiedź nr 34:** TAK, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 35:**

**Pakiet 5 Lp.17** Prosimy o dopuszczenie pincety o dł. 145 mm.

**Odpowiedź nr 35:** TAK, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 36:**

Prosimy o zmianę KRYTERIUM NR 2 „TERMIN REALIZACJI DOSTAWY na następujący:

a) Oferowany termin realizacji dostawy - 12 tygodni – 0 pkt

b) Oferowany termin realizacji dostawy – 8 tygodni – 5 pkt

c) Oferowany termin realizacji dostawy - 6 tygodni – 10 pkt

**Odpowiedź nr 36:** NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 37:**

Dotyczy pakietu nr 5 poz.nr 13

Czy Zamawiający dopuści Nożyczki Deaver proste o dł.14,5cm ?

**Odpowiedź nr 37:** TAK, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 38:**

Dotyczy pakietu nr 5 poz.nr 16

Czy Zamawiający dopuści Nożyczki Metzenbaum zagięte o końcówkach ostro/ostrych o dł.14,5cm ?

**Odpowiedź nr 38:** TAK, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 39:**

Dotyczy pakietu nr 5 poz.nr 17

Czy Zamawiający dopuści Pincetę chirurgiczną z zębkiem 1x2, o dł.14,5cm ?

**Odpowiedź nr 39:** TAK, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 40:**

Dotyczy Pakiet 5- narzędzia chirurgiczne cz. I – pkt 3.

Czy Zamawiający dopuści nożyczki typu Standard w miejsce wymaganych delikatnych, pozostałe parametry identyczne?

**Odpowiedź nr 40:** NIE, Zamawiający nie dopuszcza, wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 41:**

Dotyczy Pakiet 5- narzędzia chirurgiczne cz. I – pkt 5.

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki o długości 12,5cm w miejsce wymaganych 140mm lub 150mm lub 160mm, pozostałe parametry identyczne?

**Odpowiedź nr 41:** TAK, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 42:**

Dotyczy Pakiet 5- narzędzia chirurgiczne cz. I – pkt 8.

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki Pean w miejsce wymaganych Rochester-Pean, pozostałe parametry identyczne?

**Odpowiedź nr 42:** TAK, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 43:**

Dotyczy Pakiet 5- narzędzia chirurgiczne cz. I – pkt 16.

Czy Zamawiający dopuści nożyczki o długości 14,5 cm w miejsce wymaganych 140mm, pozostałe parametry identyczne?

**Odpowiedź nr 43:** TAK, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 44:**

Dotyczy Pakiet 5- narzędzia chirurgiczne cz. I – pkt 17.

Czy Zamawiający dopuści pincetę o długości 14,5 cm w miejsce wymaganej 140mm, pozostałe parametry identyczne?

**Odpowiedź nr 44:** TAK, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 45:**

Dotyczy Pakiet 5- narzędzia chirurgiczne cz. I – pkt 19.

Czy Zamawiający dopuści pincetę o długości 15,5 cm w miejsce wymaganej 150mm, pozostałe parametry identyczne?

**Odpowiedź nr 45:** TAK, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 46:**

Dotyczy Pakietu 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści imadło MAYO-HEGAR o długości 16 cm?

**Odpowiedź nr 46:** TAK, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 47:**

Dotyczy Pakietu 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści nożyczki operacyjne delikatne, proste, ostre o długości 11 cm?

**Odpowiedź nr 47: TAK, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 48:**

Dotyczy Pakietu 5 poz. 13

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy nożyczki mają być tępo-tępe, tępo-ostre czy ostro-ostre?

**Odpowiedź nr 48: Zamawiający wymaga „nożyczki ostro-ostre”.**

**Pytanie Nr 49:**

Dotyczy Pakietu 5 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści nożyczki Metzenbaum ostro-ostre o długości 15 cm? Pozostałe parametry zgodnie z wymogami Zamawiającego.

**Odpowiedź nr 49: TAK, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 50:**

Dotyczy Pakietu 5 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści pincetę chirurgiczną z zębkiem o długości 14,5 cm?

**Odpowiedź nr 50: TAK, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 51:**

Dotyczy Pakietu 5 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści pincetę anatomiczną typu SEMKEN o długości 15,5 cm?

**Odpowiedź nr 51: TAK, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 52:**

Dotyczy zapisów wzoru umowy (załącznik nr 4), paragraf 4, ustęp 8; Pakiet nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy brakujących elementów przedmiotu umowy do 3 dni roboczych?

**Odpowiedź nr 52: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**Pytanie Nr 53:**

Dotyczy zapisów wzoru umowy (załącznik nr 4), paragraf 6, ustęp 8, podpunkt 1); Pakiet nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin, o którym mowa w podpunkcie 1) był liczony w dniach roboczych?

**Odpowiedź nr 53: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**Pytanie Nr 54:**

Dotyczy zapisów wzoru umowy (załącznik nr 4), paragraf 6, ustęp 8, podpunkt 1); Pakiet nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części zapisu podpunktu 1) na następujący: „(...) do 48 godzin w dni robocze, a następnie do bezpłatnego usunięcia usterek i wad w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych (...)”?

**Odpowiedź nr 54: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**Pytanie Nr 55:**

Dotyczy zapisów wzoru umowy (załącznik nr 4), paragraf 6, ustęp 8, podpunkt 2); Pakiet nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części zapisu podpunktu 2) na następujący: „(...) dłużej niż 5 dni roboczych (...)”?

---

**Odpowiedź nr 55:** NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie Nr 56:**

Dotyczy zapisów wzoru umowy (załącznik nr 4), paragraf 6, ustęp 8, podpunkt 5); Pakiet nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części zapisu podpunktu 5) na następujący: „(...) trzykrotnej uzasadnionej reklamacji gwarancyjnej (...)”?

**Odpowiedź nr 56:** NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie Nr 57:**

Dotyczy zapisów wzoru umowy (załącznik nr 4), paragraf 6, ustęp 8, podpunkt 5); Pakiet nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części zapisu podpunktu 5) na następujący: „(...) w terminie maksymalnie 3 dni roboczych (...)”?

**Odpowiedź nr 57:** NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie Nr 58:**

Dotyczy zapisów wzoru umowy (załącznik nr 4), paragraf 6, ustęp 8, podpunkt 6); Pakiet nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części zapisu podpunktu 6) na następujący: „(...) w terminie maksymalnie 3 dni roboczych (...)”?

**Odpowiedź nr 58:** NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie Nr 59:**

Dotyczy zapisów wzoru umowy (załącznik nr 4), paragraf 7, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do ustępu 2 następującego zdania „(...) ale nie więcej niż 20% wartości umowy”?

**Odpowiedź nr 59:** NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie Nr 60:**

Dotyczy zapisów wzoru umowy (załącznik nr 4), paragraf 7, ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do ustępu 3 następującego zdania „(...) ale nie więcej niż 20% wartości umowy”?

**Odpowiedź nr 60:** NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie Nr 61:**

Dotyczy zapisów wzoru umowy (załącznik nr 4), paragraf 7, ustęp 7 i 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie kary umownej za każdy dzień opóźnienia (nie za każdą godzinę)?

**Odpowiedź nr 61:** NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie Nr 62:**

Dotyczy zapisów wzoru umowy (załącznik nr 4), paragraf 7, ustęp 7 i 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zdania „(...) ale nie więcej niż 20% wartości umowy”?

**Odpowiedź nr 62:** NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie Nr 63:**

Dotyczy załącznika nr 3.1 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy), pakiet nr 1 „narzędzia do mikrochirurgii krtani”, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszcze biopsyjne, bransze owalne, jedna ruchoma, rozmiar 3x5 mm o wymaganej długości roboczej tj. 23 cm bez adaptera luer do mycia?

**Odpowiedź nr 63:** NIE, Zamawiający nie dopuszczają, wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.



**Pytanie Nr 64:**

Dotyczy załącznika nr 3.1 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy), pakiet nr 1 „narzędzia do mikrochirurgii krtani”, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania nożyczki spełniające wymagania opisu przedmiotu zamówienia, ale bez adaptera luer do mycia?

**Odpowiedź nr 64:** NIE, Zamawiający nie dopuszcza, wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 65:**

Dotyczy załącznika nr 3.1 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy), pakiet nr 1 „narzędzia do mikrochirurgii krtani”, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kleszcze spełniające wymagania opisu przedmiotu zamówienia, ale bez adaptera luer do mycia?

**Odpowiedź nr 65:** NIE, Zamawiający nie dopuszcza, wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 66:**

Dotyczy załącznika nr 3.1 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy), pakiet nr 1 „narzędzia do mikrochirurgii krtani”, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania nożyczki spełniające wymagania opisu przedmiotu zamówienia, ale bez adaptera luer do mycia?

**Odpowiedź nr 66:** NIE, Zamawiający nie dopuszcza, wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 67:**

Dotyczy załącznika nr 3.1 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy), pakiet nr 1 „narzędzia do mikrochirurgii krtani”, poz. 5: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania nożyczki spełniające wymagania opisu przedmiotu zamówienia, ale bez adaptera luer do mycia?

**Odpowiedź nr 67:** NIE, Zamawiający nie dopuszcza, wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 68:**

Dotyczy załącznika nr 3.1 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy), pakiet nr 1 „narzędzia do mikrochirurgii krtani”, poz. 6: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kleszcze spełniające wymagania opisu przedmiotu zamówienia, ale bez adaptera luer do mycia?

**Odpowiedź nr 68:** NIE, Zamawiający nie dopuszcza, wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 69:**

Dotyczy załącznika nr 3.1 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy), pakiet nr 1 „narzędzia do mikrochirurgii krtani”, poz. 7: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kleszcze spełniające wymagania opisu przedmiotu zamówienia, ale bez adaptera luer do mycia?

**Odpowiedź nr 69:** NIE, Zamawiający nie dopuszcza, wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 70:**

Dotyczy załącznika nr 3.1 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy), pakiet nr 1 „narzędzia do mikrochirurgii krtani”, poz. 8: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kleszcze spełniające wymagania opisu przedmiotu zamówienia, ale bez adaptera luer do mycia?

**Odpowiedź nr 70:** NIE, Zamawiający nie dopuszcza, wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 71:**

Dotyczy załącznika nr 3.1 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy), pakiet nr 1 „narzędzia do mikrochirurgii krtani”, poz. 9: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kleszcze spełniające wymagania opisu przedmiotu zamówienia, ale bez adaptera luer do mycia?

**Odpowiedź nr 71:** NIE, Zamawiający nie dopuszcza, wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 72:**

Dotyczy załącznika nr 3.1 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy), pakiet nr 1 „narzędzia do mikrochirurgii krtani”, poz. 12: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania światłowód o średnicy 2,8mm i długości 300 cm?

**Odpowiedź nr 72:** TAK, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 73:**

Dotyczy pakietu nr 5. Czy Zamawiający w pozycjach 13,16,17,19 dopuści narzędzia dłuższe o 0,5 cm spełniające pozostałe zapisy SIWZ?

**Odpowiedź nr 73:** TAK, Zamawiający dopuszcza, , pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 74:**

Pakiet 1 L.p. 1

Czy Zamawiający w miejsce kleszczy biopsyjnych typu KLEINASSER, z branszami owalnymi, jedną ruchomą, rozmiar 3x4 mm o długości roboczej 23 cm, wyposażonych w adapter luer do mycia, dopuści jako równoważne rozwiązanie kleszcze biopsyjne z branszami owalnymi, jedną ruchomą, rozmiar 3x5 mm o długości roboczej 23 cm, wyposażone w adapter do mycia?

**Odpowiedź nr 74:** TAK, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 75:**

Pakiet 1 L.p. 10

Czy Zamawiający w miejsce igły iniekcyjnej typu KLEINASSER, prostej z LUER-Lock o długości roboczej 23 cm, dopuści jako równoważne rozwiązanie igłę iniekcyjną typu Ricci-Maccarini, prostą z minimalnie wygiętą ku górze częścią dystalną igły, z LUER-Lock, o długości roboczej 23 cm?



**Odpowiedź nr 75:** TAK, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 76:**

Pakiet 2 L.p. 1

Czy Zamawiający dopuści wzierniki nosowe typu KILIAN, fig. 3, dł. bransz 75 mm?

**Odpowiedź nr 76:** TAK, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 77:**

Pakiet 2 L.p. 2

Czy Zamawiający dopuści wzierniki nosowe typu KILLIAN, fig. 2, dł. bransz 55 mm, dł. 140 mm?

**Odpowiedź nr 77:** TAK, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 78:**

Pakiet 2 L.p. 3 Czy Zamawiający dopuści wzierniki nosowe typu HARTMANN – HALLE o dł. 155 mm , dł. bransz 33 mm?

**Odpowiedź nr 78:** NIE, Zamawiający nie dopuszcza, wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 79:**

Pakiet 2 L.p. 6 Czy Zamawiający dopuści ssak nosowy typu van Eicken, zagięty, śr. 2,5 mm, długość 150 mm?

**Odpowiedź nr 79:** NIE, Zamawiający nie dopuszcza, wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.



**Pytanie Nr 80:**

Pakiet 2 L.p. 7 Czy Zamawiający dopuści ssak nosowy typu van Eicken, zagięty, śr. 3,0 mm, długość 150 mm?

**Odpowiedź nr 80:** NIE, Zamawiający nie dopuszcza, wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 81:**

Pakiet 2 L.p. 8 Czy Zamawiający dopuści ssak zatokowy typu Frazier, z otworem odcinającym, śr. 8 FR (2,6mm), dł. 150 mm?

**Odpowiedź nr 81:** NIE, Zamawiający nie dopuszcza, wymagania pozostają zgodnie z SIWZ.

Nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.

*Z poważaniem*

**PROKURENT**  
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.  
*dr n. med. Jarosław Ucieklak*

**PROKURENT**  
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.  
*Dominik Kołodziej*

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

**KIEROWNIK**

*Anna Nyrek-Koczkodaj*

Sporządziła: *Małgorzata Bauer-Dolęgowska*