Warszawa, dnia 17-03-2014 r.

Biuro Zamówień Publicznych
ZP- 08/10/2014

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na ***„Dostawa materiałów szewnych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ" (nr sprawy 10/2014).***

Pytania zadane przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną Ustawą:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Pakietu nr 10 poz. 1 do odrębnego Zadania?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2
Czy w Pakiecie nr 10 poz. 2 Zamawiający dopuści nici 5/0 niepowlekane z 2 igłami 330 mikronów, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nici 5/0 z 2 igłami 330 mikronów, Zamawiający wymaga by nić była powlekana.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakietu nr 3: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie szwu powlekanego mieszaniną kwasu poliglikolowego i polimlekowego oraz stearynianem wapnia, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 2: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o długości 2 x 8 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 5: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę odwrotnie tnącą.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05
e-mail: szpitalczerniakowski@interia.eu
NIP: 521-293-24-55; Regon: 011026815; KRS 0000033547

Pytanie nr 6

Dotyczy Pakietu nr 6: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie szew powlekany mieszaniną kwasu poliglikolowego i polimlekowego oraz stearynianem wapnia, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7

Dotyczy Pakietu nr 7: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie szew powlekany mieszaniną kwasu poliglikolowego i polimlekowego oraz stearynianem wapnia, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8

Dotyczy Pakietu nr 9: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie szew powlekany mieszaniną kwasu poliglikolowego i polimlekowego oraz stearynianem wapnia, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

DYREKTOR
Szpitala Czerniakowskiego

mgr inż. Roman Nojszewski

ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05
e-mail: szpitalczerniakowski@interia.eu
NIP: 521-293-24-55; Regon: 011026815; KRS 0000033547