

Warszawa, dnia 20-03-2015 r.

Biuro Zamówień Publicznych  
ZP- 02/07/2015

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na „Dostawa aparatu USG dla oddziału Neurologii Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ” (nr sprawy 07/2015)

Pytania zadane przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną Ustawą:

Dotyczy załącznika 8 pozycja 1.7

1.Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z zakresem stosowanych częstotliwości pracy od 1,3 do 16MHz?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy załącznika 8 pozycja 1.10

Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat renomowanego producenta wyposażony w pulpit sterowania z regulacją obrotu 90°?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy załącznika 8 pozycja 2.6

3.Czy zamawiający dopuści do postępowania cyfrowy aparat wysokiej klasy o szerokość bramki dopplerowskiej od 0,5 do 20 mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy załącznika 8 pozycja 2.12

4.Czy zamawiający dopuści do postępowania cyfrowy aparat wysokiej klasy z trybem pracy w trybie wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej z siedmioma kątami ugięcia wiązki?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy załącznika 8 pozycja 2.15

5.Czy zamawiający dopuści do postępowania cyfrowy aparat wysokiej klasy z regulacją uchylności (Steer) wiązki Dopplera w sposób skokowy?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy załącznika 8 pozycja 4.7

6.Czy zamawiający dopuści do postępowania cyfrowy aparat wysokiej klasy z archiwizacją raportów w formatach RTF i pdf na dysku DVD, CD-R i dysku twardym ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z wymogami SIWZ i odpowiedziami na pytania z dnia 19.03.2015r. pismo: ZP-01/07/2015 pyt. Nr 28.

Dotyczy załącznika 8 pozycja 5

7.Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy aparat

renomowanego producenta z możliwością zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów na dysku DVD/CD/USB w formatach DICOM bez automatycznego dodawania oprogramowaniem do przeglądania obrazów DICOM na komputerach PC? Jest to związane z naruszaniem praw autorskich oprogramowania do odczytu DICOM

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy załącznika 8 pozycja 6

8.Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o oprogramowanie do pomiaru IMT bezpośrednio w aparacie z możliwością późniejszą przeniesienia danych pomiarowych na zewnętrzny komputer ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy załącznika 8 pozycja 6.2

9.Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o głowicę konweksową pracującą w zakresie częstotliwości od 1,3 do 5,7MHz?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR  
Szpitala Czerniakowskiego  
*mgr inż. Roman Nojszewski*

