

Warszawa, dnia 11.05.2015 r.

Biuro Zamówień Publicznych
ZP- 06/21/2015

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na „Dostawę materiałów szewnych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ” (nr sprawy 21/2015)

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione w trakcie postępowania:

Dot. Pakietu nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą o długości 8 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Pakietu nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrótnie tnącą 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Pakietu nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą o krzywiznie 1/2 koła, i rozmiarze nici 10/0 USP, pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Pakietu nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą o długości 6,55 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści szwy wchłaniające, syntetyczne, jednowłóknowe, polidoksanon, o czasie podtrzymywania tkankowego ok. 90 dni (po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%) i czasie całkowitej absorpcji 180-210 dni?

Dot. Pakietu nr 4, poz. 7

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą 35 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Pakietu nr 4, poz. 8

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem mocną o długości 40 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?



Odpowiedź: Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 2 – Nie.

Odpowiedź: Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 4 – Nie.


Odpowiedź: Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1 – Nie.

Odpowiedź: Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 3 – Nie.

Odpowiedź: Dotyczy Pakiet nr 4 – Tak.

Odpowiedź: Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 7 – Tak.

Odpowiedź: Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 8 – Nie.


DYREKTOR
Szpitala Czerniakowskiego
mgr inż. Roman Nojszewski