

Warszawa, dnia 08.12.2015 r.

Biuro Zamówień Publicznych
ZP- 03/40/2015


Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na „Dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego cz. II” (nr sprawy 40/2015).


Część II z X

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiających udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione w trakcie postępowania:

Pytanie 1. Dotyczy pakietu 2 poz. 2

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dokładne określenie do jakiego modelu monitora muszą pasować wielorazowe kable z pozycji 2, lub doprecyzowanie która z przedstawionych poniżej końcówek będzie kompatybilna z posiadany przez Państwa monitorem.




DIREKTOR
Szpitala Czerniakowskiego
mgr inż. Roman Nojszewski

Odpowiedź: Wtyczka z poz. 1. będzie kompatybilna.