

Warszawa, dnia 08.12.2015 r.

Biuro Zamówień Publicznych  
ZP- 04/40/2015

**Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na „Dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego cz. II” (nr sprawy 40/2015).**

Część III z X

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiających udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione w trakcie postępowania:

Dotyczy pakietu nr 5

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zestaw zawierający igłę Tuohy 18G, której budowa umożliwi wprowadzenie igły podpajęczynówkowej bez dodatkowego otworu na końcu oraz płynną zmianę głębokości wktucia igły PP z możliwością zablokowania jej na każdym poziomie oznaczonym w milimetrach na uchwycie igły. Skalowana co 10 mm, opcjonalnie zdejmowane „skrzydełka”; Igła podpajęczynówkowa 27G, długości 115 mm z otworem bocznym (Pencil Point) oraz uchwytem umożliwiającym obrót igłą o 360 stopni mimo ufiksowania jej w igle Tuohy, cewnik z trzema otworami bocznymi, wykonany z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, znaczniki długości; filtr zewnątrzponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96 h; strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10 ml; łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączenie; przewodnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO?

**Odpowiedź: Tak.**

DYREKTOR  
Szpitala Czerniakowskiego

mgr inż. Roman Nojszewski