

Warszawa, dnia 08.12.2015 r.

Biuro Zamówień Publicznych
ZP- 05/40/2015

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na „Dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego cz. II” (nr sprawy 40/2015).

Część IV z X

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiających udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione w trakcie postępowania:

Pakiet nr 4, pozycje 1 - 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet nr 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody nieprzeziernie dla promieni RTG, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Nie.

Pakiet nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igły o długości całkowitej 43mm, regulowane w zakresie 5-30mm lub igły o długości całkowitej 60mm, regulowane w zakresie 22-47mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Tak, posiadające zakres 22-47.

Pakiet nr 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści igły o długości całkowitej 73mm, regulowane w zakresie 35-60mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Nie. Maksymalna długość ma być nie mniejsza niż 89 mm.

Pakiet nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nakłucia opłucnej zawierający trio igieł w rozmiarach 14G, 16G i 19G o długości 80mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Tak.


DYREKTOR
Szpitala Czerniakowskiego
mgr inż. Tomasz Nojszewski