

Warszawa, dnia 08.12.2015 r.

Biuro Zamówień Publicznych
ZP- 08/40/2015

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na „Dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego cz. II” (nr sprawy 40/2015).


Część VII z X

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiających udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione w trakcie postępowania:

Pytanie nr 1. Dotyczy Pakietu nr 16

Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o możliwość przystąpienia z klipsami tytanowymi od niemieckiego producenta narzędzi odpowiadającemu opisowi jak w tabeli.

1.	Klipsy tytanowe dostosowane do zabiegów chirurgicznych w rozmiarach: S, M, M/L oraz L - do dowolnego wyboru przez Zamawiającego;
2.	Klipsy dostosowane do badań CT oraz MRI poświadczone oryginalnym certyfikatem producenta
3.	Konstrukcja klipsa o gładkiej, polerowanej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznym rowkowaniu typu „cross”, zapobiegającej przesuwananiu się klipsa przed i po aplikacji na naczyniu
4.	Klipsy w kształcie podkowy o konstrukcji tzw. podwójnego zamknięcia. Końcówka dystalna uformowana na kształt szewronu zamyka się jako pierwsza niwelując ryzyko uszkodzenia lub przecięcia naczynia
5.	Brzegi klipsa zaokrąglone, gwarantujące całkowitą atraumatyczność
6.	Rozmiary klipsów: wewnętrzne: dla S-2.7mm, dla M- 4.4mm, dla M/L – 7.3mm, dla L-10,1mm oraz zewnętrzne: dla S-3.0mm, dla M- 5.0mm, dla M/L – 8.2mm, dla L-10,7mm
7.	Klipsownice (z identyfikacją kolorystyczną rękojeści wg oferowanych rozmiarów) dostępne min. w trzech długościach do wyboru: 190mm i 280mm w ilości zabezpieczającej bieżące zużycie klipsów oraz dodatkowo 150,, dla rozmiarów S/M. Klipsownice standardowe dostępne w wersji prostej oraz zagiętej. Klipsownice do zabiegów mini-inwazyjnych: rotacyjne 5mm (S), nierotacyjne i typu <i>double-action</i> (M, M/L, L) – podać numery referencyjne wszystkich oferowanych klipsownic.
8.	Klipsy pakowane sterylnie po 6 lub 24 sztuki w kolorystycznie zidentyfikowanych i silikonowych aplikatorach z taśmą samoprzylepną od spodu



DYREKTOR
Szpitala Czerniakowskiego
mgr inż. *[Signature]* Najszewski

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.