

Warszawa, dnia 07.01.2026 r.

WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „**Dostawę zestawu Aerogen Solo z łącznikiem na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.**” (znak sprawy: ZPU 39-2025)

Pytanie nr 1

PKT. 1-2 Czy Zamawiający dopuści Nebulizator, którego membrana wykorzystuje technologię wibrującej siatki wykonanej z polimeru zawierającym 2000 mikrootworów, który można stosować do nebulizacji aerozoli w połączeniu z respiratorem.

Poprzez zastosowaną częstotliwość drgań 128000 na sekundę, generuje aerozol o wielkości cząsteczki w zakresie 1-5 μm (średnia wielkość MMAD 3,5 $\mu\text{m} \pm 10\%$). Pojemnik na lek o pojemności 10 ml, jest przeznaczony do stosowania przez jednego pacjenta w okresie 28 dni (w trybie przerywanym) lub na 7 dni (w trybie ciągłym). Nebulizator posiada niezależny moduł sterujący zasilany 230V, z zakresem pracy 45 i 90 minut, służący do zasilania w/w membrany.

Znikoma objętość zalegająca wynosząca <0,04 ml

Membrana współpracuje i jest kompatybilna z oferowanym przez nas niezależnym modułem sterującym - sterownikiem USB o innej nazwie niż wskazana „AEROGEN”, który Zamawiający otrzymuje wraz z pierwszą dostawą w uprzednio ustalonej ilości zapewniającej ciągłość prowadzonych na oddziale terapii.

Nebulizator kompatybilny z respiratorami oraz urządzeniami AIRVO, bez konieczności potwierdzania w instrukcjach użytkownika?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego zamiennika.

ZATWIERDZAM:

Zarząd

Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.