

Warszawa, dnia 08.01.2026 r.

WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „**Dostawa środków do myjni Choyang CYW-100 oraz Detrox DW-6004 na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.**” (znak sprawy: ZPU 37-2025)

Pytanie nr 1

Pakiet nr 1 poz. 1

W związku z wstrzymaniem produkcji przez Producenta detergentu opisanego w niniejszej pozycji, dlatego też wnosimy o dopuszczenie produktu zamiennego o następujących parametrach:

Multienzymatyczny preparat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów

Zapewniający doskonałe właściwości myjąco-dezynfekujące Skład: mieszanina 4 enzymów (lipaza, mannanaza, proteaza, amylaza) <2,0 g, kompleks wolnopieniących się środków powierzchniowo czynnych 25,0 g, DTPA (kwas dietylenotriaminopentaoctowy) składniki pomocnicze i woda oczyszczona Stabilność po rozcieńczeniu: 24 godziny. Stabilność po otwarciu opakowania:

6 miesięcy. 4 enzymy działające przeciw białkom, lipidom/tłuszczom, węglowodanom, składnikom komórkowym

Opakowanie o poj. 1x5 l Koncentracja 1:400

Kompatybilny i dopuszczony do wykorzystania i przetestowany w całości dla testów typu według normy PN EN ISO 15883:2019-4 przez niezależne laboratorium certyfikacyjne.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany zamiennik.

Pytanie nr 2

Załącznik nr 4.

Zamawiający wymaga przy zaoferowaniu wyrobu medycznego raportu z badań mikrobiologicznych potwierdzającego spektrum i czas działania, w związku z tym iż raporty są ściśle tajne i udostępniane tylko i wyłącznie na żądanie instytucji upoważnionych do tego celu, wnosimy o możliwość przedstawienia oświadczenia producenta?

Odpowiedź:

Wystarczy oświadczenie producenta.

ZATWIERDZAM:

Zarząd

Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.