

Warszawa, dnia 29.01. 2026 r.

WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: **„Dostawa taboretów medycznych oraz stołków pomocniczych na potrzeby oddziałów Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.” (znak sprawy: ZPU 02-2026)**

Pytanie nr 1

dot. pakietu 1, Taborety medyczne dla Bloku Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści taboret z regulacją wysokości siedziska 480-600 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

dot. pakietu 2, Stołki pomocnicze dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Czy Zamawiający dopuści taboret o następujących parametrach

średnica podstawy: 640 mm

średnica siedziska: 350 mm

wysokość siedziska: 425-545 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

ZATWIERDZAM:

Zarząd

Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.

Gwidon Wójcik

PRZESZKADZAJĄCY
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.

Paweł Oberdörfer