

Warszawa, dnia 05.05.2026 r.

WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: **„Dostawę narzędzi chirurgicznych na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.”** (znak sprawy: ZPU 07-2026)

Pytanie nr 1

poz. 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na igłotrzymacz Castroviejo który jest równoważny z igłotrzymaczem z SWZ z twardymi wkładkami dł. 18 cm? Czy Zamawiający może doprecyzować czy ma być z zamkiem czy bez zamka?
poz. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze naczyniowe Crille proste 1x2 zębki dł. 14 cm?

Odpowiedź:

W zakresie poz. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowany igłotrzymacz, przy czym wymaga, aby był wyposażony w zamek.

W zakresie poz. 2 Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

poz. 1 Czy Zamawiający dopuści Igłotrzymacz mikronaczyniowy, model smukły, ząbkowany 0,3 mm, z twardymi wkładkami, dł. 18 cm do nici 5,0-12,0?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

Dotyczy poz. 3-9

Czy Zamawiający dopuści tolerancję długości 0.5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

Pytanie do wymaganych parametrów zgodnie z Formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania:

Czy Zamawiający, z uwagi na bezpośredni wpływ jakości narzędzi chirurgicznych na bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, wymaga zaoferowania narzędzi spełniających wysokie standardy jakościowe i technologiczne, w tym m.in.: wykonanych ze stali odpornej na korozję zgodnie z normami EN ISO 13402:2001, EN ISO 7153-1:2017 lub równoważną, poddanych procesom pasywacji i hartowania z walidacją, o określonych parametrach twardości: kleszczyki i imadła 42–50 HRC, nożyczki 50–58 HRC, trzonki do skalpeli 50–58 HRC, posiadających trwale naniesiony kod UDI na narzędziu w postaci Data Matrix, nazwę producenta, numer katalogowy, LOT oraz dokumentację potwierdzającą dopuszczenie do obrotu jako wyrób medyczny zgodnie z rozporządzeniem UE 2017/745 (MDR)?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymaga zaoferowania narzędzi zgodnych z normami EN ISO 13402:2001, EN ISO 7153-1:2017 (lub równoważną).

W zakresie oznakowania UDI – Zamawiający wymaga trwałego oznaczenia kodem UDI narzędzi w przypadku, gdy obowiązek ten wynika z aktualnych przepisów lub norm.

Zgodnie z zapisem ust. 4 pkt 2) lit. d) Zapytania ofertowego, w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia jest zakwalifikowany jako wyrób medyczny, Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu świadectw/deklaracji zgodności/certyfikatów CE dopuszczających oferowane produkty do obrotu i stosowania w Polsce zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, (...) oraz kopii dokumentów dopuszczających przedmiot umowy do obrotu i stosowania na terenie Polski (...).

Informacja dodatkowa:

Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia **08.05.2026 r.**

ZATWIERDZAM:

Zarząd

Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.