

Warszawa, dnia 25.06.2026 r.

WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „**Dostawę aparatu do badania powierzchni oka na potrzeby Oddziału Okulistycznego Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.**” (znak sprawy: ZPU 12-2026)

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający mógłby odstąpić od konieczności integracji aparatu z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS, RIS (Pixel Technology, AlleRad) oraz systemem HIS (CloudiMed, Medicus Online) ?


Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis pozycji 53 Oferowanych parametrów technicznych stanowiących załącznik nr 3 do zapytania i nadaje mu brzmienie: „Integracja aparatu z posiadanym przez zamawiającego systemem PACS, RIS (Pixel Technology, AlleRad)”

ZATWIERDZAM:

Zarząd

Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.


Pawel Obermeyer