

Warszawa, dnia 12/06/2019 r.

DZPiZ- 02/18/2019

WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: „*Zakup i dostawę materacy przeciwoleżynowych do IV stopnia włącznie na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.*” (nr sprawy: 18/2019).

Działając na podstawie 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania przetargowego.

Pytanie Nr 1:

Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (katalogi, prospekty, ulotki) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie dla spełnienia wymogu materiałów firmowych dystrybutora? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

Odpowiedź Nr 1: Tak, Zamawiający uzna.

Pytanie Nr2:

W celu otrzymania alternatywnej, korzystnej cenowo, równoważnej technologicznie oferty oraz w celu zwiększenia konkurencyjności i otrzymania urzędnika prawdopodobnie bardziej atrakcyjnego dla Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzeń charakteryzujących się parametrami określonymi poniżej:

- Materac powietrzny przeciwoleżynowy. Zestaw pompa i materac pochodzący od tego samego wytwórcy.
- Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni.
- System pracy zmiennociśnieniowy co druga komora, z możliwością przełączenia na tryb statyczny.
- Komory rurowe proste umieszczone w rzędach winny napelniać się powietrzem i opróżniać na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie. 3 Komory w sekcji głowy muszą być stale napelnione powietrzem.
- Waga materaca 9 kg
- Czujnik napelnienia materaca – gdy ciśnienie osiągnie max, sprężarka przestanie pracować, a gdy ciśnienie jest niższe od min, sprężarka zacznie działać
- Dostępne czasy regulacji cyklu pracy zmiennociśnieniowej materaca co 10, 15, 20, 25 minut
- Materac zbudowany z 17 poprzecznych komór zapewniającego wieloletnie użytkowanie. Komory materaca pojedynczo wymienne.
- Materac o wymiarach 198 x 86 x 20.3 cm



- Materac z funkcją owiewu ciała pacjenta powietrzem wydobywającym się przez mikrootworki z możliwością włączenia lub wyłączenia tej funkcji.
 - Materac wyposażony w funkcję siedzenia.
 - Materac wyposażony w funkcję rozpoznającą obciążenie wywierane na materac przez pacjenta. Możliwość ręcznej regulacji ciśnienia powietrza w materacu.
 - Funkcja automatycznego dopasowania ciśnienia do pozycji pacjenta np. pacjent w pozycji siedzącej ma usztywnione komory pod sobą w miejscu ucisku na materac.
 - Możliwość ręcznej regulacji ciśnienia powietrza w materacu.
 - Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze. Możliwość mycia i dezynfekcji.
 - Dwukierunkowy suwak do szybkiego zdejmowania pokrowca z materaca
 - Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny zawieszany na ramie łóżka z możliwością ustawienia obok łóżka, zaopatrzony w panel sterowania z wskaźnikami sygnalizującymi: pracę materaca, tryb pracy materaca, brak właściwego ciśnienia z sygnalizacją, przerwy w zasilaniu prądem z sygnalizacją
 - Możliwość zablokowania panelu sterowania w celu zabezpieczenia przed nieautoryzowanym użyciem
 - Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka
 - Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocą zaworu CPR.
 - Zakres manualnej regulacji ciśnienia wewnątrz materaca od 30 do 60 mmHg
 - Limit wagi pacjenta nie mniej niż 250kg
 - Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie 12 godz.
 - Możliwość transportu pacjenta na materacu napompowanym pozbawionym zasilania
 - Funkcja maksymalnego wypełnienia materaca uruchamiana z jednego przycisku na pompie ułatwiająca przeprowadzenie np. czynności pielęgnacyjnych z automatycznym powrotem do poprzednich ustawień po 20 minutach
 - Zasilanie 230V 50Hz
 - Przewód powietrzny z podłączeniem kątowym oraz z możliwością zablokowania przed rozłączeniem
 - Wyposażenie dodatkowe do zestawu materaców: 1 pompa służąca do napełniania materaca
 - Waga pompy 3,4 kg
 - Głośność pracy pompy 30 dB
- Odpowiedź Nr 2: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

~~Nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert~~

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

dr n. med. Dariusz Jabłoński

DYREKTOR
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Przygotowała: Katarzyna Łyszczarczyk


mgr Artur Bańka

Szpital Czerniakowski Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00 -739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693, Kapitał zakładowy: 25 192 000,00 zł, NIP: 521-293-24-55, Regon: 011026815
tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05
e-mail: sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl