

Warszawa, dnia 01.08/2019 r.

DZP-01./32/2019

WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na:
„Dostawę i montaż sufitowej lampy operacyjnej LED na blok operacyjny Oddziału Chirurgii
Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.” (nr sprawy: 32/2019).

Działając na podstawie 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania przetargowego.

Pytanie Nr 1:

Czy Zamawiający w pkt 32 zrezygnuje z wymogu: Lampa główna przygotowana pod instalację kamery HD? Rezygnacja z tego wymogu może przynieść dodatkowe oszczędności, jeśli Szpital nie planuje w przyszłości nagrywania operacji.

Odpowiedź Nr 1: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w diody LED o kolorystyce zapewniającej światło białe w polu operacyjnym dzięki zastosowaniu diod pracujących w dwóch zakresach widmowych (dwóch odcieniach), co umożliwi regulację temperatury barwowej w zakresie od 3100 do 5000°K w 5 krokach? Oferowane rozwiązanie jest równoważne gdyż również zagwarantuje białe światło w polu operacyjnym z możliwością regulacji temperatury barwowej.

Odpowiedź Nr 2: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 3:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o współczynniku odwzorowania barwy światła słonecznego na poziomie $Ra \geq 95$ przy zachowaniu wysokiego współczynnika odwzorowania barwy czerwonej również na poziomie $R9 \geq 95$?

Odpowiedź Nr 3: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 4:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z możliwością wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia po zdjęciu górnej części obudowy czaszy? Dla użytkownika i tak nie ma znaczenia w jaki sposób wymieniane są moduły (o ile ulegną uszkodzeniu), gdyż takiej czynności dokonuje autoryzowany serwis producenta.

Odpowiedź Nr 4: Zgodnie z SIWZ.



Pytanie Nr 5:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z możliwością elektronicznej regulacji średnicy pola bezcieniowego w obu czaszach w zakresie od 200 do 420mm? Jest to zakres korzystniejszy od wymaganego.

Odpowiedź Nr 5: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pkt 15 tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ otrzymuje brzmienie: „Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego każdej z czasz zawierająca się w przedziale ≥ 180 [mm] do ≤ 420 [mm]”.

UWAGA: Nie dopuszcza się regulacji mechanicznej.

Pytanie Nr 6:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, w której pozycjonowanie każdej z czasz odbywa się wielorazowym sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w punkcie centralnym lampy) i dodatkowo trzema wydzielonymi „brudnymi” uchwytami umieszczonymi wokół czaszy, na których można zacisnąć dłoń, co gwarantuje łatwe i wygodne ustawienie czaszy w żądanym położeniu?

Odpowiedź Nr 6: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 7:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której dolna powierzchnia (front) czasz będąca osłoną źródeł światła wykonana jest z jednorodnego tworzywa sztucznego (polipropylenu) odpornego na środki dezynfekcyjne i gwarantującego idealną przezroczystość przez cały okres użytkowania uszczelnioną zgodnie ze standardem IP54, co skuteczniej niż wymagane rozwiązanie zapobiega dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów?

Odpowiedź Nr 7: W załączniku nr 3 Zamawiający określił minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert

Z poważaniem

PROKURENT
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.

mgr inż. Cezary Kostrzewa

PROKURENT
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.

mgr Andrzej Barna

Przygotowała: Katarzyna Lyszczarczyk

Szpital Czerniakowski Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00 -739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693, Kapitał zakładowy: 25 192 000,00 zł, NIP: 521-293-24-55, Regon: 011026815

tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05

e-mail: sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl