Warszawa dnia 14 lutego 2020 r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

DZP.26.04.01.2020

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Czerniakowskim Sp. z o. o. (nr postępowania 04/2020)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jak niżej.

Dotyczy Części 2:
Pytanie 1:
Ad4 OPZ Czy Zamawiający dopuści respirator zasilany w powietrze poprzez wysokowydajną turbinę oraz zasilanie w tlen z centralnego źródła gazów w zakresie 2,8 - 6 kPa?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 2:
Ad8 OPZ 8 Czy Zamawiający ze względu na zastosowanie turbiny dopuści respirator bez możliwości prowadzenia awaryjnej wentylacji przy braku zasilania powietrzem?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 3:
Ad4 OPZ Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator zasilany w tlen i powietrze ciśnieniami w zakresie 2,7 do 6,0 bar
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 4:
Ad7 OPZ Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator wyposażony w baterię wewnętrzną zapewniającą działanie przez 30 minut przy braku zasilania sieciowego ?
Odpowiedź:
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Postanowienia SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

Pytanie 5:
Ad30 OPZ Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator dostarczający standardowy maksymalny szczytowy przepływ wdechowy w zakresie od 2 do 120 l/min w trybach kontrolowanych oraz do 180 l/min w trybach spontanicznych i ze wsparciem ciśnieniowym?
Odpowiedź:
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Postanowienia SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

Pytanie 6:
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator wyposażony w częściowo ciśnieniowy wyzwalacz oddechowy o stałej wartości czułości ciśnieniowej 0,2 cmH2O współpracujący z regulowanym wyzwalaczem przepływowym? Wyzwalacze jednoparametrowe oparte na detekcji ciśnienia
Odpowiedź:
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Postanowienia SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

Pytanie 7:
Ad32 OPZ Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator generujący ciśnienie wdechowe w zakresie od 1 do 95 cm H2O, co w zupełności wystarcza w nawet skrajnych warunkach klinicznych?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 8:
Ad 53 i 54 OPZ Czy Zamawiający dopuści do przetargu (spełniający ten punkt specyfikacji) wysokiej klasy respirator dokonujący pomiarów oporności całkowitej dróg oddechowych oraz sztucznej drogi oddechowej i kompensujący opór rurki intubacyjnej?
Odpowiedź:
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Postanowienia SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

Pytanie 9:
Ad68 OPZ Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator wyposażony w alarm wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych, którego jedną z przyczyn może być zatkanie gałęzi wydechowej układu pacjenta?
Odpowiedź:
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Postanowienia SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

Pytanie 10:
Ad75 OPZ Czy Zamawiający dopuści do przetargu i uzna za spełniający ten punkt wysokiej klasy respirator wyposażony w synchroniczny, pneumatyczny nebulizator sterowany z kokpitu respiratora a którego aktywny element (pojemnik) dozujący lek jest umieszczony w pobliżu sztucznej drogi oddechowej pacjenta?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 11:
Ad76 OPZ Czy Zamawiający dopuści do przetargu i uzna za spełniający ten punkt wysokiej klasy respirator wyposażony w algorytm, sterujący parametrami wentylacji na podstawie ciągłego mierzonego EtCO2, częstości spontanicznych oddechów pacjenta i generowanej objętości oddechowej?
Odpowiedź:
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Postanowienia SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

Pytanie 12:
Ad78 OPZ Czy Zamawiający dopuści do przetargu i uzna za spełniający to wymaganie wysokiej klasy respirator wyposażony w narzędzia rekrutacji pęcherzyków płucnych pacjenta takich jak np. jednoczesna zmiana ciśnienia szczytowego i ciśnienia PEEP z utrzymaniem stałego ciśnienia napędowego, pomiarem pętli ciśnienie/objętość dynamicznej i statycznej?

Odpowiedź:
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Postanowienia SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

Pytanie 13:
Ad81 OPZ Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z funkcją ustawiania parametrów wstępnych wentylacji na postawie wprowadzonego wzrostu pacjenta?
Odpowiedź:
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Postanowienia SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

Dotyczy Części 1:
Pytanie 14:
I. Konstrukcja i konfiguracja
Dotyczy pkt 2. Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją wysokości min. 28 cm zapewniającą komfort pracy w pozycji siedzącej oraz stojącej z możliwością odchylenia ekranu w płaszczyźnie pionowej?
Odpowiedź:
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Postanowienia SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

Pytanie 15:
I. Konstrukcja i konfiguracja
Dotyczy pkt 5. Czy Zamawiający dopuści dotykowy, płaski monitor bez wystających pokręteł typu LCD o przekątnej ekranu 15", całkowicie zmywalny o rozdzielczości 1024 x 768 pixeli? Dodatkowo opcja zmywalna pozwala na zamrożenie ekranu w trakcie jego pracy n okres 10 sekund bez wpływu na obrazowanie
Odpowiedź:
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Postanowienia SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

Pytanie 16:
I. Konstrukcja i konfiguracja
Dotyczy pkt 6. Czy Zamawiający dopuści aparat bez czujnika natężenia oświetlenia? Zmiana natężenia odbywa się suwakami dotykowymi na panelu.
Odpowiedź:
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Postanowienia SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

Pytanie 17:
I. Konstrukcja i konfiguracja
Dotyczy pkt 8. Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w uchwyty na głowice znajdujące się na lewej i prawej części monitora oraz uchwyt na żel znajdujący się w części tylnej? Parametr ten wskazuje na jednego dostawcę. Dodatkowo pozostaje on bez wpływu na komfort pracy.
Odpowiedź:
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Postanowienia SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

Pytanie 18:
II. Obrazowanie i prezentacja obrazu

Dotyczy pkt 2. Czy Zamawiający dopuści 6 stref wzmocnienia TGC? Parametr ten jest nie wiele mniejszy od wymaganego, tak mała różnica nie ma większego znaczenia z medycznego punktu widzenia.
Odpowiedź:
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Postanowienia SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

Pytanie 19:
III. Pomiary
Dotyczy pkt 3. Czy Zamawiający dopuści aparat nie posiadający w chwili dostawy automatycznego pomiaru CO oraz VTI na obrazie serca, pomiaru średnicy żyły głównej IVC oraz automatycznej detekcji linii B?
Odpowiedź:
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Postanowienia SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

Pytanie 20:
IV. Głowice ultradźwiękowe
Dotyczy pkt 2. Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w głowicę szerokopasmową Convex 2D wyposażoną w 128 kryształków tworzących wiązkę ale o szerszych parametrach pracy w zakresie 1,5 – 5,6 MHz?
Odpowiedź:
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Postanowienia SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

Pytanie 21:
V. Archiwizacja
Dotyczy pkt 4. Czy zamawiający dopuści opcję przesyłania badań na zewnętrzny nośnik w rozszerzonej formie wyboru formatu, nośnika, pamięci poprzez uproszczone menu na panelu dotykowym?
Odpowiedź:
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Postanowienia SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

Pytanie 22:
VI. Możliwości rozbudowy
Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy aparatu o głowicę liniową z 3 konfigurowalnymi przyciskami o szerszej częstotliwości pracy w zakresie 3-11 MHz?
Odpowiedź:
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Postanowienia SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

Pytanie 23:
VI. Możliwości rozbudowy
Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy aparatu o głowicę przezprzełykową o zbliżonej częstotliwości pracy w zakresie 2,3-7,2 MHz?
Odpowiedź:
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Postanowienia SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

Pytanie 24:
VI. Możliwości rozbudowy

Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości zdalnego serwisowania przez sieć internetową? Parametr ten nie wpływa na jakość badań pacjentów a wymóg maksymalny 72 godzin reakcji serwisu wystarcza do usunięcia błędów i zmiany parametrów obrazowania.

Odpowiedź:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Postanowienia SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

Pytanie 25:

VI. Możliwości rozbudowy

Czy Zamawiający zgodzi się wymagać aby aparat wyposażony był w obsługę aparatu w języku polskim? Funkcjonalność ta może być przydatna dla części użytkowników.

Odpowiedź:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Postanowienia SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

Dotyczy Części 3:

Pytanie 26:

Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat EKG o wymiarach :260x220x52mm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 27:

Co Zamawiający ma na myśli w pkt 13 OPZ "półautomatyczna analiza i interpretacja", gdzie zaraz w następnym pkt 14 Zamawiający wymaga automatycznej analizy i interpretacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zarówno aparaty z półautomatyczną analizą i interpretacją pomiarów jak też z automatyczną analiza i interpretacja pomiarów.

Pytanie 28:

Czy Zamawiający dopuści do oceny nowoczesny aparat EKG z zapisem oraz wysyłaniem badań z aparatu na dowolną skrzynkę e-mail w formatach:SCP, DICOM3.0 z obsługą Worklist, PDF?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 29:

Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat EKG z prędkością przesuwu papieru :5/10/25/50 mm/s?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 30:

Prosimy o sprecyzowanie pkt.12 OPZ względem pkt.36 OPZ-.W pkt.12 Zamawiający wymaga długości czasu rejestracji w trybie AUTO od 6-30 sekund a w pkt.36 OPZ już 10 s w trybie AUTO. Z czego wynika ta sprzeczność?

Odpowiedź:

Pkt 12 dotyczy regulacji czasów rejestracji a pkt 36 pamięci sygnału.

Dotyczy Części 4:

Pytanie 31:

Dotyczy cz. 4 parametr 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie odległości wyświetlania (m) 2.9 – 6.1.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza odległość wyświetlania w zakresie 2,9 – 6,1 m

Pytanie 32:
Dotyczy cz. 4 parametr 8
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kąta odchylenia znaków (stopnie) 15.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza kąt odchylenia znaków 15 stopni.

Pytanie 33:
Dotyczy cz. 4 parametr 10
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szybkości zmiany tablicy (s) 0,3.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza szybkość zmian tablicy 0,3 s.

Pytanie 34:
Dotyczy cz. 4 parametr 12
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zużycia energii max do 11 W
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zużycie energii maksymalnie do 11 W.

Pytanie 35:
Czy Zamawiający dopuści rzutnik z 36 optotypami, powiększeniem 24x z 5m
Odpowiedź:
Nie. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Postanowienia SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

Pytanie 36:
Czy Zamawiający dopuści rzutnik o parametrach jak poniżej:
- Szybkość zmiany optotypu: około 0,3s

Odpowiedź:
Tak.
- Automatyczne wyłączanie żarówki: regulowane 5,10,15 minut

Odpowiedź:
Tak.
- Odległość od ekranu: regulowana od 2.9 do 6.1 metra

Odpowiedź:
Nie. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Postanowienia SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.
- Napięcie zasilające: 110 –230 VAC ±10%, 50/60 Hz.
- Moc: 11W max.
- Klasyfikacja: Klasa I\
- Bezpieczna temperatura pracy: +5°C do + 40°C
- Temperatura przechowywania: 0°C do + 40°C
- Ciśnienie atmosferyczne: 700 do 1060 hPa.
- Względna wilgotność: 90% max. , bez kondensacji (praca i przechowywanie).
- Wymiary: 310 x 191 x 200 mm (D/S/W).
- Waga: 4 kg.
- Typ części aplikacyjnej: brak

- Typ baterii pilota IR: AAA (LR03) (2x1,5V)
- Dioda LED biała 373-801nm
- Jasność testu: 220cd/m2 regulowane

Odpowiedź:
Tak.

Wyżej wymienione wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są obowiązujące.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert upływa w dniu ***18 lutego 2020 roku*** o godzinie ***10^{00}***. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu ***18 lutego 2020 roku*** o godzinie ***10^{15}.*** Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.