

Warszawa, dnia 13.05/2020r.

ZPU 1/3-2020

WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu na:

„DZIERŻAWĘ SYSTEMU UZDATNIANIA WODY Z APARATEM RO „

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie wniesione przez Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania przetargowego.

Pytanie Nr 1:

jakie są parametry wody wejściowej oraz jakie parametry musi mieć woda wyjściowa (produkowana)?
Proszę o podanie także szacowanego zużycia wody w ciągu miesiąca lub roku.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że miejskich, ciśnienie 4 bar oraz wydajność przekraczającą potrzeby systemu uzdatniania. Woda wyjściowa musi spełniać wymagania międzynarodowych standardów dotyczących wody do celów dializacyjnych: AAMI oraz Farmakopea Europejska i Polska. Określenie szacowanego zużycia wody leży po stronie oferenta i dotyczy konkretnego oferowanego urządzenia. Szpital nie wymaga podania tego parametru w postępowaniu.

Z poważaniem

PREZES ZARZADU
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
dr n. med. Dariusz Jabłoński

CZŁONKIE ZARZADU
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
Aneta Pocheć, MBA

Aneta Pocheć