

Warszawa, dnia 14/09/2020 r.

DZP 01/ZPU-09-2020

**WYKONAWCY**

**„Dostawa wyrobów medycznych sterylnych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.”  
( ZPU 9-2020)**

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez Wykonawców.

**Pytanie nr 1**

Proszę o doprecyzowanie, czy wielorazowe rękojeści w pozycji 1 mają być wyposażone w żarówkę ksenonową, czy diodę LED?

**Odpowiedź:** Wielorazowe rękojeści w pozycji 1 mają być wyposażone w diodę LED.  
Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający oczekuje, aby w pozycjach 2 i 3 jednorazowe rękojeści laryngoskopowe były wykonane ze sztywnego i wytrzymałego plastiku, pokrytego powłoką antypoślizgową, zapewniającą pewny uchwyt?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający oczekuje.  
Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia.

**Zmodyfikowany załącznik nr 3 do Zaproszenia – Opis Przedmiotu Zamówienia** znajduje się do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego ([www.szpitalczerniakowski.waw.pl](http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl)),

**ZATWIERDZAM:  
Zarząd Szpitala  
Czerniakowskiego sp. z o.o.**

*Sporządziła: Małgorzata Bauer-Dolęgowska*