



Warszawa, dnia 14/09/2020 r.

DZP 02/ZPU-09-2020

WYKONAWCY

**„Dostawa wyrobów medycznych sterylnych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.”
(ZPU 9-2020)**

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie wniesione przez Wykonawcę.

Pytanie nr 1

Dotyczy pakiet nr 2 poz. nr 2 i 3

Czy Zamawiający dopuści rękojeść jednorazową LED do laryngoskopu McIntosh, wykonaną z lekkiego stopu aluminium, kompatybilną z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

ZATWIERDZAM:
Zarząd Szpitala
Czerniakowskiego sp. z o.o.


CZŁONEK ZARZĄDU
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
Aneta Pocheć, MBA


CZŁONEK ZARZĄDU
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
Kinga Turzyniecka

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH


Jaciek Klimek
Sporządziła: Małgorzata Bauer-Dołęgowska

DYREKTOR
ds. Administracyjnych i Technicznych
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.


Aneta Gombika-Siembora

Szpital Czerniakowski Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693, Kapitał zakładowy: 26 692 000,00 zł, NIP: 521-293-24-55, Regon: 011026815
tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05
e-mail: sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl