

Warszawa, dnia 01/12/2020 r.

DZP 01/ZPU-14-2020

WYKONAWCY

Dostawa wyposażenia na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. (ZPU 14-2020)

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez Wykonawców.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę statywową zabiegową gdzie źródłem światła jest lepsze od wymaganego oświetlenie LED w ilości 5 modułów świetlnych LED po 15 diod każda? O obrocie czaszy na przegubie ramienia sprężystego o 360 stopni, natężeniu światła 100.000 lux, stałej temperaturze barwowej 4300K i bardzo wysokim współczynnikiem odwzorowania barwy światła słonecznego na poziomie 99%??

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zmodyfikowany załącznik nr 3.9 do Zaproszenia – Opis Przedmiotu Zamówienia – Lampa zabiegowa znajduje się do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl),

**ZATWIERDZAM:
Zarząd Szpitala
Czerniakowskiego sp. z o.o.**

Sporządziła: Małgorzata Bauer-Dolęgowska