



Warszawa, dnia 27.08.2021 r.

DZP.01/ZPU 104-2021

WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: **„Dostawę wózka do przewozu chorych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.” (ZPU 104-2021)**

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści podstawę ze stali pokrytą białym, ergonomicznie wyprofilowanym tworzywem ABS?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści wymienny materac w pokrowcu z osłoną poliestrową nie zawierającą lateksu, powlekany poliuretanem i poliamidem, z powierzchnią antypoślizgową, nieprzemakalny?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści uchwyty do prowadzenia stalowe powlekane specjalnym tworzywem ułatwiającym prowadzenie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści specjalnie wyprofilowane naroża wózka spełniające funkcję krążków odbojowych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści dedykowany dla zaczepienia kroplówki wysięgnik?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jeśli jest zdejmowany.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści dedykowany dla zaczepienia kroplówki wysięgnik?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jeśli jest zdejmowany.



Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z powierzchniami lakierowanymi proszkowo w kolorze szarym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z materacem bez uchwytów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z uchwytem do przetaczania wykonanymi ze stali węglowej pokrytej chromem?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z wieszakiem kroplówki nie składanym, odejmowanym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jeśli jest zdejmowany.

ZATWIERDZAM:

Zarząd

Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.


PREZES ZARZĄDU
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
Paweł Obermeyer

CZŁONEK ZARZĄDU
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
Gwidon Wójcik