

Warszawa, dnia 12.10.2021 r.

DZP.01/ZPU 119-2021

WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: **„Dostawę pęset do kapsuloreksji na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.” (ZPU 119-2021).**

Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga wielorazowej pęsetki do kapsuloreksji z końcówką do ciecia 1,8 mm z uchwytem wykonanym z tytanu chirurgicznego?


Odpowiedź:


Zamawiający wymaga wielorazowej pęsetki do kapsuloreksji z końcówką do ciecia 1,8 mm z uchwytem, który będzie wykonany z tytanu chirurgicznego.

ZATWIERDZAM:

Zarząd

Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Paweł Obermayer

CZŁONEK ZARZĄDU
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.

Gwidon Wójcik