



Warszawa, dnia 19.10.2021 r.

WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: **„Zakup respiratorów oraz aparatów do znieczulania dla projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”**

Pytanie nr 1

Pkt. 28

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści możliwość rozbudowy respiratora o tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej opartej na odczytach z czujników CO₂ i SpO₂?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zatwierdzam:

Paweł Obermeyer

Prezes Zarządu

Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.

PREZES ZARZĄD
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
Paweł Obermeyer
Paweł Obermeyer