

Warszawa, dnia 20.10.2021 r.

WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: **„Zakup respiratorów oraz aparatów do znieczulania dla projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”**

Pytanie nr 1

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Aparat do znieczulenia

Pkt 30

Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji plateau 5% do 60%?

·Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zatwierdzam:
Paweł Obermeyer
Prezes Zarządu
Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.

DYREKTOR
ds. Administracyjno-Technicznych
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Aneta Gornólka-Siembora

