

Warszawa, dnia 07.10.2021 r.

WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „**Zakup respiratorów oraz aparatów do znieczulania dla projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”**”

Pytanie nr 1

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Aparat do znieczulenia

Lp. 97 i 98

Czy z uwagi na to, że pomiary gazów anestetycznych są wymagane w aparacie do znieczulania, Zamawiający zrezygnuje z konieczności oferowania dodatkowego modułu do pomiaru gazów anestetycznych w monitorze pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Załącznik nr 3 Projekt umowy


§ 6 ust. 2

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie maksymalnej łącznej wysokości kar umownych do 10%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody – podtrzymuje zapisy § 6 ust. 2 Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego – Projektu umowy.

Zatwierdzam:
Paweł Obermeyer
Prezes Zarządu
Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.


PREZES ZARZĄDU
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
Paweł Obermeyer