

Warszawa, dnia 10.11. 2021 r.

## WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: **„Dostawę środków ochrony indywidualnej na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.”**

### Pytanie 1:

Czy dla pakietu nr 4 Zamawiający oczekuje aby kombinezony były Typu 4/5/6? Typ 4: Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami – Wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało, z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy w postaci rozpylonej (**EN 14605:2005+A1:2009**), Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi (**EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010**), typ 6 Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami – Wymagania dotyczące odzieży zapewniającej ograniczoną skuteczność ochrony przed ciekłymi chemikaliami (**EN 13034:2005+A1:2009**)

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby kombinezony były na poziomie klasy 4 lub wyższej.**

### Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści kombinezony o następujących parametrach: Kombinezon wykonany z tkaniny laminowanej folią mikroporowatą (MPFL) o masie 63g/m<sup>2</sup> (+/- 2g/m<sup>2</sup>). warstwa zewnętrzna: folia polietylenowa warstwa wewnętrzna: włókna polipropylenowe, która posiada odporność na przenikanie czynników zakaźnych. Dodatkowo podklejane szwy taśmą dzięki czemu kombinezon posiada 4 TYP ochrony. Kombinezon zapewnia również ochronę przed pyłami promieniotwórczymi oraz posiada właściwości antyelektrostatyczne. Jego konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób aby zapewnić użytkownikowi jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, ergonomii i komfortu podczas pracy. **Właściwości:** Dodatkowo podklejone szwy, trójpanelowy kaptur, dwukierunkowy zamek błyskawiczny z samoprzylepną patką, dwuczęściowy krój w kroku, elastyczne ściągacze przy mankietach, nogawkach, talii i kapturze, elastyczna pętla na kciuk, trwałe szwy overlockowe po wewnętrznej stronie, podklejone na zewnątrz niebieską taśmą

**Zgodność z normami:** EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 14605:2005+A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2018, EN 14126:2003+AC:2004, EN ISO 13688:2013

Produkt kategorii 3 ŚOI

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego – Oferowane parametry techniczne.**

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający wymaga aby produkty w pakiecie: 1 i 4 były zgodne z rozporządzeniem 2017/745, wyrobami medycznymi zgłoszonymi do URPL oraz aby wraz z ofertą wykonawca potwierdził zgłoszenie do URPL dokumentem zgłoszenia lub zaświadczeniem wydanym przez wspomniany urząd?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 maski z mocowaniem za pomocą dwóch taśm obejmujących głowę?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 5:**

Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 1 i 2 maska miała budowę kopułkową?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 6:**

Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 1 i 2 maska była pakowana indywidualnie? Takie pakowania zapewnia czystość maski podczas pobierania przez kolejnych użytkowników.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 7:**

Z uwagi na bardzo częste rozbieżności pomiędzy certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną a deklaracją zgodności wydawaną przez producenta/importera/dystrybutora wnosimy aby wykonawcy wraz z ofertą musieli dostarczyć certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną. Pozwoli to Zamawiającemu na sprawne zweryfikowanie złożonych ofert do zapisów w specyfikacji technicznej.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis pkt. 3 ust. 2 Zapytania ofertowego poprzez dodanie litery j) o następującej treści: certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną.**



**Pytanie 8:**

Czy Zamawiający oczekuje aby w pakiecie nr 4 kombinezony były produktami nie cytotoksycznymi a na dowód tego aby przesłać wyniki badań potwierdzającymi taki wynik?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 9:**

Czy w przypadku półmasek ochronnych FFP2 i FFP3 zamawiający odstąpi od wymogu opinii CIOP (jako niepotrzebnej, bo jest to jednostka notyfikująca podobnie jak każda równoważna wystawiająca certyfikat CE) oraz pianki uszczelniającej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opinię równoważną z CIOP.**

**Zamawiający w przypadku masek ochronnych FFP2 oraz FFP3 podtrzymuje wymóg pianki uszczelniającej.**

**ZATWIERDZAM:**

**Zarząd**

**Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.**

PREZES ZARZĄDU  
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

*Pawel Obermeyer*

CZŁONEK ZARZĄDU  
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.

*Gwidon Wójcik*

DYREKTOR  
ds. Administracyjnych i Technicznych  
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

*Agata Gornicka-Siembora*