

Warszawa, dnia 17.01.2022 r.

DZP.01/ZPU 01-2022

WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: **„Dostawę kabli do diatermii bipolarnej na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.” (ZPU 01-2022).**

Pytanie 1:

Prosimy o dopuszczenie kabli o długości 5m lub 3m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kable o podanych długościach.

Pytanie 2:

Prosimy o podanie modelu generatora Erbe.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kabli kompatybilnych z kolumną ERBE ICC300 oraz VIO300S.

ZATWIERDZAM:

Zarząd

Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.

Gwidon Wójcik

DYREKTOR
Ds. Administracyjno-Technicznych
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Aneta Gomółka-Siembora