



Warszawa, dnia 02.02.2022 r.

DZP.01/ZPU 10-2022

WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: **„Dostawę czujników do pomiaru saturacji dla dorosłych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.” (ZPU 10-2022).**

Pytanie 1:

Prosimy o doprecyzowanie w jakiej technologii mają pracować czujniki - Philips/Nellcor czy Masimo?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga czujników pracujących w technologii Philips Fast.

ZATWIERDZAM:

Zarząd

Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.


Paweł Obermeyer

CZŁONEK ZARZĄDU
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.


Grzegorz Wójcik